

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**



BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

GESFAL-056-457/2018

**ADQUISICIÓN DE:
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD**

**PARA LOS:
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA**

JUNIO DE 2018



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
 LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| CALENDARIO | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN: | 27 DE JUNIO DE 2018 |
| PERIODO DE (COMPRA DE BASES). | A PARTIR DE LA FECHA DE LA CONVOCATORIA Y HASTA EL JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018 A LAS 16:00 HORAS |
| ENVÍO DE DUDAS. | A PARTIR DE LA FECHA DE CONVOCATORIA HASTA LAS 17:00 HORAS DEL JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018 |
| JUNTA DE ACLARACIONES. | EL MARTES 03 DE JULIO DE 2018 A LAS 13:30 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE |
| PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS. | EL LUNES 09 DE JULIO DE 2018 A LAS 11:00 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE |
| COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. | EL MIÉRCOLES 11 DE JULIO DE 2018 A LAS 12:30 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE |
| FALLO. | EL VIERNES 13 DE JULIO DE 2018 A LAS 13:00 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE |

| ÍNDICE | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.- DEFINICIONES | 15.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES |
| 2.- DESCRIPCIÓN GENERAL. | 16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. |
| 3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS. | 17. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O CANCELADA |
| 4.- ASPECTOS TÉCNICOS | 18.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. |
| 5.- ASPECTOS ECONÓMICOS | 19.- CONTRATOS. |
| 6.- ASPECTOS INFORMATIVOS | 20.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS |
| 7.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. | 21.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. |
| 8.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES. | 22.- TRANSPORTACIÓN. |
| 9.- JUNTA DE ACLARACIONES. | 23.- LUGAR DE ENTREGA. |
| 10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS. | 24.- DEVOLUCIONES |
| 11.- EVALUACIÓN TÉCNICA. | 25.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES |
| 12.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA | 26.- PAGO. |
| 13.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS | 27.- ASPECTOS VARIOS. |
| 14.- FALLO. | 28.- CONTROVERSIAS |

| ANEXOS | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| ANEXO A: CARTA MODELO ARTÍCULO 77, ESTATUTOS GENERALES Y ESCRITO PODER | |
| CÁRATULA DEL ANEXO B | |
| ANEXO B: FORMATO PROPUESTA TÉCNICA | |
| ANEXO B1: FORMATO CURRÍCULUM DEL LICITANTE | |
| ANEXO C: FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA | |
| ANEXO D: FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA | |
| ANEXO E: FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE CUMPLIMIENTO | |
| ANEXO F: FORMATO ELABORACIÓN DE PREGUNTAS | |
| ANEXO G: FORMATO CARTA DATOS GENERALES | |
| ANEXO H: FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES (PARTES 1 Y 2) | |
| ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES | |
| ANEXO 2: EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | |
| ANEXO 3: MARCAS Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE DEL EQUIPAMIENTO | |
| ANEXO 4: COSTOS UNITARIOS DEL EQUIPAMIENTO | |



RECOMENDACIONES

Se recomienda leer cuidadosamente las bases ya que la omisión de algún requisito es causa de descalificación, asimismo ser puntuales a los eventos de la presente licitación.

En cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su Artículo 108, así como en lo dispuesto en los Artículos 15 fracción I, 16, 47 fracción IV inciso b),), 63 Fracción I, 67 fracción V, 80, 82 segundo párrafo y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y en el Artículo 52 fracción I de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con los Artículos 10 fracción III y 69 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se emiten las siguientes:

Bases para la Licitación Pública Nacional GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA.

1.- DEFINICIONES.

Para los efectos de las presentes bases, se dan las siguientes definiciones:

1.1.- BASES: El presente documento, en conjunto con sus anexos y demás, mismos que contienen los conceptos, prevenciones, especificaciones, requisitos, motivos de descalificación y requerimientos, sobre los que se registrará la presente Licitación Pública Nacional y que serán aplicados para la adquisición de los bienes que se oferte.

1.2.- CONVOCANTE: Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública de la Subsecretaría de Administración.

1.3.- CONTRATANTE: Servicios de Salud del Estado de Puebla.

1.4.- CONVOCATORIA: La publicación legal hecha en los términos de los Artículos 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como las modificaciones que al efecto se hicieren a la misma.

1.5.- DOMICILIO DE LA CONVOCANTE: Planta Baja del Edificio que ocupa la Secretaría de Finanzas y

Administración, Avenida 11 Oriente número 2224 en la Colonia Azcárate, de la Ciudad de Puebla, Puebla.

1.6.- DOMICILIO DE LA CONTRATANTE: Avenida Reforma Núm. 722, Col. Centro, Puebla.

1.7.- FINALIDAD DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación Pública Nacional tiene como objeto atender los requerimientos de la contratante.

1.8.- LEY: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal vigente.

1.9.- LICITACIÓN: La Licitación Pública Nacional **GESFAL-056-457/2018**.

1.10.- CONTRALORÍA: La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla.

1.11.- LICITANTE: La persona física o jurídica que participe en la licitación de conformidad con lo que establecen las presentes bases.

1.12.- PROPUESTA: Proposición técnica o económica que se expone en esta Licitación conforme a las presentes bases, para su análisis y valoración en todos sus aspectos.

1.13.- PROVEEDOR: La persona física o jurídica que celebre contratos de adquisiciones, con las contratantes como resultado de la presente Licitación.



INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN:

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL.

2.1.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, según cantidades, especificaciones y características descritas en el **ANEXO 1** de las presentes bases.

2.2.- El carácter de esta licitación es: **NACIONAL.**

2.3.- El origen de los recursos es: **ESTATALES.**

2.4.- CONSULTA Y COMPRA DE BASES.

2.4.1.- PERIODO DE COMPRA DE BASES: DEL MIÉRCOLES 27 AL JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018.

2.4.2.- CONSULTA DE BASES: Se podrán consultar a través de la página: <http://licitaciones.puebla.gob.mx/> o en la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, ubicada en la planta baja del domicilio de la convocante, **DEL MIÉRCOLES 27 AL JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018**, en días hábiles y en un horario de **9:00 a 16:00 horas.**

2.4.3.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO Y PAGO DE BASES: Para adquirir las bases de la presente licitación deberán efectuar el pago de las mismas dentro del periodo comprendido en el punto **2.4.1.** Bajo los siguientes datos:

2.4.3.1.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO: Para poder realizar el pago, se deberá solicitar la generación de la "orden de cobro", previa presentación del ANEXO G de las bases debidamente requisitado así como copia de identificación oficial (credencial del IFE/INE VIGENTE, PASAPORTE VIGENTE O CÉDULA PROFESIONAL) de la persona que firma el Anexo G. Esta orden de cobro se expedirá **EN LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE DEL MIÉRCOLES 27 AL JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018**, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

2.4.3.1.1.- *“Conforme al ‘Acuerdo de la Secretaría de la Contraloría por el que se dan a conocer las formas en que se podrá tramitar la constancia de no inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas (jurídicas), para participar en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma, de adquisición arrendamientos o servicios del sector público estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 27 de mayo del año 2011, las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en algún procedimiento de adjudicación o contratación en la materia de Obra pública, servicios relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos o servicios deberán tramitar ante la Secretaría de la Contraloría, a través de la Coordinación General Jurídica, la Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas.*

No podrán participar en ningún procedimiento de adjudicación o contratación que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, las personas físicas o jurídicas que no presenten la Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas. Dicha constancia tendrá una Vigencia de 30 días naturales a partir del día de su expedición.

La Secretaría de la Contraloría, a través de la Coordinación General Jurídica, previo pago de derechos del servicio y en los casos que resulte procedente, entregará al solicitante la “Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas” a que se refiere el acuerdo respectivo, la cual deberá tramitarse en la Planta Baja del Edificio Sur del Centro Integral de Servicios ubicado en Vía Atlixcayotl 1101, Col. Reserva Territorial Atlixcayotl, en caso de duda, podrán comunicarse al teléfono: (222) 3-03-46-00 exts. 30134 y 30102 o bien, será expedida en los casos que resulte procedente a través de la página www.pue.gob.mx realizando los siguientes pasos:

1. Menú: “Trámites”
2. Ícono: “Negocio”
3. Constancia de no inhabilitación de adjudicación para proveedor o contratista.
4. Iniciar (clic)



Derivado de lo anterior, y una vez que se haya presentado la solicitud de expedición de la “Orden de Cobro”, dentro del plazo anteriormente señalado, deberá presentar Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas VIGENTE para que la convocante pueda entregar dicho instrumento para proceder a realizar el pago en las sucursales bancarias antes del vencimiento del periodo establecido para el PAGO DE BASES, señalado en el punto 2.4.1.

2.4.3.1.2.- En el caso de los licitantes, QUE NO ESTÉN EN POSIBILIDAD DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, deberán solicitar la generación de la “Orden de Cobro” enviando los datos que se indican en el ANEXO G, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE NO INHABILITADO DE PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS, y copia de identificación oficial de la persona que firma el Anexo G al siguiente correo:

maria.espinosag@puebla.gob.mx

Por esa vía, se podrá generar la orden de cobro y les será enviada su referencia de pago. Sólo se generará dicha orden DEL MIÉRCOLES 27 AL JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018 en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Queda bajo la responsabilidad de los licitantes confirmar la recepción de su solicitud al teléfono (222) 2 29 70 00 /13/ /14/ ext. 5033.

Una vez que se obtenga la “Orden de Cobro”, el pago deberá efectuarse en los bancos autorizados en dicha orden, antes del vencimiento del periodo establecido para el PAGO DE BASES, señalado en el punto 2.4.3.2.

2.4.3.2.- PAGO DE BASES: Una vez obtenida la Orden de Cobro, se deberá pagar el monto establecido en el punto 2.4.4 en los bancos referidos en dicha orden teniendo como fecha límite el JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018.

2.4.4.- **COSTO DE BASES: \$2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M. N.)** pagaderos en las instituciones bancarias señaladas en la orden de cobro.

2.4.5.- Para la consulta, generación de orden de cobro y pago de bases de esta licitación, se deberá respetar el período y horarios mencionados en los puntos 2.4.2 y 2.4.3.2.

2.4.6.- Es requisito indispensable para participar en la presente licitación la adquisición de las bases y en ningún caso el derecho de participación será transferible.

Se les reitera a los licitantes que el trámite de solicitud de Generación de Orden de Cobro para poder efectuar el Pago de Bases debe realizarse a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de conformidad con lo establecido en el punto 2.4.3.1. de las bases.

2.4.7.- **INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS.** El licitante deberá presentar tres (3) sobres o empaques debidamente cerrados, sellados con cinta adhesiva e identificado con nombre del licitante, número de licitación **GESFAL-056-457/2018** y número de sobre; en el lugar y fechas establecidas en el punto 10 de estas bases.

El **PRIMER SOBRE** deberá contener:

3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS.

3.1.- **Dos Copia simple legible y original para cotejo** de los siguientes documentos:

A) PERSONA FÍSICA

- Acta de Nacimiento de la persona física que firma la propuesta.
- Registro Federal de Contribuyentes debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada al año 2018 (original o copia certificada para cotejo y copia simple legible, si es por vía electrónica, con la liga digital correspondiente).
- Identificación Oficial con fotografía vigente (**IFE/INE, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL**) de la persona que firma, y



- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses, **(RECIBO DE TELÉFONO, LUZ, AGUA O PREDIAL)**.

B) PERSONA JURÍDICA

- Registro Federal de Contribuyentes debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizado al año 2018 (original o copia certificada para cotejo y copia simple legible, si es por vía electrónica, con la liga digital correspondiente).
- Acta Constitutiva de la Empresa en tamaño carta; en caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, deberán de presentar las dos últimas. Resaltando, preferentemente, en qué consiste la modificación (El objeto social indicado en el acta constitutiva de la empresa, deberá coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta Licitación).
- Poder Notarial de la persona con poder general para Actos de Administración y/o poder especial para participar en Procedimientos de Adjudicación, con facultades para presentar y firmar propuestas en **tamaño carta**;
- Identificación Oficial con fotografía vigente (**IFE/INE, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL**) de la persona que firma, y
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses, **(RECIBO DE TELÉFONO, LUZ, AGUA O PREDIAL)**.

En caso de que la persona que asista no tenga el Poder Notarial, deberá acreditar su personalidad mediante la presentación de una Carta poder simple debidamente requisitada para acudir en su representación a los eventos de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas técnicas, Apertura económica y Fallo, **debiendo anexar invariablemente copia simple legible de la identificación oficial vigente de quien otorga el poder y de quien recibe (original para cotejo y copia simple)**.

La Carta Poder simple deberá presentarse sólo en original, dentro del folder de copias y deberá contener los siguientes elementos:

- Nombre y firma del otorgante;

- Nombre y firma de quien recibe el poder;
- Debe hacer referencia al procedimiento de licitación correspondiente
- Nombre y firma de 2 testigos.

3.2.- Carta original dirigida a la Convocante, (de acuerdo al ANEXO A) indicando el procedimiento **GESFAL-056-457/2018**, en hoja membretada, sellada, numerada o foliada, suscrita y firmada por el representante legal de la empresa, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que:

A) PERSONA FÍSICA

- Que no me encuentro en ninguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. (El cual se transcribe para su conocimiento en la última hoja de la presente licitación).
- Que conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GESFAL-056-457/2018**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Soy: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA ó GRANDE** empresa. (Si es persona física, es por su propio derecho), ó

B) PERSONA JURÍDICA

- Cuento con facultades suficientes para suscribir a nombre de mi representada la propuesta correspondiente.
- Que el poder con el que acredito mi representación no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna.
- Que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. (El cual se transcribe para su conocimiento en la última hoja de la presente licitación).



- Que conoce en su integridad y manifiesta su conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GESFAL-056-457/2018**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Manifiesto que mi representada es: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA ó GRANDE** empresa.

3.3.- Copia simple del Registro en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla, vigente.

- En caso de que el licitante no se encuentre inscrito o actualizado en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, deberá presentar carta en hoja membretada del licitante, debidamente sellada y firmada por el representante legal, dirigida a la convocante y haciendo referencia al presente procedimiento **GESFAL-056-457/2018**, en la que se compromete en caso de que se le adjudique el contrato, a iniciar los trámites ante la Secretaría de la Contraloría, para inscribirse o actualizarse en dicho Padrón.

3.4.- Se solicita a todos los licitantes que la documentación legal, original y copia solicitada según sea el caso, se presente debidamente señalada (las copias con marca-textos) para su rápida identificación, en un solo sobre o paquete invariablemente cerrado y sellado con cinta adhesiva, debidamente identificado con el nombre del licitante, número de licitación y la leyenda "Documentación legal o Sobre 1", de la cual los originales o copias certificadas estarán en un fólder y las copias simples en tamaño **carta** en fólder con broche baco (cada juego de copias en un fólder), dentro del sobre o paquete, respetando en ambos casos el orden de presentación.

4.- ASPECTOS TÉCNICOS

El **SEGUNDO SOBRE**, debidamente sellado con cinta adhesiva e identificada con nombre del licitante,

número de licitación y con la leyenda "Propuesta Técnica" o Sobre 2, deberá contener:

4.1.- PROPUESTA TÉCNICA.

4.1.1.- La propuesta técnica (**CARÁTULA DEL ANEXO B y ANEXO B**) así como demás cartas y documentos solicitados, que se anexen a la misma invariablemente deberán estar impresos en papel original membretado del licitante, y deberán presentarse en **original y copia**, indicando el número de la presente Licitación **GESFAL-056-457/2018** dirigido a la convocante, **contener sello y firma al calce en todas y cada una de las hojas por la persona autorizada para ello** conforme al poder notarial, debiendo la última hoja además, contener el nombre y puesto del representante legal del licitante y encontrarse dentro del segundo sobre, en caso de no cumplir con estos requisitos, la propuesta será descalificada. El licitante deberá considerar que la falta de alguno de los elementos mencionados en este punto, será total responsabilidad del mismo. Todo en original y copia debidamente separados, en diferentes recopiladores de dos argollas, debiendo los dos tantos ser exactamente iguales, tanto en anexos, cartas, etc. y separando los originales de las copias.

4.1.2.- Aquellos documentos que formen parte de la propuesta técnica y que por su misma naturaleza no puedan ser modificados o alterados, se acepta que se presenten en su forma original, con copia simple para su cotejo, copias que deberán estar invariablemente **foliadas, selladas** y debidamente **firmadas** por la persona autorizada para ello conforme al poder notarial.

4.1.3.- La propuesta técnica tomando como ejemplo los formatos (**CARÁTULA DEL ANEXO B y ANEXO B**), estarán debidamente capturadas **en formato Word** en 2 dispositivos **USB** (original y respaldo), los cuales serán proporcionados por el licitante; en caso de que el licitante no presente dichos dispositivos o los mismos no contengan la información correspondiente serán descalificados.

Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, que éstos no estén en blanco sin información, que no contengan virus, que los mismos estén identificados con el



nombre del licitante, número de licitación y “Propuesta Técnica”, que la información solicitada se encuentre debidamente capturada, no escaneada, no presentar el formato como imagen, a renglón seguido no dividir la tabla y que no tengan problemas para leerse. Lo anterior con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el Acta correspondiente del evento señalado en el punto 10 de estas bases, el no hacerlo será motivo de descalificación.

4.2.- Todas las características y especificaciones que se manifiesten en su Propuesta Técnica (**ANEXO B**) deberán basarse invariablemente en lo requerido en el **ANEXO 1**, indicando lo visto, en su caso en la Junta de Aclaraciones, el no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

4.3.- **TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:** Será dentro de los **5 días naturales** posteriores a la formalización del contrato.

4.4.- **PERIODO DE GARANTÍA:** Deberá ser **mínimo un año** a partir de la recepción de los bienes en el almacén de la contratante.

4.5.- El licitante solo podrá presentar una propuesta técnica por partida, en caso de presentar dos opciones o más el licitante será descalificado.

Los datos anteriores deberán estar asentados en la propuesta técnica. (Puntos 4.3 y 4.4) **VER ANEXO B.**

4.6.- **REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA:** Deberá anexar a su Propuesta Técnica (tanto en el original como en la copia) dentro del segundo sobre lo siguiente:

4.6.1.- Los licitantes deberán presentar currículum en hoja membretada de la empresa en la cual indiquen su experiencia **mínima de tres años** en la venta de bienes iguales o similares a los requeridos por la contratante, conforme al **ANEXO B1**, en el cual incluya copia simple legible de 3 (tres) facturas y/o contratos expedidos por los licitantes a diferentes clientes, efectuados durante los últimos años sin exceder tres, en los que compruebe que ha vendido bienes iguales o similares a los solicitados.

4.6.2.- Los licitantes deberán anexar a su propuesta técnica, el **ANEXO 3**, debidamente requisitado indicando la **marca** (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario), **laboratorio fabricante** y en caso de que aplique **modelo**. Deberá ser el 100% de los bienes solicitados en el **ANEXO 2**.

4.6.3.- Los licitantes deberán incluir en su propuesta técnica en original o copia simple legible; folletos, dibujos, catálogos y/o fichas técnicas con fotografía correspondientes a la **marca** (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario) y en su caso modelo de los bienes del **ANEXO 3**, en las que se señalen por escrito las principales características que concuerden y cumplan con lo mínimo requerido, referenciados preferentemente en color rojo de acuerdo al numeral que le corresponda, con la finalidad de comprobar las especificaciones solicitadas. Los documentos antes mencionados deberán presentarse en español o con traducción simple al español, aclarando que no se aceptarán únicamente fotografías o imágenes sin descripción, así como folletos en medio electrónicos u hojas de especificaciones para referenciar toda la propuesta técnica.

4.6.4.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada de la empresa, debidamente firmada por la persona autorizada para ello, donde se comprometa en caso de resultar adjudicado:

A) A entregar productos originales de fabricantes y que en ningún caso entregarán producto gris o pirata.

B) A Realizar el canje al 100% de los bienes adjudicados que presenten vicios ocultos, defectos de empaque y/o transportación a partir de la recepción de los mismos en el almacén de la contratante; estos le serán devueltos y deberán sustituirlos en un plazo no mayor a **5 días hábiles**. Se entiende por vicios ocultos cualquier inconsistencia que no pueda ser apreciable al momento de la recepción de los bienes.

C) A que los productos ofertados no tienen alertas sanitarias o se encuentran boletinadas por alguna autoridad.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

D) A garantizar el bien ofertado en cuanto a su calidad **mínimo por un año** a partir de la fecha de entrega en el almacén de la contratante.

E) A asumir totalmente la responsabilidad legal, en el caso de que al suministrar los bienes infrinja o viole las normas en materia de patentes, marcas, obligaciones fiscales, de comercio, registros, derechos de autor, constancia de calidad, así como el resto de los documentos inherentes a la entrega.

F) A armar y/o instalar los bienes en el lugar de destino final que indique la contratante, dentro de los cinco días naturales posteriores a la formalización del contrato. (Aplica para todos los numerales).

4.6.5.- Los licitantes deberán presentar copia simple legible vigente por ambos lados de los registros sanitarios vigentes o modificación de registro emitidos por la COFEPRIS por cada una de los numerales ofertados en el **ANEXO 3**, el cual deberá coincidir con las características solicitadas, marca (bien denominado o denominación distintiva), laboratorio fabricante, procedencia y presentación de los bienes solicitados.

En caso de que el registro sanitario o modificación de registro no estén vigentes, los licitantes podrán presentar copia simple legible por ambos lados de cualquiera de los siguientes documentos:

A) Prórroga del registro sanitario vigente emitido por la COFEPRIS, la cual deberá coincidir con las características solicitadas de los bienes, marca (bien denominado o denominación distintiva), laboratorio fabricante, procedencia y presentación de los bienes.

B) Solicitud de prórroga completa, la cual deberá coincidir con las características solicitadas de los bienes, con la marca (bien denominado o denominación distintiva), laboratorio fabricante, procedencia y presentación de los bienes.

4.6.5.1- En caso de que algún numeral no maneje registro sanitario se deberá presentar:

A) Carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada del licitante, firmada por la persona autorizada para ello, donde manifieste que el numeral no requiere registro sanitario; o

B) Documento emitido por la COFEPRIS o Secretaría de Salud en la cual se indique que no se requiere registro, subrayando el bien ofertado.

La contratante se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la copia del registro sanitario o modificación del registro, así como el documento de que no requiere registro de la Secretaría de Salud debiendo ser fiel y auténtica de la original expedida por ella, en caso que se detecte alguna alteración en el registro será motivo de descalificación.

4.6.6.- En caso de que el licitante sea **fabricante**, deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad en la que se compromete a cumplir con el abasto suficiente de los bienes adjudicados. Dicha carta deberá ser acompañado de una copia simple legible de la identificación oficial del representante legal o la persona autorizada para firmar dicho documento.

4.6.6.1.- En caso de que el licitante sea **distribuidor exclusivo o primario**, deberá presentar carta del fabricante en original, en papel membretado y con firma autógrafa del mismo en la que manifieste respaldar la propuesta técnica que se presente por los numerales solicitados en el **ANEXO 2**, con la que garantiza el abasto suficiente para cumplir con la adjudicación que se derive del presente procedimiento, indicando número del procedimiento, marca y modelo (en caso de que aplique) de los equipos (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario) laboratorio fabricante, procedencia y presentación. Además en caso de ser distribuidor exclusivo, el licitante deberá manifestar que "su representada es distribuidor exclusivo" mediante carta bajo protesta de decir verdad.

4.6.6.2.- En caso de que el licitante sea **distribuidor secundario**, deberá anexar carta del distribuidor primario o del fabricante en la que manifieste respaldar la propuesta técnica que se presente por los numerales, con el que garantiza el abasto suficiente para cumplir con la adjudicación que se derive del presente procedimiento, indicando número del procedimiento, marca y modelo (en caso de que aplique) de los bienes, además de acompañar de la carta del fabricante en donde manifieste que es el distribuidor primario.



4.7.- INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

La propuesta técnica deberá presentarse dentro del segundo sobre de la siguiente manera:

a) En original y copia cuya información deberá coincidir con la que contengan los dos dispositivos señalados en el punto 4.1.3, siendo causa de descalificación el que la información no coincida o tenga problemas para leerse.

b) Deberán presentar 2 recopiladores Lefort de dos argollas, uno con la documentación en original y el otro con la copia. De igual forma, se les solicita no presentar hojas sueltas y engrapadas, engargoladas o en fólder con broche.

c) Se solicita que la documentación venga organizada de acuerdo al orden de los puntos señalados en las presentes bases, incluyendo separadores o pestañas.

d) Cada uno de los documentos que integren la propuesta técnica deberán estar **debidamente foliados, sellados y firmados por la persona autorizada para ello** conforme al poder notarial en todas sus hojas, tanto en el original como en la copia, incluyendo toda la documentación anexa; ejemplo: cartas, permisos, etc., que se les haya solicitado.

e) Los documentos que se anexen y no hayan sido solicitados en las presentes bases, no serán considerados para la evaluación técnica.

f) En la propuesta técnica podrá asentar en la columna de Periodo de entrega: “el periodo requerido por la contratante” o “según bases”.

g) En la propuesta técnica podrá asentar en la columna de Periodo de Garantía: “el periodo requerido por la contratante” o “según bases”.

h) Todos los documentos y requisitos solicitados en los aspectos técnicos deberán ser debidamente foliados, si carecen de éste, no será responsabilidad de la Convocante; por lo que el licitante deberá revisar su información y documentación.

El **TERCER SOBRE**, debidamente sellado con cinta adhesiva e identificado con nombre del licitante, número de licitación y con la leyenda “Propuesta Económica” o Sobre 3, deberá contener:

5.1.- PROPUESTA ECONÓMICA.

5.1.1.- La propuesta económica **ANEXO C**, así como todos los demás documentos solicitados que se anexen a la misma, deberán presentarse en fólder tamaño carta con broche baco, estar impresos en papel membretado original del licitante, dirigida a la convocante, indicando el número de la presente Licitación **GESFAL-056-457/2018**, debiendo contener **folio, sello y firma en todas y cada una de las hojas, por la persona autorizada para ello** conforme al poder notarial, debiendo indicar, adicionalmente en la última hoja, el nombre del mismo. El licitante deberá considerar que la falta de alguno de los elementos mencionados en este punto, será total responsabilidad del mismo.

La propuesta económica del licitante, tomando como ejemplo el **ANEXO C**, deberá considerar cada uno de los puntos que aquí se enumeran debidamente capturados en dos dispositivos **USB** (Un original y una copia de respaldo), mismos que serán proporcionados por el licitante. En caso de que el licitante no presente dichos dispositivos o los mismos no contengan la información correspondiente serán descalificados.

5.1.2.- Los precios deberán presentarse en moneda nacional, con 2 decimales como máximo. El no presentarla así será causa de descalificación. Adicionalmente, se deberá anexar la leyenda **“Los precios serán firmes hasta la total entrega de los bienes”**.

5.1.3.- La propuesta económica no deberá presentar raspaduras, enmendaduras o correcciones en la misma.

5.1.4.- En caso de existir descuentos se deberán incluir en el precio unitario.

5.1.5.- En caso de que existan errores aritméticos éstos serán rectificadas prevaleciendo invariablemente el precio unitario. Si el Licitante, en uno u otro caso, no acepta la corrección, su propuesta será rechazada.

5.-ASPECTOS ECONÓMICOS



5.1.6.- Los licitantes solo podrán presentar una propuesta económica por partida, en caso de presentar dos o más opciones, el licitante será descalificado.

5.1.7.- Se solicita que, preferentemente, los precios presentados se protejan con cinta adhesiva.

Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, que los mismos contengan el nombre del licitante, número de licitación y “propuesta económica”, que la información solicitada se encuentre debidamente capturada, no escaneada, a renglón seguido y que no tengan problemas para leerse, ni que contengan virus. Lo anterior, con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el acta correspondiente del evento señalado en el punto 13 de estas bases. (No incluir imágenes).

5.2.- **REQUISITOS ECONÓMICOS:** Todos los licitantes deberán anexar a su propuesta económica, (tercer sobre), los requisitos que a continuación se mencionan, la falta de alguno de ellos será causa de descalificación.

5.2.1.- Garantía de seriedad conforme al punto 7 de estas bases.

5.2.2.- Copia simple legible del acuse de **recibo del SAT**, con el sello o liga digital correspondiente, de la declaración anual y/o la última declaración presentada.

Asimismo, deberá presentar, copia simple legible de la **“Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales”**, emitida por el SAT, con el sello o liga digital correspondiente; dicho documento deberá haber sido expedido dentro de los **20 días hábiles** previos a la presentación de propuestas al acto de revisión de documentación legal y apertura de propuestas técnicas.

5.2.3.- Los licitantes deberán presentar de manera informativa junto con su propuesta económica el **ANEXO 4** debidamente requisitado, no hacerlo será motivo de descalificación.

6.- ASPECTOS INFORMATIVOS

6.1.- Los licitantes interesados en participar en procedimientos de adjudicación deberán presentar Constancia de no Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas, para participar en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública o servicios realizados con la misma, de adquisiciones, arrendamientos o servicios; conforme al punto 2.4.3.1.1. En términos del acuerdo de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el periódico oficial del estado de fecha 27 de mayo de 2011.

6.2.- No se acepta participación conjunta, toda vez que se requiere que un solo licitante presente las garantías solicitadas.

6.3.- La contratante le notificará el lugar exacto donde se deberá realizar el armado y/o instalación de los bienes al momento de la formalización del contrato, mismo que será dentro del Estado de Puebla.

7.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.

7.1.- En apego al Artículo 126 fracción I de la Ley, los licitantes deberán garantizar la seriedad de sus propuestas, mediante cheque cruzado, el cual deberá contener la leyenda de “no negociable”, o fianza a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ofertado sin incluir el IVA.

En caso de presentar cheque cruzado este no deberá contener otra leyenda diversa a “No negociable”, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 178 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de exhibir cheque cruzado, éste deberá presentarse dentro de una mica o de un sobre, (no enmicado) por lo que no se aceptarán cheques engrapados o pegados en hojas blancas.

La garantía se exige para cubrir al Gobierno del Estado de Puebla contra el riesgo de incumplimiento por parte de los licitantes en los siguientes casos:

a) Si el (los) licitante(s) retira(n) su oferta.

b) Si el (los) licitante(s) al (los) que se le(s) adjudicó el contrato derivado de esta licitación, no firma(n) el



mismo de conformidad con los plazos establecidos en estas bases.

En cualquiera de estos casos, la garantía de seriedad se aplicará en beneficio del Gobierno del Estado de Puebla, como indemnización por los daños ocasionados. Esta garantía deberá presentarse dentro del tercer sobre.

7.2.- En caso de que los licitantes, para garantizar sus propuestas, decidan otorgar póliza de fianza, ésta deberá ser expedida por afianzadora autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su redacción será conforme al **ANEXO D**.

7.3.- No se aceptarán garantías con enmendaduras, tachaduras, rotas o perforadas. Ni cheques de cuentas de persona distinta al licitante. El presentarlas así será causa de descalificación.

7.4.- Esta garantía se regresará a los licitantes que no hayan resultado adjudicados, en un plazo de 15 días naturales posteriores a la notificación del fallo respectivo.

7.5.- Por lo que respecta al licitante adjudicado, le será devuelto una vez que presente la garantía de cumplimiento respectiva, debidamente sellada de recibido por la contratante.

7.6.- El horario para recoger dichas garantías será de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas en las oficinas de la Convocante, presentando el recibo y oficio de solicitud respectivo y copia de identificación de la persona que recibirá la garantía.

7.7.- La devolución de las garantías de seriedad a los licitantes se realizará en un periodo máximo de tres meses posteriores a la comunicación del fallo de esta licitación, después de este plazo las garantías serán consideradas como canceladas y resguardadas en el archivo general.

EVENTOS DE LA LICITACIÓN:

8.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

8.1.- Las dudas referentes a las especificaciones

descritas, puntos de las bases y requisitos para los licitantes, serán recibidas a partir de la fecha de publicación y hasta las **17:00 HORAS DEL JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018**, mismas que invariablemente deberán ser enviadas en el formato identificado como **ANEXO F** (no escaneado y en formato **WORD**), **única y exclusivamente a través del correo electrónico que a continuación se señala** (se deberá indicar en el asunto del correo la leyenda "**PREGUNTAS GESFAL-056-457/2018 NOMBRE DEL LICITANTE**") **debiendo enviar copia legible escaneada del comprobante de pago de Bases** respectivo, por el mismo medio:

juntadeaclaraciones.sa.pue@gmail.com

QUEDA BAJO LA MÁS Estricta RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, LLAMAR AL TELÉFONO (222) 2 29 70 00 /13/ /15/ EXT. 5033 PARA CONFIRMAR QUE SUS PREGUNTAS HAYAN SIDO RECIBIDAS, PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

Lo anterior, con el fin de que la convocante esté en posibilidad de analizar, responder y dar lectura a las respuestas de las dudas planteadas en tiempo y forma en el evento de junta de aclaraciones; en caso de no enviarlas al correo antes mencionado, en el formato correspondiente, y dentro del término señalado anteriormente, la convocante **NO SE HARÁ RESPONSABLE QUE LAS DUDAS PRESENTADAS NO SEAN RESPONDIDAS EN LA JUNTA MENCIONADA.**

Por ningún motivo se aceptarán preguntas por escrito y en forma directa, debiendo ser **invariablemente** a través de la dirección electrónica y hasta la hora prevista. Asimismo, no se aclarará en el evento señalado en el punto **9** de estas bases, duda alguna que no haya sido planteada con anterioridad o en el horario antes mencionado. Solo serán contestadas las preguntas de carácter técnico y legal previamente presentadas, reservándose la Convocante el derecho de resumirlas en caso de que éstas contengan comentarios adicionales.

8.2.- Las preguntas de los licitantes deberán realizarse precisando a que punto de las bases o del **ANEXO 1 ó**



anexos a que se refieren, en caso de no presentarse como se indica, no serán tomadas en cuenta.

8.3.- No se tomarán en cuenta las preguntas de aquellos Licitantes que no hayan enviado su comprobante de pago de Bases, así como las preguntas, previamente al evento de Junta de Aclaraciones, de conformidad con el punto **8.1** de estas bases.

9.- JUNTA DE ACLARACIONES.

9.1.- FECHA, HORA Y LUGAR.- Este evento se llevará a cabo el día **MARTES 03 DE JULIO DE 2018 A LAS 13:30 HORAS, EN LA SALA NO. 1 DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**, ubicada en la Planta Baja del domicilio de la Convocante.

LOS LICITANTES DEBERÁN TRAER MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE COPIA DEL ACTA DEL EVENTO.

9.2.- Uno de los representantes de la convocante dará lectura a las respuestas de las preguntas que los licitantes hayan presentado previo a este evento por escrito en los términos señalados en el punto 8 de estas bases

9.2.1.- Una vez que se concluya la lectura de las preguntas y respuestas por parte del funcionario que presida el evento, el Licitante podrá solicitar aclaración en base a sus preguntas planteadas, por lo que el Licitante deberá tomar nota, quedando bajo su responsabilidad estar atento a la lectura de las mismas.

9.3.- Los representantes de la Convocante y de la Contratante, así como los licitantes, firmarán el acta en la cual se encuentran asentadas las aclaraciones a las dudas presentadas y se entregará copia del acta ya sea impresa o en medio electrónico a los asistentes.

9.4.- Todo lo que se establezca en el acta de Junta de Aclaraciones, será parte integrante de las bases de la presente licitación, de conformidad al Artículo 81 fracción II de la Ley, por lo que los cambios realizados deberán considerarse para la presentación de sus

propuestas. El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

9.5.- Toda vez que la presencia del licitante no es requisito indispensable para participar en este evento su inasistencia queda bajo su estricta responsabilidad, considerando que estará de acuerdo con las aclaraciones realizadas en la misma y que la convocante se libera de cualquier responsabilidad en relación a que algún licitante carezca de alguna información.

10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

10.1.- FECHA Y HORA.- Este evento será el día **LUNES 09 DE JULIO DE 2018 A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA NO. 1 DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**, ubicada en la Planta Baja del domicilio de la Convocante, el registro se llevará a cabo **10 minutos antes de esa hora.**

EXACTAMENTE a la hora señalada y tomando como base la hora que marca el reloj del recinto mencionado, se cerrarán las puertas del mismo, no permitiéndose el ingreso a documentación ó licitante alguno, quedando descalificado automáticamente y sin responsabilidad alguna para la Convocante.

Para este evento solo podrá estar presente el licitante ó su representante debidamente acreditado.

LOS LICITANTES DEBERÁN TRAER MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE COPIA DEL ACTA DEL EVENTO, O TAMBIÉN SE PODRÁ UTILIZAR LA MEMORIA PRESENTADA DENTRO DEL SEGUNDO SOBRE.

10.2.- Los licitantes que adquirieron bases y se inscribieron, que no estén presentes al iniciar este acto, quedarán automáticamente descalificados.

DESARROLLO DEL EVENTO.

10.3.- Se hará declaración oficial del evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

10.4.- Se hará la presentación de los representantes de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

10.5.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes quienes deberán presentar, a través de sus representantes debidamente acreditados los **TRES SOBRES IDENTIFICADOS, CERRADOS Y SELLADOS CON CINTA ADHESIVA**, conforme a lo señalado en los puntos 3, 4 y 5 de estas bases.

10.6.- Con fundamento en el Artículo 85 fracción II de la Ley, se procederá a la apertura del primer sobre, con la documentación legal de cada licitante, que debe contener los originales ó copias certificadas y copias simples de la documentación solicitada, mismas que se cotejarán en el momento. Los originales o copias certificadas serán devueltos a los licitantes, excepto lo solicitado en el **ANEXO A**. Las copias simples se quedarán invariablemente en poder de la Convocante.

En caso de que algún licitante quede descalificado por no presentar uno o varios de los documentos legales solicitados en el punto 3 de las presentes bases, se le hará entrega inmediatamente de los dos sobres que contienen la propuesta técnica, así como la económica, quedando bajo su elección el abandonar el recinto en ese momento.

10.7.- En caso de que la documentación presentada se encuentre completa, se procederá a abrir el segundo sobre de cada licitante, el cual debe contener lo solicitado en el punto 4 de estas bases.

10.8.- Las propuestas serán rubricadas al menos por un asistente a este evento.

10.9.- Se levantará acta circunstanciada del evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas, asentando los motivos de la descalificación de aquellos licitantes que hubiesen omitido cualquiera de los requisitos a que se refieren los puntos 3 y 4 de las presentes bases, las propuestas recibidas y las observaciones respectivas.

El acta será firmada por los asistentes, entregando copia ya sea impresa o en medio magnético al finalizar.

10.10.- La omisión de firmas por parte de algún asistente no invalidará el contenido y efecto del acta.

10.11.- El tercer sobre de cada licitante, cerrado y sellado, que debe contener la propuesta económica y la garantía de seriedad de propuestas, será debidamente firmado por los asistentes, quedando los mismos en custodia de la Convocante hasta el día del evento de la apertura de propuestas económicas.

10.12.- Si se da el caso en el que algún licitante no presente alguno o ninguno de los sobres solicitados y haya comprado bases, se le dará acceso al evento pero quedará automáticamente descalificado, situación que será asentada en el acta correspondiente.

11.- EVALUACIÓN TÉCNICA.

La Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios realizará la evaluación de las propuestas técnicas recibidas, para determinar el dictamen técnico respectivo, mismo que se dará a conocer en el evento señalado en el punto 12 de estas bases.

CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

11.1.- Se evaluará que la descripción técnica ofertada por el licitante corresponda invariablemente con lo solicitado en el **ANEXO 1** más los documentos solicitados en el punto 4.6, ambos de las presentes bases.

El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación

11.2.- Elementos para la evaluación técnica.- La evaluación de las propuestas técnicas se realizará comparando el servicio ofertado por los licitantes, con:

- a) Todo lo solicitado en estas bases;
- b) Cartas, Anexos, etc. y
- c) Demás requisitos que se soliciten en la junta de aclaraciones.

12.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

12.1.- FECHA, HORA Y LUGAR.- Este evento se llevará a cabo el día **MIÉRCOLES 11 DE JULIO DE**



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

2018 A LAS 12:30 HORAS, EN LA SALA NO. 1 DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ubicada en la Planta Baja del domicilio de la Convocante.

12.2.- La Convocante procederá a informar el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, de cada licitante, según dictamen correspondiente.

12.3.- Con relación a las propuestas técnicas descalificadas, en ese momento será devuelto el tercer sobre al o los licitantes correspondientes.

12.4.- Si la propuesta técnica es rechazada y el licitante no asiste a este evento, el tercer sobre cerrado y sellado, quedará en poder de la Convocante, hasta en tanto el licitante acuda a solicitarlo, mediante escrito firmado por la persona autorizada para ello. Una vez firmada el acta correspondiente a esta comunicación de evaluación técnica, se procederá con:

13.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

DESARROLLO DEL EVENTO:

13.1.- Se hará declaración oficial del evento de apertura de propuestas económicas.

13.2.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas.

13.3.- En el caso de las propuestas aceptadas, se procederá a la apertura del tercer sobre y una vez verificada la garantía de seriedad, se dará lectura en voz alta a la propuesta económica.

13.4.- Cuando algún licitante no asista a este evento y su propuesta técnica sea aceptada, el tercer sobre que debe contener la propuesta económica, así como la garantía solicitada, en ese instante será abierto por un representante de la Convocante y se procederá a dar lectura a la misma.

13.5.- Las propuestas económicas serán firmadas por los asistentes.

13.6.- Se levantará acta circunstanciada del evento asentando los importes unitarios y totales de todas y

cada una de las propuestas económicas aceptadas y las observaciones respectivas, firmando los asistentes y entregando copia a los mismos, ya sea impresa o en medio óptico y/o electrónico.

13.7.- Para los fines de la evaluación económica, en caso de error aritmético, prevalecerán los precios unitarios. Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o unidad de medida solicitados, estas podrán corregirse. De continuar discrepancia entre la cantidad con letra y corrección aritmética, la propuesta será rechazada.

NO ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES, Y LA FALTA DE ALGUNA FIRMA NO INVALIDARÁ EL ACTA DEL EVENTO.

13.8.- La Secretaría podrá negociar a la baja los precios contenidos en las propuestas económicas de los licitantes, cuando exista el riesgo de declararse desierto el procedimiento, siempre y cuando se haga del conocimiento previo de todos los licitantes presentes al momento de la apertura de propuestas; lo anterior de conformidad con la fracción III del Artículo 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

13.9.- Si se da el caso de negociación, la Convocante levantará el acta respectiva junto con la Contraloría y la Contratante, y el Licitante donde se asentará el resultado de este hecho.

14.- FALLO.

14.1.- Este evento se llevará a cabo el día **VIERNES 13 DE JULIO DE 2018 A LAS 13:00 HORAS, EN LA SALA NO. 1 DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**, ubicada en la Planta Baja del domicilio de la Convocante.

ASPECTOS GENERALES:



15.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES

Será motivo de descalificación a los licitantes que incurran en uno o más de los siguientes supuestos:

15.1.- Por no estar presentes al iniciar el evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas.

15.2.- Si no presenta o no cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de la presente licitación, de conformidad a lo señalado en el Artículo 80 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, ya que todos los requisitos solicitados son esenciales.

15.3.- Si la propuesta técnica, económica y demás documentos solicitados no se presentan en hojas membretadas originales del licitante, dirigidas a la Convocante, indicando número de licitación, selladas y firmadas por el representante legal, indicando en la última hoja, el nombre y puesto del mismo.

15.4.- Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

15.5.- Si no presenta la garantía solicitada en el punto 6 de estas bases dentro del tercer sobre o cuando el valor de la garantía para la seriedad de propuestas, sea inferior al 10% (diez por ciento) del monto total de la oferta sin incluir el I.V.A. (según sea el caso), o si esta garantía no se encuentra debidamente requisitada.

15.6.- Cuando se compruebe que algún licitante se encuentre dentro de los supuestos que marca el Artículo 77 de la Ley.

15.7.- Si no presenta original y copia de la propuesta técnica o si esta última estuviera incompleta.

15.8.- Si su propuesta no indica el periodo de entrega o periodo de garantía o si éstos no se ajustan a los establecidos en estas bases.

15.9.- Si en la propuesta ya sea técnica o económica, o en ambas, existe información que se contraponga o bien por no anexar los dispositivos solicitados que contienen de manera electrónica las propuestas.

15.10.- En caso de que la carta solicitada en el punto 3.2 se presente con alguna restricción o salvedad

15.11.- Cualquier punto o concepto adicional no solicitado en las bases, que sea presentado en la propuesta técnica o económica y que esta afecte a los intereses del Gobierno del Estado de Puebla.

15.12.- Si se demuestra que el licitante utiliza o ha utilizado documentación no auténtica, falsa, apócrifa o declarado falsamente en éste o cualquier otro procedimiento de adjudicación previsto por la Ley en el que se encuentre participando, cualquiera que sea el estado del procedimiento en cuestión.

15.13.- La inclusión de elementos en cualquiera de las propuestas técnica, económica e incluso en la documentación legal, que implique el otorgamiento de bienes o servicios en condiciones inferiores a las establecidas por las bases y eventualmente modificadas por la Junta de Aclaraciones, toda vez que lo anterior representa una negociación indirecta de las Bases, de conformidad con lo establecido en los artículos 79 fracción V y 80 fracción X de la Ley de la materia expresamente establecen que el contenido de las bases no es negociable.

15.14.- En aquellos casos en que la inclusión sea de elementos que impliquen condiciones superiores a las establecidas, se estará a lo que al efecto determine la Convocante, previo análisis de la conveniencia de la aceptación de dichas condiciones, por lo que de determinarse que no son convenientes y por ende representan ofrecimiento de condiciones inferiores, será procedente la descalificación.

15.15.- Por no cumplir con la descripción detallada de los bienes en su propuesta técnica conforme al **ANEXO 1** de estas bases, así como por no considerar los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

15.16.- Por no presentar los **ANEXOS B y C**, debidamente requisitados, o bien la información requerida no coincida conforme a lo solicitado en el



ANEXO 1 o bien, si éste no se presenta en los formatos indicados en estas bases.

15.17.- Si en el evento señalado en el punto **10** de estas bases, no presenta alguno de los 3 sobres requeridos.

15.18.- Por no aplicar en sus propuestas, los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

15.19.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito legal solicitado en el punto **3** de las presentes bases.

15.20.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito técnico solicitado en el punto **4.6** de las presentes bases.

15.21.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito económico solicitado en el punto **5** de las presentes bases

15.22.- Por no indicar en su propuesta técnica la **MARCA, LABORATORIO FABRICANTE Y EN CASO DE QUE APLIQUE, MODELO**, de los bienes solicitados en el **ANEXO 3**, de acuerdo a lo solicitado en el punto **4.6.2** de las presentes bases.

15.23.- Por no presentar en su propuesta técnica en español o con traducción simple al español los folletos, catálogos o fichas técnicas con las principales características de los bienes de conformidad con lo solicitado en el punto **4.6.3** de las bases.

15.24.- Por no anexar los dispositivos USB o medios electrónicos que contengan las propuestas técnicas o los mismos no contengan la información correspondiente o en blanco.

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

16.1.- El criterio de adjudicación será a favor de aquel licitante que cumpla con los requisitos legales, técnicos, económicos y oferte **el precio más bajo por la partida**.

16.2.- Si resultare que 2 o más propuestas satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, y exista un empate en el precio, se adjudicará el bien a

aquel licitante que siendo persona física o jurídica, tenga establecido su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Puebla; entendido como tal, el que se haya manifestado ante el registro federal de contribuyentes para los efectos fiscales.

16.3.- Si una vez verificado lo establecido en el punto anterior, apareciere que más de un proveedor tiene la personalidad de poblano, la partida o partidas se dividirán entre los participantes empatados y en caso de que no sea susceptible de ser dividido, se establecerá el procedimiento de puja a la baja, en el cual todos los Licitantes en empate, podrán en ese mismo acto reevaluar sus propuestas y otorgar un nuevo precio **mismo que por ningún motivo deberá ser superior al originalmente presentado**, de conformidad con el artículo 89 de la ley en la materia.

16.4.- La convocante podrá modificar las cantidades adjudicadas, pudiendo aumentar o reducir estas, ya sea por necesidades o por restricciones presupuestales Y A PETICIÓN DE LA Contratante.

17.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O CANCELADA

La presente licitación podrá declararse desierta y/o cancelada en los siguientes casos:

17.1.- Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos esenciales previstos en las bases de la presente licitación, con fundamento en el Artículo 92 fracción I de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

17.2.- Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el contrato objeto de la presente licitación con ningún participante porque sus precios rebasen el presupuesto autorizado, de conformidad con el Artículo 92 fracción II de la Ley.

17.3.- Cuando no adquieran las bases de esta licitación por lo menos tres licitantes o habiéndose inscrito no se presente ninguna propuesta, de conformidad con el Artículo 92 fracción III de la Ley.

17.4.- Si después de realizarse la evaluación, no fuera posible adjudicar el contrato a ninguno de los licitantes por así convenir a los intereses de la convocante y/o



contratante, de conformidad con el artículo 92 fracción IV de la Ley.

17.5.- Por caso fortuito o fuerza mayor, o bien, existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de esta licitación de conformidad con el Artículo 91 de la Ley.

17.6.- Por restricciones presupuestales de la solicitante.

18.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

18.1.- De conformidad con el Artículo 126 fracción III de la Ley, el proveedor ganador, garantizará el cumplimiento del contrato, así como la indemnización por vicios ocultos, mediante cheque certificado, de caja, fianza o hipoteca otorgada a favor de la **Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla**, por un importe equivalente al **10% (diez por ciento) del monto total adjudicado con IVA.**

Garantía que deberá cubrir el cumplimiento oportuno en la entrega de los bienes, calidad y vicios ocultos, la cual deberá presentarse a la firma del contrato citado. En caso de ser fianza deberá presentarse conforme al **ANEXO E.**

18.2.- No se aceptarán garantías de cumplimiento de contrato diferente a cheque certificado de caja, fianza o hipoteca, con independencia del texto del contrato y del importe adjudicado.

18.3.- Cabe destacar que en caso de que algún proveedor adjudicado no presente la garantía de cumplimiento, se estará a lo previsto en el artículo 105 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

19.- CONTRATOS.

19.1.- El proveedor adjudicado, deberá presentarse a firmar y recibir el contrato derivado de la presente licitación dentro de los **5 DÍAS HÁBILES** siguientes a la notificación del fallo respectivo, en las instalaciones de la contratante, con los documentos señalados (original y dos copias) y a través de los representantes acreditados:

- a) Garantía de Cumplimiento del contrato.
- b) Cédula de identificación fiscal o R.F.C.
- c) Acta constitutiva de la persona jurídica (moral) o acta de nacimiento en caso de ser persona física. Para el caso de que la empresa haya tenido modificaciones a su acta constitutiva, deberá presentar las últimas modificaciones correspondientes.
- d) Poder notarial del representante o apoderado legal de la empresa.
- e) Identificación Oficial vigente con fotografía del apoderado o representante legal.
- f) Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
- g) Constancia de no adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración vigente. (De acuerdo al artículo 28 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018).

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2018, artículo 28 en el apartado B de Otros Servicios, los licitantes adjudicados que pretendan formalizar algún contrato, como proveedores y prestadores de servicios del gobierno del estado, deberán obtener de la Secretaría de Finanzas y Administración, la Constancia de No Adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales, ya que en ningún caso las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos o servicios si éstos se presentan alguno de los supuestos establecidos en el Código Fiscal del Estado de Puebla vigente. En caso de que el licitante adjudicado no exhiba su constancia de no adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales vigente a la fecha de formalización del contrato, dentro del término legal se procederá a la cancelación del mismo y se adjudicará a la siguiente propuesta viable y que cumpla con todos los requisitos de ley.

La documentación original será devuelta inmediatamente después de que se haya cotejado, a excepción de la garantía de cumplimiento.

19.2.- En caso de no presentarse a la formalización del contrato o no entregar la garantía de cumplimiento dentro del tiempo y lugar estipulado en el punto



anterior, se hará efectiva la garantía de seriedad de propuesta.

En su caso, aquellos documentos que, con motivo de esta licitación, se hubieren comprometido a entregar.

19.3.- En caso de no presentarse a la formalización de los contratos, o no presentar alguno de los documentos mencionados en el punto **19.1** dentro del tiempo y lugar estipulado en el punto anterior, no se podrá proceder a la formalización del contrato y se hará efectiva la garantía de seriedad de propuesta y la contratación pasará al segundo lugar.

En términos de lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, al momento de resultar adjudicado con un contrato, deberá realizar los trámites administrativos y legales con la finalidad de obtener su registro en el padrón de proveedores.

20.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

20.1.- La contratante bajo su responsabilidad y por razones fundadas podrá modificar el contrato dentro de los seis meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, o separadamente el 20% (veinte por ciento en tiempo y monto) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos. Estos se formalizarán por escrito, de conformidad con el Artículo 112 de la Ley.

21.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el proveedor no cumpla con las obligaciones derivadas del mismo, tales como:

21.1.- Si no cumple con la entrega de los bienes en el tiempo y forma convenidos.

21.2.- Por el incumplimiento de las demás obligaciones del contrato celebrado.

21.3.- Cuando las diversas disposiciones legales aplicables al respecto así lo señalen.

21.4.- Por casos fortuitos o de fuerza mayor.

Cuando se rescinda el contrato, la contratante deberá informar a la convocante a efecto de que ésta verifique conforme al criterio de adjudicación, si existe otra proposición que resulte aceptable, en cuyo caso, el contrato se celebrará con el licitante que ocupara el segundo lugar en precios más bajos y cuya oferta técnica haya sido aceptada.

21.5.- Para rescindir administrativamente el contrato por causas imputables al proveedor se hará de la siguiente manera:

a) Podrá iniciarse al día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del incumplimiento.

b) Se comunicará por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro del término que para tal efecto se señale y que no podrá ser menor a 3 días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

c) Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubiesen hecho valer; y

d) La resolución será debidamente fundada y motivada y se notificará personalmente por correo certificado con acuse de recibo al infractor, dentro de un término de **15 DÍAS HÁBILES**.

22.- TRANSPORTACIÓN.

22.1.- La forma de transporte que utilice el Proveedor, será bajo su absoluta responsabilidad y deberá garantizar la entrega de los bienes, en el tiempo requerido y en condiciones óptimas, tales que preserven la calidad de estos.

22.2.- La transportación de los bienes, seguros y maniobras de descarga en los almacenes de la Contratante, no implicará costos adicionales a cargo de la misma, quedando estos a cargo del Proveedor.

22.3.- Cualquier parte que resulte dañada, por defectos de transporte, será devuelta al Proveedor y deberá ser sustituida a satisfacción de la Contratante.

23.- LUGAR DE ENTREGA



23.1.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.-

Almacén central de Cuautlancingo ubicado en Río Suchiate No. 4 Col. San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Pue. Tel. (222) 2-10-65-42 y 39 en un horario de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles de Lunes a Viernes con el C. Miguel Olivares, por lo cual no se recibirán bienes fuera de este horario y no será aceptada condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, maniobra de carga y descarga, seguros u otros.

23.2.- La entrega de los bienes deberá ser notificado a la convocante mediante el formato identificado como "ANEXO H" parte 1 al correo electrónico maria.espinosag@puebla.gob.mx y a la contratante parte 2 al correo electrónico jorge.galindo.albicker@gmail.com danelch@hotmail.com, con una anticipación mínima de 24 hrs, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 107 fracción IV de la Ley.

Teléfono para notificación: (222) 3 09 36 00 ext. 2039 y 2071.

23.3.- La revisión de los bienes se hace consistir en una facultad de la convocante, la cual puede o no ejercer, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 133 de la Ley, sin que lo dispuesto por la fracción XII del Artículo 45 de la misma Ley se contraponga a aquella disposición.

24.- DEVOLUCIONES.

24.1.- La Contratante podrá hacer devoluciones de los bienes cuando no cumplan con los requisitos solicitados en las Bases, asimismo, cuando se comprueben deficiencias en la calidad de los bienes suministrados por el Proveedor. Las devoluciones se harán dentro del periodo de garantía, en estos casos el Proveedor se obliga a reponer el 100% del volumen devuelto, o bien si durante el periodo de garantía los bienes sufrieran cambios físicos ocasionados por causas imputables al Proveedor, deberán ser devueltos y canjeados en su totalidad, en un término no mayor a **5 días hábiles** a partir de la fecha en que el Proveedor reciba la notificación de los productos que se encuentran con deficiencias; en caso de no cumplir con lo establecido, se hará acreedor a sanciones.

25.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

Las sanciones que la contratante aplicará serán las estipuladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Se harán efectivas las garantías respectivas a la seriedad de las propuestas en los siguientes casos:

25.1.- Cuando los licitantes no sostengan sus propuestas o se retiren de la licitación, después del acto de apertura de propuestas técnicas.

25.2.- Cuando el licitante adjudicado no confirme su aceptación para que se le adjudique el contrato dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere comunicado el fallo.

25.3.- Cuando el licitante adjudicado no entregue la garantía de cumplimiento, dentro de los **5 (cinco) días hábiles** posteriores a la firma del contrato.

25.4.- Se hará efectiva la garantía de cumplimiento, cuando exista incumplimiento en la entrega de los bienes, o no suministrarlos en los plazos y especificaciones establecidos en las bases o con características inferiores a las pactadas

25.5.- Las penas convencionales se aplicarán por causas imputadas al licitante, cuando existan retrasos en la entrega de los bienes, o en las subsecuentes entregas conforme a:

a) El **2%** del monto no entregado (sin incluir IVA) por cada día natural de retraso, inclusive por la entrega de bienes diferentes o de inferior calidad a lo establecido en el contrato; mismo que será deducido a través de cheque certificado, de caja o nota de crédito. dicho documento deberá estar a nombre de los **SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA** y deberá ser entregado previo a la entrega de la facturación. la contratante podrá rescindir el contrato, total o parcialmente según sea el caso, haciendo efectiva la póliza de garantía y podrá adjudicar el contrato al segundo lugar. En caso de que la contratante autorice una prórroga, por causas imputables al licitante, durante la misma, se aplicará la



sanción establecida en este punto por cada día de prórroga.

b) Aplicación de las sanciones estipuladas en la ley.

26.- PAGO

26.1.- El proveedor deberá ingresar sus facturas con la Contratante cubriendo los requisitos legales y administrativos vigentes, ya que será la responsabilidad del proveedor, los problemas que para su cobro representen. Las facturas deberán ser expedidas de acuerdo a lo siguiente:

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| NOMBRE | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA |
| R.F.C. | SSE9611042Z5 |
| DIRECCIÓN | 6 NORTE No. 603 COL. CENTRO, PUEBLA, PUEBLA C.P. 72000 |

26.2.- La contratante no cubrirá facturas de bienes que no estén entregados en su totalidad, además no liberará el pago de las facturas correspondientes si éstas no cuentan con toda la documentación que ampare la total entrega de los bienes.

26.3.- El licitante adjudicado deberá emitir la factura señalando la **marca** (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario) **laboratorio fabricante**, en caso de que aplique, **modelo**, **procedencia**, **presentación** del producto, el **número de serie** correspondiente y **periodo de garantía** de cada uno de los bienes adjudicados.

26.4.- El pago se realizará en una sola exhibición dentro de los **20 días hábiles** posteriores a la presentación de la factura debidamente requisitada.

26.5.- No se otorgarán anticipos al licitante adjudicado en esta licitación.

26.6.- En caso de que aplique retención del 5 al millar se le dará a conocer al licitante adjudicado al momento de la formalización del contrato.

26.7.- Solo será cubierto por la Contratante el IVA, cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por parte del Proveedor.

27.- ASPECTOS VARIOS.

27.1.- Una vez que los licitantes hayan ingresado al recinto establecido, durante cualquier etapa, no podrán utilizar aparatos de intercomunicación de ningún tipo, (teléfonos celulares, radios, computadoras portátiles, etc.).

27.2.- Una vez iniciado el evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas, no podrá ingresar licitante alguno o introducir al recinto documento alguno.

27.3.- Los lugares, fechas y horarios de los distintos eventos que conforman la licitación podrán ser suspendidos, cambiados o diferidos de conformidad con las necesidades de la convocante con el fin de proveer al óptimo desarrollo de la Licitación, siempre apegándose a lo dispuesto para tal efecto en la Ley, por lo anterior será de la más estricta responsabilidad del licitante por medio de sí o de quien lo represente, el presentarse en todos y cada uno de los eventos tanto en las fechas indicadas en las presentes bases, así como en las que al efecto sean señaladas como sustitución a éstas, lo cual invariablemente le será señalado en los eventos de junta de aclaraciones o de aperturas. Lo anterior sin que bajo ninguna circunstancia tenga la convocante obligación alguna de notificar personalmente al licitante acerca del estado, resultado, fechas, horas o lugares de cualquier evento de la presente licitación pues en estas bases le han sido informadas tales circunstancias o lo serán en las actas que al efecto se levanten.

28.- CONTROVERSIAS.

28.1.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o ejecución derivadas de estas bases, se resolverán con apego a lo previsto en la Ley.

A T E N T A M E N T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE
ZARAGOZA A 27 DE JUNIO DE 2018

PAOLA ARELLANO DE LA ROSA
DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

JIHV/JPL/MSEG



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE

Por medio de la presente, en mi carácter de representante legal de **(PERSONA FÍSICA O JURIDICA)** declaro bajo protesta de decir verdad que:

PERSONA FÍSICA

- Que no me encuentro en ninguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. (El cual se transcribe para su conocimiento en la última hoja de la presente licitación).
- Que conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GESFAL-056-457/2018**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Soy: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA ó GRANDE** empresa. (Si es persona física, es por su propio derecho),
ó

PERSONA JURÍDICA

- Cuento con facultades suficientes para suscribir a nombre de mi representada la propuesta correspondiente.
- Que el poder con el que acredito mi representación no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna.
- Que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. (El cual se transcribe para su conocimiento en la última hoja de la presente licitación).
- Que conoce en su integridad y manifiesta su conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GESFAL-056-457/2018**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Manifiesto que mi representada es: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA ó GRANDE** empresa.

ATENTAMENTE
LUGAR Y FECHA

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

CARÁTULA DEL ANEXO B
RESUMEN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FECHA: _____

| NOMBRE DEL LICITANTE | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRIGIDA A: | | | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS |
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | | | GESFAL-056-457/2018 |
| ADQUISICIÓN DE: | | | EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA |
| No. de Partida | Unidad de medida | Cantidad | Descripción General |
| 1 | LOTE | 1 | I. DESCRIPCIÓN GENERAL. LA CONTRATANTE REQUIERE EL EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD |

A T E N T A M E N T E

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
 LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO B
PROPUESTA TÉCNICA

Formato para la presentación de la Propuesta Técnica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 PRESENTE

| NOMBRE DEL LICITANTE: | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LA PARTIDA | MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO), LABORATORIO FABRICANTE Y EN CASO DE QUE APLIQUE MODELO | TIEMPO DE ENTREGA | PERIODO DE GARANTÍA |
| 1 | | | CONFORME AL ANEXO 1: | | | |

LUGAR Y FECHA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
 LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
 SELLO**

NOTAS:

- 1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, ya que, en caso de no hacerlo así, será causa de descalificación. Este formato se presentará en **WORD**.
- 2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta técnica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima correctamente en sus hojas membretadas.
- 3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
- 4.- Firmada y sellada en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.



ANEXO B1

CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE

INDICACIONES: Todos los campos del presente anexo se deberán llenar sin excepción alguna. En caso de que no exista la información de alguno de los campos se deberá asentar “NO APLICA”.

Se podrán utilizar los espacios que requiera en cada uno de los campos del presente anexo.
 _____ (Nombre completo) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento de adjudicación, a nombre y representación de: (persona jurídica); y que la documentación que se entrega con la propuesta es verídica, legítima y fidedigna.

| 1. INFORMACIÓN GENERAL | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA | | |
| RFC CON HOMOCALVE | | |
| DOMICILIO FISCAL | CALLE: | NÚMERO: |
| | COLONIA: | C.P. |
| | DELEGACIÓN O MUNICIPIO: | |
| TELÉFONOS | | FAX. |
| CORREO ELECTRÓNICO | | FECHA DE FUNDACIÓN: |
| ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA | | NÚMERO : FECHA: |
| NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE EL ACTA CONSTITUTIVA | NOMBRE: NÚMERO: LUGAR: | |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS | APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRES: RFC: | APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRES: RFC: |
| OBJETO SOCIAL | | |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA | | |
| DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO | NÚMERO: | FOLIO: FECHA: |
| REPRESENTANTE LEGAL | APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRES: RFC: | |
| DOMICILIO FISCAL DEL REPRESENTANTE LEGAL | CALLE: | NÚMERO: |
| | COLONIA: | C.P. |
| | DELEGACIÓN O MUNICIPIO: | |
| TELÉFONOS | | FAX. |
| CORREO ELECTRÓNICO | | |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES | NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA: FECHA: NOMBRE DEL NOTARIO: NÚMERO DEL NOTARIO: DOMICILIO DE LA NOTARÍA: | |

2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA:
 (CÓMO SE FUNDÓ, CON QUÉ OBJETO Y CUÁL HA SIDO SU EVOLUCIÓN, HASTA LA PRESENTE FECHA).

3. PRINCIPALES SERVICIOS O PRODUCTOS QUE MANEJE, INDICANDO SUS PRINCIPALES MARCAS, (ÉSTOS DEBEN SER PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN).

4. INDICAR LA EXPERIENCIA QUE SE TIENE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
 LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

PROCEDIMIENTO (ESTÁ DEBE SER POR LO MENOS DE 3 AÑOS DE ANTIGUEDAD).

**5. RELACION DE PRINCIPALES CLIENTES (MÍNIMO 3)
 DEBERÁN SER DEL MISMO GIRO O SIMILAR AL SOLICITADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN).**

| | | |
|---|----------------------------------------------------------|--|
| 1 | NOMBRE COMPLETO: | |
| | DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ O SE PRESTÓ EL SERVICIO | |
| | CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA) | |
| | ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO QUE SE PRESTÓ | |
| | DIRECCIÓN: TELÉFONOS CON LADA: | |
| 2 | NOMBRE COMPLETO: | |
| | DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ O SE PRESTÓ EL SERVICIO | |
| | CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA) | |
| | ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO QUE SE PRESTÓ | |
| | DIRECCIÓN: TELÉFONOS CON LADA: | |
| 3 | NOMBRE COMPLETO: | |
| | DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ O SE PRESTÓ EL SERVICIO | |
| | CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA) | |
| | ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO QUE SE PRESTÓ | |
| | DIRECCIÓN: TELÉFONOS CON LADA: | |

A T E N T A M E N T E

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
 LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
 SELLO**



ANEXO C

PROPUESTA ECONÓMICA

Formato para la presentación de la Propuesta económica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 PRESENTE

| NOMBRE DEL LICITANTE: | | | | | |
|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARTIDA | PRECIO OFERTADO EN EL ANEXO 4 | |
| 1 | | | | | |
| IMPORTE TOTAL CON LETRA | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | IVA (16%) | |
| | | | | TOTAL | |

“Los precios serán firmes hasta la total entrega de los bienes”

Vigencia de la cotización: 60 días naturales.

LUGAR Y FECHA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
 LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
 SELLO**

NOTAS:

- 1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, ya que en caso de no hacerlo así, será causa de descalificación. Este formato se presentará en **EXCEL**.
- 2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta económica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima correctamente en sus hojas membretadas.
- 3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
- 4.- Firmada y sellada en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO D

GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA ECONÓMICA (TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA)

Ante o a favor de la: **SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**

Para garantizar por (nombre de la persona física o jurídica), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, la seriedad de la propuesta presentada en la licitación pública nacional número: **GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA**, realizada por el Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el **10 % del monto total de su propuesta** sin incluir IVA \$ (número) (letra _____ M.N.).

Esta fianza permanecerá vigente aun cuando se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

El sostenimiento de la oferta es por un período mínimo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del acto de apertura de ofertas.

En los casos de hacerse exigible la fianza, esta compañía afianzadora pagara en los términos, de ley la cantidad de \$ (número) (_____ letra _____ M.N.) que corresponde al **10% del monto total de la propuesta económica** sin incluir IVA. Como garantía de sostenimiento de oferta, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO E

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Ante o a favor de: **LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**
(TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA)

Para garantizar por (nombre de la persona física o jurídica), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de **(CONTRATO DEPENDENCIA)** relativo a la **ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA**, realizada por el Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, dentro del expediente No. **GESFAL-056-457/2018**, por **el monto total adjudicado con IVA de \$ (número) (letra _____ M.N.)**

Esta fianza permanecerá vigente en cuanto al cumplimiento del contrato, desde la fecha de su expedición hasta la total terminación de las obligaciones derivadas del mismo, aún cuando se otorguen prórrogas o esperas y para los casos en que se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

Asimismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en los casos de vicios o defectos ocultos de los bienes o servicios contratados, quedando vigente un año posterior a la entrega o prestación de los mismos.

En los casos de hacerse exigible la fianza esta compañía afianzadora pagará en los términos, de ley la cantidad de \$ (número) (_____ letra _____ M.N.) que corresponde al 10 % del monto total del contrato **con IVA**. Como garantía de su cumplimiento así como contra vicios o defectos ocultos, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO F

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| NOMBRE DEL LICITANTE | | |
|----------------------|------------|--|
| 1 | REFERENCIA | |
| | PREGUNTA | |
| | RESPUESTA | |
| 2 | REFERENCIA | |
| | PREGUNTA | |
| | RESPUESTA | |
| 3 | REFERENCIA | |
| | PREGUNTA | |
| | RESPUESTA | |
| 4 | REFERENCIA | |
| | PREGUNTA | |
| | RESPUESTA | |

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

REFERENCIA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ MENCIONAR A QUE PUNTO, PARTIDA O ANEXOS DE LAS BASES SE REFIERE.

EN EL CASO DE QUE SEA UN COMENTARIO GENERAL, DEJAR EL APARTADO DE REFERENCIA EN BLANCO.

APARTADO DE PREGUNTA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ HACER SU PREGUNTA U OBSERVACIÓN.

IMPORTANTE: SE LE SOLICITA AL LICITANTE NO MODIFICAR EL PRESENTE FORMATO Y SOLO ASENTAR LOS DATOS REQUERIDOS. EN EL CASO DE QUE REQUIERA MAS FILAS SOLO INSERTAR LAS MISMAS, ADEMÁS SE DEBERÁ PRESENTAR EN **FORMATO WORD**.



ANEXO G

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 PRESENTE**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

Fecha: _____

Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados a continuación son los correspondientes a mi representada

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | |
| NACIONALIDAD | |
| DOMICILIO FISCAL | (CALLE _____, NÚMERO _____, COLONIA _____, DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____, C.P. _____, ENTIDAD FEDERATIVA _____) |
| TELÉFONOS | |
| CORREO ELECTRÓNICO | |
| DATOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA | (NUMERO _____ Y FECHA _____) |
| DATOS DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA | (NOMBRE _____ NÚMERO _____ Y LUGAR _____) |
| DATOS REGISTRALES | (NUMERO _____, TOMO _____, FOLIOS _____, FECHA _____) |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL | |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA | |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LA PROPUESTA TÉCNICA/ ECONÓMICA: | |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | (NÚMERO _____ Y FECHA _____) |
| DATOS DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: | (NOMBRE _____ NÚMERO _____ Y LUGAR _____) |

LUGAR Y FECHA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
 LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
 SELLO**



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
 LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO H

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Se hace del conocimiento de los licitantes adjudicados, que es necesario comunicar a la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, el inicio del servicio con una anticipación de al menos 24 horas, al siguiente correo electrónico maria.espinosag@puebla.gob.mx mediante el presente documento denominado "FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES" debiendo asentar lugar, día y hora.

Parte 1 (Expediente Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Procedimiento: GESFAL-056-457/2018 | |
| DATOS DE LA ENTREGA: | |
| Proveedor: _____ | |
| Dependencia/Entidad: _____ | |
| Cantidad: _____ | |
| Descripción genérica de los bienes: | |
| 1.- _____ | |
| 2.- _____ | |
| 3.- _____ | |
| Fecha: _____ Hora: _____ | |
| ATENTAMENTE | |
| _____ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA SELLO | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Se hace del conocimiento de los licitantes adjudicados, que es necesario comunicar a la DEPENDENCIA/ENTIDAD el inicio del servicio con una anticipación de al menos 24 horas, al siguiente correo electrónico **jorge.galindo.albicker@gmail.com** y **danelch@hotmail.com** mediante el presente documento denominado "FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES" debiendo asentar lugar, día y hora.

Parte 2 (Expediente Dependencia/Entidad)

Procedimiento: GESFAL-056-457/2018

DATOS DE LA ENTREGA:

Proveedor: _____

Dependencia/Entidad: _____

Cantidad: _____

Descripción genérica de los bienes:

1.- _____

2.- _____

3.- _____

Fecha: _____

Hora: _____

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO 1

| Part | Cantidad | U Medida | Descripción |
|------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | LOTE | <p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL.</p> <p>LA CONTRATANTE REQUIERE EL EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD</p> <p>II. TIEMPO DE ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO.</p> <p>DENTRO DE LOS 05 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.</p> <p>III. PERIODO DE GARANTÍA:</p> <p>DEBERÁ SER DE CUANDO MENOS UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES EN EL ALMACÉN DE LA CONTRATANTE.</p> <p>IV. LUGAR DE ENTREGA.</p> <p>EN EL ALMACÉN CENTRAL DE CUAUTLANCINGO UBICADO EN RÍO SUCHIATE No. 4 COL. SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUE. TEL. (222) 2-10-65-42 Y 39, CON EL C.P. MIGUEL OLIVARES.</p> <p>LA CONTRATANTE LE NOTIFICARÁ EL LUGAR EXACTO DONDE SE DEBERÁ REALIZAR EL ARMADO Y/O INSTALACIÓN DE LOS BIENES AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, MISMO QUE SERÁ DENTRO DEL ESTADO DE PUEBLA.</p> <p>LOS BIENES SOLICITADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEBERÁN APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2.</p> |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO 2

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| NUMER AL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTID AD |
| 1 | 531.862.0052 | <p>TERMÓMETRO DIGITAL</p> <p>TERMÓMETRO QUE PERMITE MEDIR LA TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO, A TRAVÉS DEL CANAL AUDITIVO. CONSTA DE:</p> <p>PANTALLA DIGITAL CON ILUMINACIÓN.</p> <p>MECANISMO DE ENCENDIDO MANUAL O AUTOMÁTICO.</p> <p>DESPLIEGUE DE TEMPERATURA DE 34 A 42 GRADOS CENTÍGRADOS. CON FUNDAS PROTECTORAS DEL EXTREMO DE INSERCIÓN.</p> <p>CON ALARMA VISUAL O SONORA AL ENCENDIDO, AL FINALIZAR LA MEDICIÓN Y AL DETECTAR BATERÍA BAJA. CON MEMORIA MÍNIMA DE 10 DETERMINACIONES.</p> <p>FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA DE LITIO.</p> <p>CON ESTUCHE PARA GUARDA O FUNDA PROTECTORA.</p> | PIEZA | 3 |
| 2 | 531.375.0126 | ESTETOSCOPIO CAPSULA DOBLE. | PIEZA | 10 |
| 3 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE LED</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I. DESCRIPCIÓN.</p> <p>1.-FUENTE DE LUZ LED VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS</p> <p>2. INTENSIDAD DE LUZ DE 35,000 LUXES,</p> <p>3. TEMPERATURA DE COLOR DE 4200 GRADOS KELVIN</p> <p>4. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA.</p> <p>5. TUBO FLEXIBLE CON APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DEL CAMPO 14 CM</p> <p>6. PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO</p> <p>II. INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120V/60HZ.</p> | PIEZA | 6 |
| 4 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: VITRINA A CONTRAMURO DE 120 CM.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA.</p> <p>I. DESCRIPCIÓN</p> <p>1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO.</p> <p>2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE N.18 ACABADO PULIDO CON MENSULAS PARA GRADUAR ALTURA.</p> <p>3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS.</p> <p>4. LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO.</p> <p>5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO.</p> <p>6. DIMENSIONES GENERALES: 120 CM DE ALTO X 20 CM DE FONDO X 60 CM DE ANCHO, TOLERANCIAS +-3%.</p> | PIEZA | 1 |
| 5 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>MESA CON TARJA Y LAVABO DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANSI 304 CALIBRE 18.</p> <p>MESA CON TARJA SENCILLA, CUBIERTA LISA Y 1 TARJA DE 0.45 MTS DE ANCHO X 0.45 MTS DE LARGO X 0.24 MTS DE FONDO, TOLERANCIAS +-3%.</p> <p>MONTADO SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 1/2" DE DIÁMETRO EXTERNO Y DE 1 1/4" DE DIÁMETRO INTERNO CON REGATONES NIVELADORES, DEBERÁ INCLUIR ENTREPAÑO INFERIOR EN ÁREAS PERMISIBLES.</p> <p>MEDIDAS DE LA MESA: 1.20 MTS DE LARGO X 0.70 MTS DE ANCHO X 0.90 MTS DE ALTO, TOLERANCIAS +-3%.</p> | PIEZA | 1 |
| 6 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>COMPRESORA DE AIRE PARA UNIDAD DENTAL, CON ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO DE PURGA DE CONDENSADOS Y FILTROS DE AIRE.</p> <p>PUNTOS DE TRATAMIENTO: 1</p> <p>FLUJO VOLUMÉTRICO: MÁXIMO A 5 VAR 65 LT/MIN</p> <p>FLUJO VOLUMÉTRICO EN SERVICIO CONTINUO: A 5 VAR 52 LT/MIN</p> <p>SOBRE PR.MIN./SOBRE PR.MAX. 5.5/7 VAR</p> <p>CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE PRESIÓN. 1</p> <p>POTENCIA DEL MOTOR: 230 V. 75 KW</p> <p>DIMENSIONES: 490 MM DE ANCHO X 430 MM DE LARGO X 740 MM DE ALTO.</p> <p>PESO 51 KILOS</p> | PIEZA | 1 |
| 7 | 531.291.0028 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MODULO INTEGRADO | PIEZA | 1 |
| 8 | 531.562.0020 | LÁMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. | PIEZA | 1 |
| 9 | 531.786.0079 | REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES | PIEZA | 1 |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| NUMER AL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTID AD |
| 10 | 531.341.2305 | UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL DE PISO | PIEZA | 1 |
| 11 | 531.923.0313 | UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA | PIEZA | 1 |
| 12 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | THERMO (HIELERA) PARA TRANSPORTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIOLÓGICOS Y VACUNAS. COMPUESTO CON TAPA DE SELLADO HERMÉTICO E INTERIORES CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ACABADO SANITARIO DE 2 MILÍMETROS DE ESPESOR, CAPACIDAD NÚMERO 12 DE 27.2 X 15.3 X 21.7 CM, TOLERANCIAS +-1%. | PIEZA | 2 |
| 13 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | THERMO (HIELERA) PARA TRANSPORTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIOLÓGICOS Y VACUNAS. COMPUESTO CON TAPA DE SELLADO HERMÉTICO E INTERIORES CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ACABADO SANITARIO DE 2 MILÍMETROS DE ESPESOR, CAPACIDAD NÚMERO 21 DE 52.3 X 35 X 35.7 CM, TOLERANCIAS +-1%. | PIEZA | 2 |
| 14 | 513.950.0119 | VASO METÁLICO DE 100 ML. | PIEZA | 4 |
| 15 | 531.614.0424 | ESTADIMETRO PEDIÁTRICO | PIEZA | 1 |
| 16 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES DEFINICIÓN: UNIDAD MECÁNICA RODABLE QUE FACILITA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE EN ESTADO 4 SECCIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1.- CAMA HOSPITALARIA HIDRÁULICA O NEUMÁTICA DE MÚLTIPLES POSICIONES. 2.- CAMA CON SISTEMA HIDRÁULICO O NEUMÁTICO DE DOBLE TIJERA PARA SU OPERACIÓN. 3.- QUE SOPORTE UN PESO AL MENOS DE 130 KG 4.- QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES DE FORMA MANUAL 4.1.- SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 68° 4.2.- SECCIÓN DE RODILLA QUE CUBRA EL RANGO DE 0 - 36° COMO MÍNIMO 4.3.- ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE A TRAVÉS DE MANIVELA ESCAMOTEABLE Y QUE CUBRA EL RANGO DE 42.5 CM A 83 CM ±5 CM 5.- SISTEMA DE PISTONES NEUMÁTICOS PARA EL POSICIONAMIENTO MANUAL DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE A TRAVÉS DE MANIVELAS 6.- SUPERFICIE DE CAMA RÍGIDA, FABRICADA EN TUBO DE ACERO CON REVESTIMIENTO EPOXY, CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN Y LIMPIEZA DE LA MISMA 7.- DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 87 CM DE ANCHO X 197 CM DE LONGITUD 8.- DIMENSIÓN TOTAL DE LA CAMA: LONGITUD DE 209 CM X ANCHO 96 CM +/- 5 CM 9.- CABECERA Y PIECERA DESMONTABLES FABRICADAS DE MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES Y SOLVENTES Y CON SISTEMA DE FIJACIÓN DE CABECERA Y PIECERA SIN NECESIDAD DE USAR HERRAMIENTAS 10.- BARANDALES LATERALES METÁLICOS CORRIDOS, ABATIBLES Y CON SEGURO, QUE PERMITAN LA TRANSFERENCIA SEGURA DEL PACIENTE 11.- CON PROTECTORES O PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS. 12.- COLCHÓN DE POLIURETANO, DE ALTA CALIDAD, ANTIESTÁTICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LÍQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO 13.- CAPACIDAD DE COLOCAR EL POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS 14.- AL MENOS DOS GANCHOS PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN CADA LADO DE LA CAMA 15.- CON RUEDAS DE 12.5 CM DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO Y CON SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS II. ACCESORIOS UN POSTE PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS (PORTAVENOCÁLISIS). | PIEZA | 5 |
| 17 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CAMA CLÍNICA PEDIÁTRICA BARANDAL DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 22,2 MM (7/8") EL HORIZONTAL Y 15.8 MM (5/8") LOS VERTICALES FIJOS A LOS HORIZONTALES DE DIÁMETRO CAL. 18, ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. BASTIDOR FIJO LARGUEROS Y TRAVESAÑOS DE ÁNGULO DE ACERO DE 32 DE LARGO X 32 MM DE ANCHO (1 ¼" X 1 ¼" TOLERANCIAS +-1%) ACABADO EN PINTURA CAFÉ. BASTIDOR DE POSICIONES DE ÁNGULO DE ACERO DE 32 MM DE LARGO X 32 MM DE ANCHO (1 ¼" X 1 ¼" TOLERANCIAS +-1%) CON TOPE DE COLCHÓN DE ACERO DE 9.5 MM (3/8"), ACABADO EN PINTURA CAFÉ CABECERA Y PIECERA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 38.1 MM (1 ½") DE ACERO CAL. 22, CON PREPARACIONES COLOCADAS EN PIECERA Y CABECERA PARA RECIBIR ANTENA PORTA HEMOLISIS, ACABADO EN PINTURA HORNEADA. GUÍAS DEL BARANDAL DE TUBULAR REDONDO DE ACERO DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO CON SEPARADORES SUJETOS A LA ESTRUCTURA Y TOPE INFERIOR DE HULE MACIZO, ACABADO CROMADO. PAÑALERA DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON UN ENTREPAÑO, PUERTA CON TAPA, JALADERA TIPO PUENTE CROMADA Y RESBALÓN, ACABADO EN PINTURA HORNEADA. RODAJAS DE HULE SINTÉTICO EMBALADA DE 76.2 MM (3") DE DIÁMETRO COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE ACERO ACABADO CROMADO. SISTEMA DE POSICIÓN MANUAL CON SOLERAS EN FORMA DE DIENTE DE SIERRA EN AMBOS LADOS. | PIEZA | 2 |
| 18 | SIN CLAVE DEL SECTOR | CARRO CAMILLA ADULTO | PIEZA | 2 |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| NUMER AL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| | SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CARRO PARA CURACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO. 2. CUBIERTA: DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. ESTRUCTURA: TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 4. TRAVESAÑOS PARA ENTREPAÑO: TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), DE 19 MM (¾") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 5. ENTREPAÑO: DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. 6. ARILLO PORTA CUBETA Y PORTA BANDEJA: CON SISTEMA GIRATORIO, FABRICADO EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 DE 2.5MM (3/32") DE ESPESOR Y 25.4 MM (1") DE ANCHO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 7. CUBETA: CAPACIDAD DE 12 LITROS, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. ASA DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6.35 MM (¼") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 8. BANDEJA: CAPACIDAD DE 2.1 LITROS +/- 5% DE TOLERANCIA, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. 9. RODAJAS GIRATORIAS: CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTAS DE HULE NEGRO DE 101.1 MM (4") DE DIÁMETRO CON HORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CROMADO. 10. DIMENSIONES GENERALES: 80 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 105 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA. 10. DIMENSIONES GENERALES: 80 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 105 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA. | | |
| 19 | 531.619.0403 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PIEZA | 3 |
| 20 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | BORBOTEADOR Y MANÓMETRO DE OXÍGENO | PIEZA | 7 |
| 21 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: BURO CLÍNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. CUBIERTA DE UNA SOLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANSI 304 CALIBRE 18, EN SU CANTO FRONTAL PROTEGIDO. 2. REGATONES DE PLÁSTICO NEGRO. 3. BARANDAL METÁLICO LATERAL Y POSTERIOR DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 22 O MAYOR, ESQUINAS Y BORDES DEL MUEBLE REDONDEADOS, EL CUAL SIRVE COMO TOPE PARA QUE NO SE DESLICEN LOS OBJETOS COLOCADOS EN SU PARTE SUPERIOR, TERMINADO CROMO. 4. DIMENSIONES: 78 X 55 X 44 CM (ALTO, ANCHO, PROFUNDO)±5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 5 |
| 22 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CÓMODO ADULTO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 22 MÍNIMO, ACABADO PULIDO. 2. DIMENSIONES GENERALES: 34 CM DE LARGO X 28 CM DE ANCHO X 10 CM DE DIÁMETRO, TOLERANCIAS +-3%. | PIEZA | 5 |
| 23 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CÓMODO MENOR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 22 MÍNIMO ACABADO PULIDO. 2. DIMENSIONES GENERALES: 30.5 CM DE LARGO X 23.5 CM DE ANCHO X 5 CM DE DIÁMETRO, TOLERANCIAS +-3%. | PIEZA | 2 |
| 24 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CARRO TÁNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN 1. BOLSA DE LONA NO. 4 CON OJILLOS METÁLICOS REMACHADOS. 2. BROCHE DE MEDIA VUELTA OVALADO; ACABADO CROMADO. 3. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE NO 18 DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. 4. RODAJA TIPO COMERCIAL DE 50.8 MM (2") DE DIÁMETRO, DE DOBLE HUELLA (GEMELA). 5. DIMENSIONES: 71 CM DE ANCHO X 71 CM DE LARGO X 76 CM DE ALTO, TOLERANCIA ±5%. | PIEZA | 1 |
| 25 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: MESA PUENTE. | PIEZA | 5 |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| NUMER AL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTID AD |
| | | <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA.</p> <p>I. DESCRIPCIÓN.</p> <p>1. CON CAPACIDAD DE CARGA: MÍNIMO DE 50 KILOGRAMOS.</p> <p>2. CUBIERTA TIPO CHAROLA DE 2.54 CM DE ESPESOR EN SU PARTE CENTRAL MÍNIMO, DISEÑADA CON REBORDES PERIMETRALES, FABRICADAS EN TRIPLAY CON CUBIERTA DE FORMAICA</p> <p>2.1 FORMADA POR DOS PARTES, ENSAMBLADAS ESTRUCTURADAS A BASE DE BOTONES. CADA CARA DEBERÁ SER COMPLETAMENTE LISA SIN TEXTURA ACABADO GENERAL DE LAS SECCIONES LISAS</p> <p>3. ESTRUCTURA Y REFUERZOS TRANSVERSALES A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO OVAL, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. 18 COMO MÍNIMO DE 25.4 MM DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO SANITARIO EN TODO SU DESARROLLO.</p> <p>4. CON 4 RODAJAS FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE BLOQUEO EN 2 DE LAS RODAJAS COMO MÍNIMO, COLOCADAS EN DIAGONAL PARA PROPORCIONAR ESTABILIDAD CUANDO SE ENCUENTRE ACTIVO DICHO SISTEMA.</p> <p>5. DIMENSIONES. 60 ANCHO. 120 CM DE LARGO, 110 CM DE ALTURA ±5% DE TOLERANCIA.</p> | | |
| 26 | 531.191.0417 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR | PIEZA | 1 |
| 27 | 531.784.0204 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA | PIEZA | 2 |
| 28 | 531.329.0032 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES) | PIEZA | 1 |
| 29 | 531.616.0158 | <p>MESA QUIRÚRGICA PARA OBSTETRICIA</p> <p>EQUIPO RODABLE MECÁNICO PARA FINES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, QUE PERMITE EL POSICIONAMIENTO DE LA PACIENTE DURANTE EL PARTO Y OTROS PROCEDIMIENTOS GINECOBSTÉTRICOS.</p> <p>MESA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS.</p> <p>ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS: MECÁNICO-HIDRÁULICO DE ELEVACIÓN Y DESCENSO.</p> <p>MECÁNICO DE TRENDELEMBURG CON INCLINACIÓN MÍNIMA DE 25 GRADOS Y EN POSICIÓN INVERSA MÍNIMA DE 25 GRADOS, LATERAL IZQUIERDO Y DERECHO 25 GRADOS.</p> <p>CONSTITUIDA POR TRES O MÁS SECCIONES: DORSO CON MOVIMIENTOS PARA DAR POSICIÓN DE SEMIFOWLER Y FOWLER, SECCIÓN PÉLVICA Y MIEMBROS PÉLVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES Y ABATIBLES Y CON MOVIMIENTOS DE TIJERA.</p> <p>COJÍN ELÉCTRICAMENTE CONDUCTIVO EN TODAS SUS SECCIONES.</p> <p>BASE, COLUMNA, BASTIDOR O ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE, RIELES, POSTES Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL.</p> <p>RADIOLÚCIDA CON PORTACHASIS EN LAS SECCIONES DE PELVIS Y ESPALDA COMO MÍNIMO.</p> | PIEZA | 1 |
| 30 | 531.562.0905 | LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA | PIEZA | 1 |
| 31 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE UN SATELITE</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I. DESCRIPCIÓN.</p> <p>1.- LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE LED</p> <p>2.- MONTAJE:</p> <p>2.1.- COLUMNA FIJA AL TECHO.</p> <p>3.- BRAZO PORTA LÁMPARA CADA UNO CON:</p> <p>3.1.- GIRO ROTATORIO DE 360°</p> <p>3.2.- AJUSTE VERTICAL MÍNIMO DE 90CM Y ABATIBLE A +18° - 45°.</p> <p>3.3.- ARTICULADO.</p> <p>4.- INTEGRADA UNA LÁMPARA CON:</p> <p>4.1.- LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS.</p> <p>4.2.- FUENTE DE LUZ:</p> <p>4.2.1.- LED BLANCO.</p> <p>4.2.2.- ENSAMBLADO EN BASE DE ALUMINIO.</p> <p>4.2.3.- TIEMPO DE VIDA ÚTIL: MÍNIMO 50,000 HORAS.</p> <p>4.3.- TEMPERATURA DE COLOR DE 4500 Y 5000 GRADOS KELVIN.</p> <p>4.4.- ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 94%.</p> <p>4.5.- TAMAÑO DEL CAMPO DE TRABAJO:</p> <p>4.5.1.- DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 9 A 20 CM</p> <p>4.5.2.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 140 CM A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE.</p> <p>4.6.- ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 399 W/M2 O MENOR DE LA LÁMPARA.</p> <p>4.7.- INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA EN EL RANGO DE 40,000 A 100,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE.</p> <p>4.8.- MANGO:</p> <p>4.8.1.- DESMONTABLE.</p> <p>4.8.2.- ESTERILIZABLE.</p> <p>4.8.3.- DE PLÁSTICO.</p> <p>4.8.4.- ENSAMBLE RÁPIDO NO ENROSCABLE.</p> <p>4.9.- PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA.</p> <p>4.10.- CABEZAL CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL</p> | PIEZA | 1 |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| NUMER AL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTID AD |
| | | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. II. INSTALACIÓN: 1. CORRIENTE ELÉCTRICA: 120 V, 60 HZ, TOLERANCIA +/- 10%. | | |
| 32 | 531.292.0258 | CARDIOTOCÓGRAFO | PIEZA | 1 |
| 33 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | RIEL PORTA VENOCLISIS BARRA REDONDA DE ACERO CALIBRE 18 DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO Y 1.20 DE LARGO CON SISTEMA DE MUESCAS PARA FIJACIÓN A TRES DIFERENTES ALTURAS. ACABADO CROMADO. GANCHOS DE BARRA REDONDA DE ACERO DE 6.3MM. (1/4") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. HERRAJES Y CARRETIILLAS PARA DESPLAZAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO INTEGRADO; ACABADO EN COLOR GRIS. MECANISMO DE FIJACIÓN A DIFERENTES ALTURAS CON SISTEMA DE BOTÓN TIPO TRINQUETE; DE PLÁSTICO ABS, ACABADO EN COLOR GRIS. RIEL DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL. SOPORTE DE ACERO DE 6.3MM (1/4") DE DIÁMETRO CON RECUBRIMIENTO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC). TOPES DE SEGURIDAD PARA LA CARRETIILLA DE ALUMINIO. NOMBRE GENÉRICO: COJIN DE KELLY. | PIEZA | 1 |
| 34 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. FABRICADO EN VINIL HULE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KGS DE DENSIDAD. 2. FORRADO EN VINIL DE FÁCIL LIMPIEZA, COSIDO CON HILO NYLON. 3. FORRO LAVABLE DE ALTA RESISTENCIA ANTI-BACTERIAL. 4. MEDIDAS ALTURA 113 CM, ANCHO 46 CM, TOLERANCIA +/- 3%. | PIEZA | 1 |
| 35 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: MESA MAYO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. CAPACIDAD DE CARGA, MAYOR A 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTÍCULO. 2. BASE DE TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18 ACABADO PULIDO SANITARIO DE 5.1 CM DE ANCHO X 5.1 CM DE LARGO (2" X 2"), CON LASTRE PARA EVITAR EL VOLTEO. 3. DOS PATAS FIJAS (PARTE TRASERA) DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 4. DOS RODAJAS GIRATORIAS (FRENTE) DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO CON VÁSTAGO Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, RODAMIENTO EMBALERADO, LLANTA DE HULE NEGRO Y CONCHA PROTECTORA DE ACERO. 5. COLUMNA FIJA: TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18 ACABADO PULIDO SANITARIO DE 3.175 CM DE LARGO X 3.175 CM ANCHO (1 1/4" X 1 1/4") 6. COLUMNA DESLIZABLE DE TUBO CUADRADO, DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO DE 2.54 CM X 2.54 CM (1" X 1") 7. SISTEMA OPRESOR (AJUSTE DE ALTURA) PERILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 8. SOPORTE DE CHAROLA: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 12 ACABADO PULIDO SANITARIO DE 35 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO, TOLERANCIA +-3%. 8.1 PERALTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, 2.54 CM (1") DE DIAMETRO CON DISEÑO PARA SOPORTAR LA CHAROLA MAYO. 9. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS: 9.1 AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE COLUMNA TELESCÓPICA 9.2 POSICIÓN MÁS BAJA: 90 CM, TOLERANCIA +-3% 9.3 POSICIÓN MÁS ALTA: 150 CM, TOLERANCIA +-3% 9.4 CON SEGURO DE FIJACIÓN A CUALQUIER ALTURA DENTRO DE ESTE RANGO. 10. DIMENSIONES: 35 CM FRENTE, 60 CM DE FONDO; 90 A 150 CM DE ALTURA, TOLERANCIA +-3%. | PIEZA | 1 |
| 36 | 531.252.0033 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL | PIEZA | 1 |
| 37 | 531.497.0053 | INCLUBADORA DE TRASLADO | PIEZA | 1 |
| 38 | 531.081.0014 | ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA | PIEZA | 1 |
| 39 | 531.614.0424 | ESTADIMETRO PEDIÁTRICO | PIEZA | 1 |
| 40 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CUNERO CON CANASTILLA CANASTILLA DE ALAMBRÓN DE ACERO DE 6MM (1/4") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/M ³ (TOLERANCIA +-1%) DE 3 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA +-1%) CON FORRO SIN VIVOS, COLOR NEGRO. ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 UNIDA A REFUERZOS CON REMACHE POP. GANCHO PARA POSICIONADOR DE FOWLER 30° DE ALAMBRÓN DE ACERO DE ACERO DE 6 MM (1/4") DE | PIEZA | 1 |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| NUMER AL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTID AD |
| | | <p>DIÁMETRO, SOLDADO A CANASTILLA ACABADO CROMADO.</p> <p>PORTA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 22 ACABADO PULIDO CON CEJA UNIDA CON REMACHE POP EN LA CABECERA.</p> <p>RODAJA DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO CON LA PARTE SUPERIOR DE LÁMINA DE ACERO, ACABADO CROMADO TIPO BOLA.</p> <p>TUBO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES: 75.5 CM DE LARGO X 44.5 CM DE ANCHO X 86 CM DE ALTO, TOLERANCIAS +-3%.</p> | | |
| 41 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: CARRO PORTA EXPEDIENTE</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I. DESCRIPCIÓN</p> <p>1. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 25.4 MM DE DIAMETRO.</p> <p>2. CAL. 18</p> <p>3. ORGANIZADOR DE CARPETAS DE SOLERA DE ALUMINIO RANURADO</p> <p>4. RODAJAS DE BOLA DE 50.8 MM, TOLERANCIA +- 1%.</p> <p>5. MEDIDAS:</p> <p>5.1 ALTURA DE AL MENOS 88.5 CM.</p> <p>5.2 ANCHO DE AL MENOS 60 CM.</p> <p>5.3 PROFUNDIDAD DE AL MENOS 60 CM.</p> <p>6. PARA AL MENOS 24 CARPETAS.</p> | PIEZA | 1 |
| 42 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: CARPETA PORTA EXPEDIENTE</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I. DESCRIPCIÓN</p> <p>1.- ALAMBRÓN DE ACERO CALIBRE 16, DE SECCIÓN CIRCULAR DE 3.1 MM (1/8") DE DIÁMETRO; ACABADO GALVANIZADO, EJE DE BISAGRA</p> <p>2.- BARRA DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6.3 MM (1/4") ACABADO GALVANIZADO, EJE DE SISTEMA DE SUJECIÓN</p> <p>3.- LÁMINA DE ALUMINIO CALIBRE NO. 16; ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CANTOS PULIDOS, ARISTAS MATADAS.</p> <p>4.- PROTECTORES DE HULE DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO Y 17 MM DE LONGITUD, ADHERIDOS A EJES DE APOYO CON PEGAMENTO DE CONTACTO.</p> <p>5.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO; ACABADO ANODIZADO NATURAL</p> <p>6.- SISTEMA DE SUJECIÓN A BASE DE PRESIÓN.</p> <p>7.- DIMENSIONES GENERALES: 26 CM DE ANCHO X 1.2 CM DE PROFUNDIDAD X 31 CM DE LARGO ±5% DE TOLERANCIA.</p> | PIEZA | 5 |
| 43 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>MESA ALTA CON FREGADERO DERECHO, TRAMPA PARA YESO Y VITRINA</p> <p>1. MESA CON FREGADERO DERECHO DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANSI 304 CALIBRE 18.</p> <p>MESA CON FREGADERO DERECHO, CUBIERTA LISA Y 1 FREGADERO DE .45 MTS DE ANCHO X 0.45 MTS DE LARGO X 0.30 MTS DE FONDO. TOLERANCIAS +-1%.</p> <p>MONTADO SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 1/2" Y DE 1 1/4" DE DIÁMETRO CON REGATONES NIVELADORES, DEBERÁ INCLUIR ENTREPAÑO INFERIOR EN ÁREAS PERMISIBLES.</p> <p>MEDIDAS DE LA MESA: LARGO: 1.50 MTS X ANCHO: 0.70 X ALTO: .90 MTS. TOLERANCIAS +-1%.</p> <p>2. TRAMPA DE YESO DE 45 CM DE LARGO, 30 CM DE PROFUNDIDAD Y 40 CM DE ANCHO, TOLERANCIAS +-1%.</p> <p>3. VITRINA DE 150 CM DE ALTO X 70 CM DE FONDO X 90 CM DE ANCHO, TOLERANCIAS +-3%.</p> <p>1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO.</p> <p>2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO.18 ACABADO PULIDO CON MENSULAS PARA GRADUAR ALTURA.</p> <p>3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS.</p> <p>4. LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA, COLOR GRIS.</p> <p>5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO.</p> | PIEZA | 1 |
| 44 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I.- DESCRIPCIÓN</p> <p>1. BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, CON REFUERZO INTERIOR SOLDADO, DE ÁNGULO DE ACERO DE 50 MM. (2") Y 3 MM (1/8") DE ESPESOR.</p> | PIEZA | 1 |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| NUMER AL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTID AD |
| | | 1.1 SOPORTES DE SOLERA DE ACERO DE 0.6 MM. (1/4") DE ESPESOR; CON PERNOS DE ACERO DE 12 MM. (1/2") SOLDADOS, DOS COMO TOPES Y DOS COMO EJES DE ABATIMIENTO; 1.1 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 1.2 SISTEMA DE FIJACIÓN A BASE DE "Z" DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 16 FIJAS AL MURO PARA RECIBIR BASE. 2. COJÍN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 27 KG/CM3 (TOLERANCIA +-3%) DE DENSIDAD SOBRE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 16 MM (TOLERANCIA +-3%) DE ESPESOR; ACABADO EN FORRO VINILO COLOR NEGRO O CAFÉ. 3. CUBIERTA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25 MM DE ANCHO X 25 MM DE LARGO (1" X 1") CON SOLERA DE ACERO DE 6 MM. (1/4") SOLDADA EN EL EXTREMO PARA SERVIR DE TOPE AL ABATIMIENTO Y TAPA INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS; RECIBE COJÍN. 4. DIMENSIONES GENERALES: 40 CM DE FONDO X 65 CM DE ANCHO X 50 CM DE LARGO, TOLERANCIA DE ±5%. | | |
| 45 | 531.341.0440 | UNIDAD RADIOLÓGICA DE 300 MA. | PIEZA | 1 |
| 46 | 531.829.0784 | SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES (RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA) DE BAJO DESEMPEÑO PARA RAYOS X DE PROPÓSITO GENERAL | PIEZA | 1 |
| 47 | 531.786.0079 | REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES | PIEZA | 1 |
| 48 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CHASIS CON BASTIDOR METÁLICO, CUBIERTO DE POLIURETANO O ALUMINIO, CON PANTALLAS DE LANTANIDOS (TIERRAS RARAS), VELOCIDAD 400 NM, CON VENTANA IDENTIFICADORA. MEDIDAS: 14 CM DE ANCHO X 17 CM DE LARGO, TOLERANCIA +-1%. | PIEZA | 2 |
| 49 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CHASIS CON BASTIDOR METÁLICO, CUBIERTO DE POLIURETANO O ALUMINIO, CON PANTALLAS DE LANTANIDOS (TIERRAS RARAS), VELOCIDAD 400 NM, CON VENTANA IDENTIFICADORA. MEDIDAS: 14 CM DE ANCHO X 14 CM DE LARGO, TOLERANCIA +-1%. | PIEZA | 2 |
| 50 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CHASIS CON BASTIDOR METÁLICO, CUBIERTO DE POLIURETANO O ALUMINIO, CON PANTALLAS DE LANTANIDOS (TIERRAS RARAS), VELOCIDAD 400 NM, CON VENTANA IDENTIFICADORA. MEDIDAS: 10 CM DE ANCHO X 14 CM DE LARGO, TOLERANCIA +-1%. | PIEZA | 2 |
| 51 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CHASIS CON BASTIDOR METÁLICO, CUBIERTO DE POLIURETANO O ALUMINIO, CON PANTALLAS DE LANTANIDOS (TIERRAS RARAS), VELOCIDAD 400 NM, CON VENTANA IDENTIFICADORA. MEDIDAS: 8 CM DE ANCHO X 10 CM DE LARGO, TOLERANCIA +-1%. | PIEZA | 2 |
| 52 | 531.601.0056 | MANDIL EMPLOMADO | PIEZA | 1 |
| 53 | 531.234.0010 | COLLARIN DE PLOMO | PIEZA | 1 |
| 54 | 531.113.0032 | BLINDAJE PARA GÓNADAS | PIEZA | 1 |
| 55 | 531.924.0031 | ULTRASONÓGRAFO | PIEZA | 1 |
| 56 | 531.110.0175 | BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTADIMETRO | PIEZA | 9 |
| 57 | 531.110.0209 | BÁSCULA ELECTRÓNICA NEONATAL, LACTANTES Y/O PEDIÁTRICOS | PIEZA | 6 |
| 58 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: BOTE SANITARIO CON PEDAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. DEPÓSITO DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE NO. 20. 2. ESTRUCTURA EXTERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. 3. MECANISMO DE ACERO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE LA TAPA 4. PEDAL EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 12 GALVANIZADA Y CON CUBIERTA COLOCADA EN FORMA ESPECIAL QUE NO SE DESPRENDA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM (1/4") DE ESPESOR 5. TAPA SUPERIOR EN FORMA DE TAMBOR (DOBLE LÁMINA) DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20 ACABADO PULIDO 6. ZOCCO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 ACABADO PULIDO 7. DIMENSIONES GENERALES: 26 CM DE ANCHO X 26 CM DE LARGO X 60 CM DE ALTO, ±5% DE TOLERANCIA. 8. TODA LA PINTURA DEBERÁ SER EN COLOR GRIS. | PIEZA | 17 |
| 59 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CARRO PARA CURACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO. 2. CUBIERTA: DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. MEDIDAS: 80 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO, ±5% DE TOLERANCIA. 3. ESTRUCTURA: TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 4. TRAVESAÑOS PARA ENTREPAÑO: TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 5. ENTREPAÑO: DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. 6. ARILLO PORTA CUBETA Y PORTA BANDEJA: CON SISTEMA GIRATORIO, FABRICADO EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE 18 DE 2.5MM (3/32") DE ESPESOR Y 25.4 MM (1") DE ANCHO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 7. CUBETA: CAPACIDAD DE 12 LITROS, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. ASA DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 8. BANDEJA: CAPACIDAD DE 2.1 LITROS +/- 5% DE TOLERANCIA, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO | PIEZA | 4 |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| NUMER AL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| | | 9. RODAJAS GIRATORIAS: CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTAS DE HULE NEGRO DE 101.1 MM (4") DE DIÁMETRO CON HORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CROMADO. 10. DIMENSIONES GENERALES: 80 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 105 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA. | | |
| 60 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CUBETA DE 12 LITROS, TOLERANCIA +-1%. ASA DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE 6.3 MM (1/4") DE DIÁMETRO TOLERANCIA +-1%. ACABADO PULIDO CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 20 ACABADO PULIDO, CON SOPORTE (OREJAS) DEL MISMO MATERIAL EN CALIBRE NO 18 ROQUELADAS. | PIEZA | 11 |
| 61 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CESTO DE PEDAL PARA BASURA CON CUBETA REMOVIBLE CON ASAS Y SISTEMA SUJETA BOLSA COLORES CUERPO: ROJO CUBETA: ROJO CON ETIQUETA "RESIDUOS PELIGROSOS LÍQUIDOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS" CAPACIDAD: 17 LTS O 3.7 GAL DIMENSIONES: 31.5 X 28.6 X 43 CM, TOLERANCIAS +- 1% | PIEZA | 4 |
| 62 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: ESCALERILLA DE DOS PELDANOS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. CUBIERTA DE HULE NATURAL ANTIDERRAPANTE DE 4 MM DE ESPESOR TOLERANCIA +-1%, EN COLOR NEGRO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EL PERÍMETRO SUJETA CON LA MOLDURA DE LA VISTA PERIMETRAL. 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 (1" X 1") ACABADO CROMADO EN TODO SU DESARROLLO. 3. PLATAFORMAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 VISTA PERIMETRAL; ACABADO CROMADO, VISTA INTERIOR Y REFUERZO. 4. REGATÓN FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOCADO A PRESIÓN, COLOR NEGRO. 5. DIMENSIONES GENERALES: 40 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 33 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 16 |
| 63 | 531.116.0377 | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED | PIEZA | 13 |
| 64 | 531.116.0369 | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL | PIEZA | 3 |
| 65 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: ESTANTE GUARDA ESTÉRIL. DEFINICIÓN: ESTANTE GUARDA ESTÉRIL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN. 1. CAPACIDAD DE CARGA COMO MÍNIMO 125 KG POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO 2. ESTRUCTURA BASE 2.1 FABRICADO DE PERFIL CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NO. 18 (COMO MÍNIMO) DE 32 MM DE ANCHO X 32 MM DE LARGO (1.1/4" X 1.1/4"), TOLERANCIA +-1%. 2.2 UNIDA PARA QUE PUEDA ENSAMBLARSE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG O TIG) 2.3 SOLDADURA DESBASTADA Y PULIDA 3. CUERPO, LATERALES, RESPALDO Y 5 ENTREPAÑOS 3.1 FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE NO. 20 (COMO MÍNIMO), 3.2 ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG O TIG), 3.3 TODAS LAS PARTES DEL CUERPO EN GENERAL DEBERÁN SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO CON ACABADO PULIDO 4. PUERTAS 4.1 FABRICADAS DE PERFIL DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO 4.2 CALIBRE NO. 20 (COMO MÍNIMO) 4.3 CON VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE 4.4 LA PUERTA PROVISTA CON CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN PUERTAS 4.5 PASADORES Y MANIJA (PICAPORTE) 4.6 CON MECANISMO DE ABATIMIENTO POR MEDIO DE UNA VARILLA-PERNO DE ACERO MACIZO DE 6.3 MM (1/4") DE DIÁMETRO A TODA LA LONGITUD DE LA PUERTA. 5. REGATÓN 5.1 FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID, DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, POR 25.4 MM (1") DE ALTURA, 5.2 CON ACABADO ANTIDERRAPANTE (MOLETEADO), 5.3 CON TORNILLO DE ACERO DE CUERDA ESTÁNDAR DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO POR 50.8 MM (2") DE LONGITUD, 5.4 CON DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATÓN A BASE DE UN PERNO DE ACERO DEL TIPO TUBULAR 6. CREMALLERAS Y SOPORTES: 6.1 FABRICADOS DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE NO. 16 (COMO MÍNIMO), 6.2 CON DISEÑO QUE PERMITA GRADUAR LOS ENTREPAÑOS A DIFERENTES ALTURAS. 6.3 ACABADO GENERAL EN PINTURA COLOR GRIS, HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA 7. DIMENSIONES GENERALES: 90 CM DE ANCHO X 45 CM DE FONDO X 205 CM DE ALTO, ±5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 10 |
| 66 | 531.385.1080 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | PIEZA | 2 |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| NUMER AL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 67 | 531.375.0159 | ESTETOSCOPIO PINARD OBSTÉTRICO | PIEZA | 7 |
| 68 | 531.295.1188 | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO | ESTUCHE | 8 |
| 69 | 531.292.0019 | FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES | PIEZA | 7 |
| 70 | 531.345.0016 | GLUCÓMETRO | PIEZA | 3 |
| 71 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE LED</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I. DESCRIPCIÓN.</p> <p>1.-FUENTE DE LUZ LED VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS</p> <p>2. INTENSIDAD DE LUZ DE 35,000 LUXES,</p> <p>3. TEMPERATURA DE COLOR DE 4200 GRADOS KELVIN</p> <p>4. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA.</p> <p>5. TUBO FLEXIBLE CON APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DEL CAMPO 14 CM</p> <p>6. PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO</p> <p>II. INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120V/60HZ, +-10%.</p> | PIEZA | 3 |
| 72 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: MESA ALTA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I.- DESCRIPCIÓN</p> <p>1. CAPACIDAD DE CARGA COMO MÍNIMO 250 KG, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO</p> <p>2. CUBIERTA LISA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 16 COMO MÍNIMO</p> <p>3. REFUERZOS LONGITUDINALES: CANALETAS BAJO CUBIERTA EN FORMA DE "U" DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE 50.8 MM (2") FABRICADAS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA CUBIERTA.</p> <p>4. ESTRUCTURA: FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 COMO MÍNIMO DE 32 MM DE LARGO X 32 MM DE ANCHO.</p> <p>5. FALDÓN LATERAL: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 20 COMO MÍNIMO</p> <p>6. REGATÓN: FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM DE DIÁMETRO POR 25.4 MM DE ALTURA, CON ACABADO ANTIDERRAPANTE CON TORNILLO DE CUERDA ESTÁNDAR DE 12.7 MM DE DIÁMETRO POR 50.8 MM DE LONGITUD, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATÓN A BASE DE UN PERNO DE ACERO TIPO TUBULAR</p> <p>7. DIMENSIONES GENERALES: 180 CM DE ALTO X 70 CM DE ANCHO X 90 CM DE LARGO ±5% DE TOLERANCIA.</p> | PIEZA | 3 |
| 73 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>MESA DE ATENCIÓN A RECIÉN NACIDOS</p> <p>CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 CON SEPARADOR INTERMEDIO ACABADO PULIDO.</p> <p>CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.</p> <p>ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 MM DE ANCHO X 32 MM DE LARGO (1 1/4" X 1 1/4"), TOLERANCIA +-1%, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.</p> <p>REGATONES DE ALUMINIO DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES: 150 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO, TOLERANCIAS +-3%.</p> <p>COLCHONETA DE 118 CM DE LARGO X 55 CM DE ANCHO X 5 CM DE ESPESOR CON NÚCLEO DE POLIURETANO DE 24KG/M3, TOLERANCIAS +-3%, FORRADO CON VINIL COLOR NEGRO.</p> | PIEZA | 2 |
| 74 | 513.621.2429 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN | PIEZA | 9 |
| 75 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: MESA PASTEUR.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA.</p> <p>I. DESCRIPCIÓN.</p> <p>1. BARANDAL DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA.</p> <p>2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 20 ACABADO PULIDO.</p> <p>3. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20 UNIDO A LA ESTRUCTURA, ACABADO PULIDO.</p> <p>4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, CALIBRE NO. 18, 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO.</p> <p>5. RODAJAS GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTA DE HULE NEGRO.</p> <p>6. DIMENSIONES. 40 FRENTE, 60 CM DE FONDO, 100 CM DE ALTURA. ±5% DE TOLERANCIA.</p> | PIEZA | 7 |
| 76 | 531.634.0030 | NOMBRE GENÉRICO: NEGATOSCOPIO | PIEZA | 8 |
| 77 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: ORINAL PARA ADULTO VERTICAL</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA.</p> <p>I. DESCRIPCIÓN</p> | PIEZA | 7 |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| NUMER AL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTID AD |
| | | 1. ASA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. NO. 22 ACABADO PULIDO. 2. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22 ACABADO PULIDO CON ESTAMPADO TROQUELADO A BASE DE DOBLECES. 3. BOCA DEL ORINAL REBORDEADA EVITANDO FILOS CORTANTES. 4. DIMENSIONES GENERALES: 11 CM DE DIÁMETRO X 23 CM DE ALTO, +/- 5% DE TOLERANCIA. NOMBRE GENÉRICO: PORTAVENOCLISIS RODABLE. | | |
| 78 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN 1. ANTENA TELESCÓPICA DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO CON CRUCETA DE 2 GANCHOS DEL MISMO MATERIAL DE 9.5 MM (3/8") ACABADO PULIDO. 2. BASE DE CINCO APOYOS EN PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CAL. NO. 16 DE 25.4 MM DE LARGO X 50.7 MM DE ANCHO (1 X 2") ACABADO CROMADO (LASTRADA) Ó FUNDICIÓN DE ACERO ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS, EL DISEÑO DE LA BASE DEBE SOPORTAR UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 30° ANTES DE VOLTEARSE. 3. TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 CON DIMENSIONES QUE PERMITAN EL ENSAMBLE TELESCÓPICO DE LA ANTENA PORTAVENOCLISIS CON UN ELEMENTO ESPECIAL DE ACERO O NAYLON 100% PARA AJUSTE DE LA ANTENA Y PREPARACIÓN EN EL EXTREMO INFERIOR 4. PERILLA OPRESORA PARA AJUSTE DE ALTURA DE LA ANTENA, DE ACERO ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA TIPO TRINQUETE TIPO MICRÓFONO U OTRO PARA FIJACIÓN. 5. RUEDAS GIRATORIAS DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO DE NYLON 100% REFORZADO DE 50.8 MM DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO. | PIEZA | 9 |
| 79 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | PORTACUBETA RODABLE PARA CUBETA DE 12 LITROS 1.1. PORTACUBETA: ARRILLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 NO. 12 DE 38 MM (1 1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO 1.2. BANDA PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL DE HULE SINTÉTICO ANTIESTÁTICO MACIZO COLOR GRIS CON COLOCACIÓN 1.3. RODAJA DE HULE SINTÉTICO ANTIESTÁTICO MACIZO COLOR GRIS DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO CON HORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO 1.4. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 12 DE 38 MM (1.1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO 1.5. TOPE DE HULE COLOR GRIS COLOCADO EN ORIFICIO A PRESIÓN. | PIEZA | 5 |
| 80 | 533.786.0034 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS NOMBRE GENÉRICO: TANQUE DE OXIGENO TIPO E | PIEZA | 2 |
| 81 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | DEFINICIÓN: EQUIPO PORTÁTIL PARA OXIGENO TERAPIA I. DESCRIPCIÓN 1. EQUIPO PORTÁTIL PARA OXIGENO TERAPIA 2. COMPUESTO DE CILINDRO DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 682 LTS. 3. REGISTRO PARA OXIGENO CON MANÓMETRO QUE INDICA EL CONTENIDO DEL CILINDRO 4. PERILLA CON ESCALA GRABADA DE 2 A 15 LITROS POR MINUTO PARA AJUSTE Y CONTROL DE FLUJO. II. ACCESORIOS 1. CARRO DE ALUMINIO PORTA CILINDRO. III. CONSUMIBLES 1. CÁNULA NASAL | PIEZA | 2 |
| 82 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: VITRINA A CONTRAMURO DE 90 CM. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO.18 ACABADO PULIDO CON MENSULAS PARA GRADUAR ALTURA. 3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS. 4. LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. 5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO. 6. DIMENSIONES GENERALES: 90 CM DE ALTO X 20 CM DE FONDO X 60 CM DE ANCHO, TOLERANCIAS +/- 1%. | PIEZA | 3 |
| 83 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: DIVÁN CLÍNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I.- DESCRIPCIÓN 1. BASE DE AGLOMERADO DE 19 MM (3/4") DE MADERA. 1.1 NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 X 2 CM DE ESPESOR Y AGLUTINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 60 KG/M3 X 5 CM DE ESPESOR, TOLERANCIAS +/-1%. 1.2 FORRADO DE VINILO GRABADO PUNTO FINO COLOR NEGRO COCIDO CON HILO DE NYLON 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO 3. REGATONES FIJOS DE HULE NEGRO 4 DIMENSIONES: 180 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO X 55 CM | PIEZA | 1 |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| NUMER AL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTID AD |
| | | DE ALTO, ±5% DE TOLERANCIA. NOMBRE GENÉRICO: DIVAN CHESLONG CLINICO | | |
| 84 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I.- DESCRIPCIÓN 1. BASE DE AGLOMERADO DE 19 MM (3/4") DE MADERA 1.1 NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 X 2 CM DE ESPESOR Y AGLUTINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 60 KG/M3 X 5 CM DE ESPESOR, TOLERANCIAS +-1%. 1.2 FORRADO DE VINILO GRABADO PUNTO FINO COLOR NEGRO COCIDO CON HILO DE NYLON 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO 3. REGATONES FIJOS DE HULE NEGRO 4 DIMENSIONES: 180 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO X 55 CM DE ALTO, ±5% DE TOLERANCIA. 4. RECLINABLE | PIEZA | 1 |
| 85 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: BANCA TÁNDEM 3 LUGARES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DIMENSIONES: 1.1.- ALTURA TOTAL DEL RESPALDO 80 CM. 1.2.- ALTURA DEL FRENTE DEL ASIENTO 37.5 CM. 1.3.- FONDO TOTAL 74 CMS 1.4.- ANCHO TOTAL DE CADA ASIENTO Y RESPALDO 52 CM. 1.5.- ALTURA DEL DESCANSABRAZO AL PISO: 55 CM. 1.6.- DISTANCIA ENTRE REGATÓN FRONTAL Y TRASERO: 59 CM. 1.7.- FRENTE TOTAL: 180 CM. 2.- BANCA FABRICADA EN ACERO CALIBRE 18 CON PATA Y BRAZO EN ALUMINIO MACIZO. 2.1.- ESTRUCTURA DE ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE N° 16. 2.2.- MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS. 3.1.- CON PINTURA HORNEADA COLOR GRIS EN LAS PARTES DE ACERO. 3.2.- CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS EN CROMO. 4.- SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO, FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR SOLDADOS CADA UNO A DOS PLACAS DE ACERO MACIZO DE 4MM DE ESPESOR DE 4 X 8 CM UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE DOS TORNILLOS Y LOS SOPORTES VAN UNIDOS A UN TUBO PLANCHADO CON ACABADO: EN ALUMINIO DE INYECCIÓN ALEACIÓN L-2560 CON ACABADO PULIDO DE ALTO BRILLO POR MEDIO DE 4 TORNILLOS DE ENSAMBLE PARA MAXIMIZAR LA RESISTENCIA. 5.- TRABE INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS, FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO, PINTADA EN COLOR GRIS. 5.1.- CADA ASIENTO VA UNIDO A LA TRABE CON 2 SOPORTES TROQUELADOS DE PLACA DE 2 MM DE ESPESOR 6.- PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN ALUMINIO MACIZO CON ACABADO BRILLANTE, CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES, CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA AJUSTABLE. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS GENERALES ± 5%. | PIEZA | 24 |
| 86 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: BANCO GIRATORIO CON RESPALDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I.- DESCRIPCIÓN 1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. NO. 18, CON DISEÑO ANATÓMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO, EL ASIENTO DEBERÁ LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO C.R. CALIBRE 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO. 2. SOPORTE DEL RESPALDO EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE 12.4 MM (1/2") DE DIÁMETRO. 3. DESCANSA PIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 18 DE 15.8 MM (5/8") DE DIÁMETRO MÍNIMO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 4. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO 1045 O 1018 CON TRATAMIENTO TÉRMICO CEMENTADO PARA DAR UNA DUREZA DE 30 A 35 RC DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, LA LONGITUD SERÁ DE ACUERDO A LA ALTURA MÁXIMA DEL BANCO, CON CUERDA TIPO ACME DE 6 HILOS POR PULGADA, DEBERÁ LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO. 5. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 22 MM (7/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO 6. REGATONES PARA ALTURA AJUSTABLE DE DURALUMINIO, CON TORNILLO INTEGRADO DE 38 MM (1 1/2") CON PREPARACIÓN UNIDO A LA ESTRUCTURA (TUBO) PARA RECIBIR EL TORNILLO DEL REGATÓN DE 22 MM (7/8") DE DIÁMETRO, DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO 7. RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 14 ACABADO PULIDO ESPEJO, DEBERÁ SER DE TIPO ERGONÓMICO. 8. DIMENSIONES GENERALES: 30 CM DE DIÁMETRO X 45 A 55 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 12 |
| 87 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: BOTE DE CÁMPANA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN | PIEZA | 33 |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| | | 1. MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 MM DE ANCHO X 32 MM DE LARGO (1 ¼" X 1 ¼") DE SECCIÓN, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. 2. BISAGRA TIPO PLANO DE 25.4 MM (1") (EN EXTENSIÓN) FIJADA CON REMACHES TIPO POP O A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO 3. TAPA TIPO CAMPANA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 20 ACABADO PULIDO CON EJE INTERMEDIO DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 MM (1/4") 4. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA, CON PERFORACIONES EN LA BASE Y EN LA PARTE SUPERIOR SE COLOCARÁN TOPES DE HULE NATURAL MACIZO COLOCADOS A PRESIÓN PARA SOPORTAR EL GOLPE DEL MARCO Y TAPA 5. ZOCLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO 18 ACABADO PULIDO 6. DEPÓSITO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE NO. 20 ENGARGOLADA Y PUNTEADA CON ASIDERAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 SUJETAS CON SOLDADURA DE PUNTO, CON CANTOS PERIMETRALES EN FORMA DE APLASTÓN 7. DIMENSIONES GENERALES: 29 CM DE ANCHO X 41 CM DE LARGO X 64 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA. 8. TODA LA PINTURA DEBERÁ SER ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. | | |
| 88 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CONTENEDOR AMARILLO PARA RPBI. RECIPIENTE RÍGIDO DE PLÁSTICO PARA PATOLÓGICOS DE COLOR AMARILLO. CON TAPAS DE ENSAMBLE SEGURO Y CIERRE PERMANENTE. CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DIMENSIONES: 19 CM DE LARGO X 28 CM DE ANCHO X 35 CM DE ALTO, TOLERANCIAS +-3% CAPACIDAD: 13 LITROS. | PIEZA | 8 |
| 89 | 535.618.1411 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO | PIEZA | 6 |
| 90 | 513.227.0041 | CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 71 X 12 X 5 CM. | PIEZA | 5 |
| 91 | 513.227.0074 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE, CON O SIN PERFORACIONES. DIMENSIONES: 49 X 32 CM | PIEZA | 7 |
| 92 | 537.375.0305 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO CHICO. | PIEZA | 14 |
| 93 | 537.375.0321 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO. | PIEZA | 14 |
| 94 | 535.477.0116 | HISTERÓMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACIÓN Y BOTÓN EN LA PUNTA, 4 MM DE DIÁMETRO, 31 CM DE LONGITUD. | PIEZA | 5 |
| 95 | 535.716.2691 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 200 A 210 MM. | PIEZA | 5 |
| 96 | S/C | LEBRILLO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12, 1 LITRO DE CAPACIDAD, PESO DE 500 GRAMOS TOLERANCIA +-3%. | PIEZA | 3 |
| 97 | 535.701.1385 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | PIEZA | 6 |
| 98 | 535.701.4843 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110 A 120 MM, DE LONGITUD. | PIEZA | 5 |
| 99 | 535.701.0924 | PINZA HALSTED MOSQUITO O MICRO MOSQUITO O HARTMAN, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PIEZA | 10 |
| 100 | 535.701.2318 | PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | PIEZA | 5 |
| 101 | 535.701.1542 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | PIEZA | 7 |
| 102 | 537.702.7189 | PINZA MICRO ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, DE 120 A 125 MM. | PIEZA | 8 |
| 103 | 535.701.1955 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | PIEZA | 5 |
| 104 | 537.703.8608 | PINZA HALSTEAD CURVA ESTRIADA MORDAZAS MUY FINAS LONGITUD 12 CM. | PIEZA | 3 |
| 105 | 535.716.2006 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL Y ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 30 CM. | PIEZA | 5 |
| 106 | 535.716.1735 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | PIEZA | 8 |
| 107 | 513.790.0014 | RINÓN DE ACERO INOXIDABLE, DE 250 A 500 ML DE CAPACIDAD. | PIEZA | 8 |
| 108 | 535.814.0480 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 MM. | PIEZA | 7 |
| 109 | 535.859.1070 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PIEZA | 4 |
| 110 | 535.859.0056 | TIJERA LITTAUER, RECTA, LONGITUD DE 135 A 140 MM. | PIEZA | 3 |
| 111 | 537.857.1714 | TIJERA USA, PARA CORDON UMBILICAL, LONGITUD DE 105 MM | PIEZA | 4 |
| 112 | 535.859.2649 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PIEZA | 8 |
| 113 | 535.701.0098 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 12 |
| 114 | 535.701.1880 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | PIEZA | 8 |
| 116 | 535.701.1310 | PINZA ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 180 A 200 MM. | PIEZA | 4 |
| 116 | 535.701.0544 | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 2 |
| 117 | 535.701.0585 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 6 |
| 118 | 535.716.0372 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM. | PIEZA | 6 |
| 119 | 537.814.9008 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | PIEZA | 4 |
| 120 | S/C | LEBRILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANSI-304 CALIBRE 22. MEDIDAS- 7.5 CM DE FONDO X 25.5 DE DIÁMETRO, TOLERANCIA +-3%. CAPACIDAD: 2.13 LITROS, TOLERANCIA +-3%. | PIEZA | 2 |
| 121 | 537.375.0313 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO GRANDE. | PIEZA | 8 |
| 122 | 537.012.0098 | ABREBOCA MC KEISSON, ADULTO. | PIEZA | 3 |
| 123 | 537.025.0069 | ALVEOLOTOMO MEAD, PINZA GUBIA, LONGITUD 17 CM | PIEZA | 3 |
| 124 | 537.065.0052 | APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO. | PIEZA | 4 |
| 125 | 537.141.0191 | BRUNIDOR TIPO WHITE, CHICO, PUNTA EN FORMA DE PERA | PIEZA | 2 |
| 126 | 527.164.0269 | CARETA PROTECTORA. TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RÍGIDA. PIEZA. | PIEZA | 1 |
| 127 | 537.251.0098 | CURETA CK-6. DE DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 6 |
| 128 | 537.661.0357 | OBTURADOR HOLLENBACK 2, DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 6 |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| NUMER AL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTID AD |
| 129 | 537.236.0080 | CONTENEDOR METHOT, PARA ALGODÓN LIMPIO, DE FORMA CIRCULAR, 60 MM DE ALTO POR 50 MM DE DIÁMETRO. | PIEZA | 4 |
| 130 | S/C | CONTRA-ÁNGULO METÁLICO CON TRANSMISIÓN 1:1, SIN LUZ HASTA 40.000 RPM. SPRAY INTERNO. BAÑO DE CROMO: MEJOR AGARRE. CONEXIÓN INTRAMATIC / ISO. ESTERILIZABLE Y TERMODESINFECTABLE 135 °C. GUÍA RETRACTIL EN CONTRA-ÁNGULOS CON LUZ. REDUCCIÓN 2:1 SIN LUZ TRANSMISIÓN 1:1 SIN LUZ | PIEZA | 2 |
| 131 | 535.260.2154 | CUCHARILLA LUCAS, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD | PIEZA | 3 |
| 132 | 537.251.0064 | CURETA GOLDMAN FOX DEL N° 2 | PIEZA | 8 |
| 133 | 537.327.2664 | ELEVADOR BEIN, CON MANGO METÁLICO, RECTO, ACANALADO, DE 4 MM., ANCHO DE HOJA. | PIEZA | 1 |
| 134 | 537.327.0452 | ELEVADOR BEIN, CON MANGO METÁLICO, RECTO, ACANALADO, DE 2 O 3 MM., ANCHO DE HOJA. | PIEZA | 1 |
| 135 | 537.327.0809 | ELEVADOR TIPO CRYER WHITE, DE BANDERA, DERECHO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE | PIEZA | 3 |
| 136 | 537.327.0908 | ELEVADOR TIPO CRYER WHITE, DE BANDERA, IZQUIERDO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE | PIEZA | 3 |
| 137 | 537.327.1534 | ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, DERECHO, MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO RECTO, HOJA GRANDE. | PIEZA | 1 |
| 138 | 537.327.1609 | ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, IZQUIERDO, MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO RECTO, HOJA GRANDE | PIEZA | 1 |
| 139 | 537.327.0346 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCHO, VÁSTAGO LIGERAMENTE CURVO. | PIEZA | 3 |
| 140 | 537.370.0029 | ESPÁTULA METÁLICA, DEL NO. 3, DE DOBLE EXTREMO, UNO RECTANGULAR Y OTRO DE PUNTA DE LANZA. | PIEZA | 7 |
| 141 | 537.383.0081 | ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SIN AUMENTO N° 5. | PIEZA | 19 |
| 142 | 537.397.0168 | EXCAVADOR TIPO WHITE. NO. 17 | PIEZA | 3 |
| 143 | 535.409.0531 | EXPLORADOR DE UNA PIEZA, CON DOBLE EXTREMO. N° 5. | PIEZA | 19 |
| 144 | 537.426.0213 | FÓRCEPS. N° 99 C. | PIEZA | 3 |
| 145 | 537.426.0726 | FÓRCEPS PARA ODONTECTOMÍAS DEL NO. 210. | PIEZA | 3 |
| 146 | 537.426.0262 | FÓRCEPS. N° 18 DERECHO. | PIEZA | 4 |
| 147 | 537.426.0197 | FÓRCEPS. N° 150. | PIEZA | 3 |
| 148 | 537.426.0189 | FÓRCEPS. N° 151. | PIEZA | 3 |
| 149 | 537.426.0023 | FÓRCEPS. N° 23. | PIEZA | 3 |
| 150 | 537.426.0270 | FÓRCEPS. N° 53 IZQUIERDO. | PIEZA | 3 |
| 151 | 537.426.0411 | FÓRCEPS. N° 69. | PIEZA | 3 |
| 152 | 537.426.0288 | FÓRCEPS. N° 18 IZQUIERDO. | PIEZA | 4 |
| 153 | 537.547.0019 | JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTÁNDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTÉSICO DESECHABLE DE 1.8 ML., DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR ÍNDICE Y MEDIO. ÉMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO O PUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO). | PIEZA | 13 |
| 154 | 060.593.0106 | LOSETA PARA BATIR CEMENTO, DE VIDRIO, TAMAÑO 8 X 12 X 0.5 CM. | PIEZA | 6 |
| 155 | 537.602.0409 | MANGO PARA ESPEJO DENTAL, METÁLICO, MACIZO, ROSCA SENCILLA | PIEZA | 19 |
| 156 | 537.661.0506 | OBTURADOR WESCOTT O USA, DE DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 4 |
| 157 | 537.703.9598 | PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE, TIPO BAYONETA, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | PIEZA | 19 |
| 158 | 535.716.0190 | PORTA AGUJA FINOCHIETO, LONGITUD 14.6 CM. | PIEZA | 3 |
| 159 | 537.370.0128 | ESPÁTULA PARA RESINA, DE PLÁSTICO, CON DOBLE PUNTA DE TRABAJO. | PIEZA | 4 |
| 160 | 060.830.7237 | SONDA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA PUNTA DE TRABAJO, ROMA Y MILIMETRADA DE 1 A 10. | PIEZA | 6 |
| 161 | 537.860.0018 | TIRAPUENTES MILLER, CON TRES PUNTAS DIFERENTES. | PIEZA | 2 |
| 162 | 513.950.0101 | VASO METÁLICO GRADUADO: 30 ML. | PIEZA | 7 |
| 163 | 535.859.0494 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PIEZA | 12 |
| 164 | 537.713.0017 | FRESERO METÁLICO (PORTAFRESAS). | PIEZA | 2 |
| 165 | 537.397.0150 | EXCAVADOR TIPO WHITE NO. 5 | PIEZA | 10 |
| 166 | 537.327.1104 | ELEVADOR TIPO CRYER WHITE, DE BANDERA, IZQUIERDO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA. | PIEZA | 2 |
| 167 | 537.327.0957 | ELEVADOR TIPO CRYER WHITE, DE BANDERA, DERECHO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA. | PIEZA | 2 |
| 168 | 537.426.0569 | FÓRCEPS. N° 88 L. | PIEZA | 2 |
| 169 | 537.426.0486 | FÓRCEPS. N° 88 R | PIEZA | 2 |
| 170 | 537.426.0734 | FÓRCEPS PARA ODONTECTOMÍAS DEL NO. 222. | PIEZA | 4 |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| NUMER AL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTID AD |
| 171 | 537.426.0742 | FÓRCEPS UNIVERSAL PEDIÁTRICO 151 S. | PIEZA | 2 |
| 172 | 537.565.0180 | LEGRA SELDIN, DOBLE EXTREMO ANGULADO, PUNTA DE TRABAJO MEDIA CAÑA. | PIEZA | 2 |
| 173 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | PORTA MATRIZ UNIVERSAL 5 MM | PIEZA | 2 |
| 174 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD ESTERILIZABLE | PIEZA | 3 |
| 175 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ESTERILIZABLE | PIEZA | 2 |
| 176 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CONTRA ÁNGULOS SENCILLO | PIEZA | 2 |
| 177 | 537.041.0051 | AMNIOTOMO BEACHMAN, 26 CM DE LONGITUD. | PIEZA | 6 |
| 178 | 535.137.0035 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO Nº 3: CORTO. | PIEZA | 2 |
| 179 | 513.227.0116 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE. DIMENSIONES: 25.4 X 16.5 X 6.4 CM. | PIEZA | 4 |
| 180 | 535.137.0472 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO LARGO NO. 7. | PIEZA | 2 |
| 181 | 537.703.8483 | PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM | PIEZA | 1 |
| 182 | 535.701.1294 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM. | PIEZA | 5 |
| 183 | 535.701.1203 | PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM. | PIEZA | 2 |
| 184 | 535.701.0833 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | PIEZA | 2 |
| 185 | 537.702.4749 | PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM. | PIEZA | 2 |
| 186 | 537.702.0952 | PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM. | PIEZA | 2 |
| 187 | 535.859.0379 | TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 14 CM. | PIEZA | 1 |
| 188 | 537.857.1847 | TIJERA PARA SUTURA, ANGULADA, CON PUNTAS PLANAS Y ABOTONADAS, DE 105 A 115 MM. DE LONGITUD. | PIEZA | 2 |
| 189 | 535.701.1831 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | PIEZA | 2 |
| 190 | 537.426.0171 | FÓRCEPS. Nº 17. | PIEZA | 3 |
| 191 | 537.426.0221 | FÓRCEPS. Nº 101. | PIEZA | 3 |
| 192 | 537.426.0460 | FÓRCEPS. Nº 53 DERECHO. | PIEZA | 3 |
| 193 | 537.426.0155 | FÓRCEPS. Nº 65. | PIEZA | 3 |
| 194 | S/C | FÓRCEPS UNIVERSAL PEDIÁTRICO | PIEZA | 2 |
| 195 | 537.583.0089 | LIMA HOWARD, DE DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 3 |
| 196 | 535.701.0874 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | PIEZA | 5 |
| 197 | 537.702.1372 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE PLACAS, ANGULADA LONGITUD 15 CM. | PIEZA | 5 |
| 198 | 513.887.0059 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. | PIEZA | 8 |

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES QUE CUENTAN CON CLAVE DEL SECTOR SALUD DEBERÁN APEGARSE A LAS ESTABLECIDAS AL CUADRO BÁSICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO 3

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| 1 | 531.862.0052 | <p>TERMÓMETRO DIGITAL</p> <p>TERMÓMETRO QUE PERMITE MEDIR LA TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO, A TRAVÉS DEL CANAL AUDITIVO. CONSTA DE:</p> <p>PANTALLA DIGITAL CON ILUMINACIÓN.</p> <p>MECANISMO DE ENCENDIDO MANUAL O AUTOMÁTICO.</p> <p>DESPLIEGUE DE TEMPERATURA DE 34 A 42 GRADOS CENTÍGRADOS. CON FUNDAS PROTECTORAS DEL EXTREMO DE INSERCIÓN.</p> <p>CON ALARMA VISUAL O SONORA AL ENCENDIDO, AL FINALIZAR LA MEDICIÓN Y AL DETECTAR BATERÍA BAJA. CON MEMORIA MÍNIMA DE 10 DETERMINACIONES.</p> <p>FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA DE LITIO.</p> <p>CON ESTUCHE PARA GUARDA O FUNDA PROTECTORA.</p> | PIEZA | 3 | | | |
| 2 | 531.375.0126 | <p>ESTETOSCOPIO CAPSULA DOBLE.</p> <p>NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE LED</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I. DESCRIPCIÓN.</p> <p>1.-FUENTE DE LUZ LED VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS</p> <p>2. INTENSIDAD DE LUZ DE 35,000 LUXES.</p> <p>3. TEMPERATURA DE COLOR DE 4200 GRADOS KELVIN</p> <p>4. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA.</p> <p>5. TUBO FLEXIBLE CON APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DEL CAMPO 14 CM</p> <p>6. PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO</p> <p>II. INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120V/60HZ.</p> <p>NOMBRE GENÉRICO: VITRINA A CONTRAMURO DE 120 CM.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA.</p> <p>I. DESCRIPCIÓN</p> <p>1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO.</p> <p>2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE N.18 ACABADO PULIDO CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA.</p> <p>3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS.</p> <p>4. LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO.</p> <p>5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO.</p> <p>6. DIMENSIONES GENERALES: 120 CM DE ALTO X 20 CM DE FONDO X 60 CM DE ANCHO, TOLERANCIAS +-3%.</p> | PIEZA | 10 | | | |
| 3 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>MESA CON TARJA Y LAVABO DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANSI 304 CALIBRE 18.</p> <p>MESA CON TARJA SENCILLA, CUBIERTA LISA Y 1 TARJA DE 0.45 MTS DE ANCHO X 0.45 MTS DE LARGO X 0.24 MTS DE FONDO, TOLERANCIAS +-3%.</p> <p>MONTADO SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 1/2" DE DIÁMETRO EXTERNO Y DE 1 1/4" DE DIÁMETRO INTERNO CON REGATONES NIVELADORES, DEBERÁ INCLUIR ENTREPAÑO INFERIOR EN ÁREAS PERMISIBLES.</p> <p>MEDIDAS DE LA MESA: 1.20 MTS DE LARGO X 0.70 MTS DE ANCHO X 0.90 MTS DE ALTO, TOLERANCIAS +-3%.</p> | PIEZA | 1 | | | |
| 4 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>COMPRESORA DE AIRE PARA UNIDAD DENTAL, CON ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO DE PURGA DE CONDENSADOS Y FILTROS DE AIRE.</p> <p>PUNTOS DE TRATAMIENTO: 1</p> <p>FLUJO VOLUMÉTRICO: MÁXIMO A 5 VAR 65 LT/MIN</p> <p>FLUJO VOLUMÉTRICO EN SERVICIO CONTINUO: A 5 VAR 52 LT/MIN</p> <p>SOBRE PR.MIN./SOBRE PR.MAX. 5.5/7 VAR</p> <p>CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE PRESIÓN. 1</p> <p>POTENCIA DEL MOTOR: 230 V .75 KW</p> <p>DIMENSIONES: 490 MM DE ANCHO X 430 MM DE LARGO X 740 MM DE ALTO.</p> <p>PESO 51 KILOS</p> | PIEZA | 1 | | | |
| 5 | 531.291.0028 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MODULO INTEGRADO | PIEZA | 1 | | | |
| 6 | 531.562.0020 | LÁMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. | PIEZA | 1 | | | |
| 7 | 531.786.0079 | REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES | PIEZA | 1 | | | |
| 8 | 531.341.2305 | UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL DE PISO | PIEZA | 1 | | | |
| 9 | 531.923.0313 | UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLÓGICA | PIEZA | 1 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| 12 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | THERMO (HIELERA) PARA TRANSPORTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIOLÓGICOS Y VACUNAS. COMPUUESTO CON TAPA DE SELLADO HERMÉTICO E INTERIORES CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ACABADO SANITARIO DE 2 MILÍMETROS DE ESPESOR, CAPACIDAD NÚMERO 12 DE 27.2 X 15.3 X 21.7 CM, TOLERANCIAS +-1%. | PIEZA | 2 | | | |
| 13 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | THERMO (HIELERA) PARA TRANSPORTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIOLÓGICOS Y VACUNAS. COMPUUESTO CON TAPA DE SELLADO HERMÉTICO E INTERIORES CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ACABADO SANITARIO DE 2 MILÍMETROS DE ESPESOR, CAPACIDAD NÚMERO 21 DE 52.3 X 35 X 35.7 CM, TOLERANCIAS +-1%. | PIEZA | 2 | | | |
| 14 | 513.950.0119 | VASO METÁLICO DE 100 ML. | PIEZA | 4 | | | |
| 15 | 531.614.0424 | ESTADIMETRO PEDIÁTRICO | PIEZA | 1 | | | |
| 16 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES DEFINICIÓN: UNIDAD MECÁNICA RODABLE QUE FACILITA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE EN ESTADO 4 SECCIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1.- CAMA HOSPITALARIA HIDRÁULICA O NEUMÁTICA DE MÚLTIPLES POSICIONES. 2.- CAMA CON SISTEMA HIDRÁULICO O NEUMÁTICO DE DOBLE TIJERA PARA SU OPERACIÓN. 3.- QUE SOPORTE UN PESO AL MENOS DE 130 KG 4.- QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES DE FORMA MANUAL 4.1.- SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 68° 4.2.- SECCIÓN DE RODILLA QUE CUBRA EL RANGO DE 0 – 36° COMO MÍNIMO 4.3.- ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE A TRAVÉS DE MANIVELA ESCAMOTEABLE Y QUE CUBRA EL RANGO DE 42.5 CM A 83 CM ±5 CM 5.- SISTEMA DE PISTONES NEUMÁTICOS PARA EL POSICIONAMIENTO MANUAL DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE A TRAVÉS DE MANIVELAS 6.- SUPERFICIE DE CAMA RÍGIDA, FABRICADA EN TUBO DE ACERO CON REVESTIMIENTO EPOXY, CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN Y LIMPIEZA DE LA MISMA 7.- DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 87 CM DE ANCHO X 197 CM DE LONGITUD 8.- DIMENSIÓN TOTAL DE LA CAMA: LONGITUD DE 209 CM X ANCHO 96 CM +/- 5 CM 9.- CABECERA Y PIECERA DESMONTABLES FABRICADAS DE MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES Y SOLVENTES Y CON SISTEMA DE FIJACIÓN DE CABECERA Y PIECERA SIN NECESIDAD DE USAR HERRAMIENTAS 10.- BARANDALES LATERALES METÁLICOS CORRIDOS, ABATIBLES Y CON SEGURO, QUE PERMITAN LA TRANSFERENCIA SEGURA DEL PACIENTE 11.- CON PROTECTORES O PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS. 12.- COLCHÓN DE POLIURETANO, DE ALTA CALIDAD, ANTIESTÁTICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LÍQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO 13.- CAPACIDAD DE COLOCAR EL POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS 14.- AL MENOS DOS GANCHOS PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN CADA LADO DE LA CAMA 15.- CON RUEDAS DE 12.5 CM DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO Y CON SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS II. ACCESORIOS UN POSTE PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS (PORTAVENOCLÍSIS). CAMA CLÍNICA PEDIÁTRICA | PIEZA | 5 | | | |
| 17 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | BARANDAL DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 22.2 MM (7/8") EL HORIZONTAL Y 15.8 MM (5/8") LOS VERTICALES FIJOS A LOS HORIZONTALES DE DIÁMETRO CAL. 18, ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. BASTIDOR FIJO LARGUEROS Y TRAVESAÑOS DE ÁNGULO DE ACERO DE 32 DE LARGO X 32 MM DE ANCHO (1 1/4" X 1 1/4" TOLERANCIAS +-1%) ACABADO EN PINTURA CAFÉ. BASTIDOR DE POSICIONES DE ÁNGULO DE ACERO DE 32 MM DE LARGO X 32 MM DE ANCHO (1 1/4" X 1 1/4" TOLERANCIAS +-1%) CON TOPE DE COLCHÓN DE ACERO DE 9.5 MM (3/8"), ACABADO EN PINTURA CAFÉ CABECERA Y PIECERA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 38.1 MM (1 1/2") DE ACERO CAL. 22, CON PREPARACIONES COLOCADAS EN PIECERA Y CABECERA PARA RECIBIR ANTENA PORTA HEMOLISIS, ACABADO EN PINTURA HORNEADA. GUÍAS DEL BARANDAL DE TUBULAR REDONDO DE ACERO DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO CON SEPARADORES SUJETOS A LA ESTRUCTURA Y TOPE INFERIOR DE HULE MACIZO, ACABADO CROMADO. PAÑALERA DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON UN ENTREPAÑO, PUERTA CON TAPA, JALADERA TIPO PUENTE CROMADA Y RESBALÓN, ACABADO EN | PIEZA | 2 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| | | PINTURA HORNEADA. RODAJAS DE HULE SINTÉTICO EMBALADA DE 76.2 MM (3") DE DIÁMETRO COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE ACERO ACABADO CROMADO. SISTEMA DE POSICIÓN MANUAL CON SOLERAS EN FORMA DE DIENTE DE SIERRA EN AMBOS LADOS. | | | | | |
| 18 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CARRO CAMILLA ADULTO NOMBRE GENÉRICO: CARRO PARA CURACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO. 2. CUBIERTA: DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. ESTRUCTURA: TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 4. TRAVESAÑOS PARA ENTREPAÑO: TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), DE 19 MM (¾") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 5. ENTREPAÑO: DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. 6. ARILLO PORTA CUBETA Y PORTA BANDEJA: CON SISTEMA GIRATORIO, FABRICADO EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 DE 2.5MM (3/32") DE ESPESOR Y 25.4 MM (1") DE ANCHO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 7. CUBETA: CAPACIDAD DE 12 LITROS, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. ASA DE ALAMBRO DE ACERO INOXIDABLE DE 6.35 MM (¼") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 8. BANDEJA: CAPACIDAD DE 2.1 LITROS +/- 5% DE TOLERANCIA, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. 9. RODAJAS GIRATORIAS: CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTAS DE HULE NEGRO DE 101.1 MM (4") DE DIÁMETRO CON HORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CROMADO. 10. DIMENSIONES GENERALES: 80 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 105 CM DE ALTO +/-5% DE TOLERANCIA. 10. DIMENSIONES GENERALES: 80 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 105 CM DE ALTO +/-5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 2 | | | |
| 19 | 531.619.0403 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PIEZA | 3 | | | |
| 20 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | BORBOTEADOR Y MANÓMETRO DE OXIGENO NOMBRE GENÉRICO: BURO CLINICO | PIEZA | 7 | | | |
| 21 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. CUBIERTA DE UNA SOLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANSI 304 CALIBRE 18, EN SU CANTO FRONTAL PROTEGIDO. 2. REGATONES DE PLÁSTICO NEGRO. 3. BARANDAL METÁLICO LATERAL Y POSTERIOR DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 22 O MAYOR, ESQUINAS Y BORDES DEL MUEBLE REDONDEADOS, EL CUAL SIRVE COMO TOPE PARA QUE NO SE DESLICEN LOS OBJETOS COLOCADOS EN SU PARTE SUPERIOR, TERMINADO CROMO. 4. DIMENSIONES: 78 X 55 X 44 CM (ALTO, ANCHO, PROFUNDO)±5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 5 | | | |
| 22 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CÓMODO ADULTO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 22 MÍNIMO, ACABADO PULIDO. 2. DIMENSIONES GENERALES: 34 CM DE LARGO X 28 CM DE ANCHO X 10 CM DE DIÁMETRO, TOLERANCIAS +3%. | PIEZA | 5 | | | |
| 23 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CÓMODO MENOR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 22 MÍNIMO ACABADO PULIDO. 2. DIMENSIONES GENERALES: 30.5 CM DE LARGO X 23.5 CM DE ANCHO X 5 CM DE DIÁMETRO, TOLERANCIAS +3%. | PIEZA | 2 | | | |
| 24 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CARRO TÁNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. | PIEZA | 1 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| | | <p>I. DESCRIPCIÓN</p> <p>1. BOLSA DE LONA NO. 4 CON OJILLOS METÁLICOS REMACHADOS.</p> <p>2. BROCHE DE MEDIA VUELTA OVALADO; ACABADO CROMADO.</p> <p>3. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE NO 18 DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO.</p> <p>4. RODAJA TIPO COMERCIAL DE 50.8 MM (2") DE DIÁMETRO, DE DOBLE HUELLA (GEMELA).</p> <p>5. DIMENSIONES: 71 CM DE ANCHO X 71 CM DE LARGO X 76 CM DE ALTO, TOLERANCIA $\pm 5\%$.</p> | | | | | |
| 25 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: MESA PUENTE.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA.</p> <p>I. DESCRIPCIÓN.</p> <p>1. CON CAPACIDAD DE CARGA: MÍNIMO DE 50 KILOGRAMOS.</p> <p>2. CUBIERTA TIPO CHAROLA DE 2.54 CM DE ESPESOR EN SU PARTE CENTRAL MÍNIMO, DISEÑADA CON REBORDES PERIMETRALES, FABRICADAS EN TRIPLAY CON CUBIERTA DE FORMAICA</p> <p>2.1 FORMADA POR DOS PARTES, ENSAMBLADAS ESTRUCTURADAS A BASE DE BOTONES. CADA CARA DEBERÁ SER COMPLETAMENTE LISA SIN TEXTURA ACABADO GENERAL DE LAS SECCIONES LISAS</p> <p>3. ESTRUCTURA Y REFUERZOS TRANSVERSALES A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO OVAL, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. 18 COMO MÍNIMO DE 25.4 MM DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO SANITARIO EN TODO SU DESARROLLO.</p> <p>4. CON 4 RODAJAS FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE BLOQUEO EN 2 DE LAS RODAJAS COMO MÍNIMO, COLOCADAS EN DIAGONAL PARA PROPORCIONAR ESTABILIDAD CUANDO SE ENCUENTRE ACTIVO DICHO SISTEMA.</p> <p>5. DIMENSIONES. 60 ANCHO, 120 CM DE LARGO, 110 CM DE ALTURA. $\pm 5\%$ DE TOLERANCIA.</p> | PIEZA | 5 | | | |
| 26 | 531.191.0417 | CARRÓ ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR | PIEZA | 1 | | | |
| 27 | 531.784.0204 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA | PIEZA | 2 | | | |
| 28 | 531.329.0032 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES) | PIEZA | 1 | | | |
| | | MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA | | | | | |
| 29 | 531.616.0158 | <p>EQUIPO RODABLE MECÁNICO PARA FINES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, QUE PERMITE EL POSICIONAMIENTO DE LA PACIENTE DURANTE EL PARTO Y OTROS PROCEDIMIENTOS GINECOBSTÉTRICOS.</p> <p>MESA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS.</p> <p>ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS: MECÁNICO-HIDRÁULICO DE ELEVACIÓN Y DESCENSO.</p> <p>MECÁNICO DE TRENDELEMBURG CON INCLINACIÓN MÍNIMA DE 25 GRADOS Y EN POSICIÓN INVERSA MÍNIMA DE 25 GRADOS, LATERAL IZQUIERDO Y DERECHO 25 GRADOS.</p> <p>CONSTITUIDA POR TRES O MÁS SECCIONES: DORSO CON MOVIMIENTOS PARA DAR POSICIÓN DE SEMIFOWLER Y FOWLER, SECCIÓN PÉLVICA Y MIEMBROS PÉLVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES Y ABATIBLES Y CON MOVIMIENTOS DE TJIJERA.</p> <p>COJÍN ELÉCTRICAMENTE CONDUCTIVO EN TODAS SUS SECCIONES.</p> <p>BASE, COLUMNA, BASTIDOR O ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE, RIELES, POSTES Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL.</p> <p>RADIOLÚCIDA CON PORTACHASIS EN LAS SECCIONES DE PELVIS Y ESPALDA COMO MÍNIMO.</p> | PIEZA | 1 | | | |
| 30 | 531.562.0905 | LÁMPARA QUIRURGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA | PIEZA | 1 | | | |
| | | NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE UN SATELITE | | | | | |
| 31 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I. DESCRIPCIÓN.</p> <p>1.- LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE LED</p> <p>2.- MONTAJE:</p> <p>2.1.- COLUMNA FIJA AL TECHO.</p> <p>3.- BRAZO PORTA LÁMPARA CADA UNO CON:</p> <p>3.1.- GIRO ROTATORIO DE 360°</p> <p>3.2.- AJUSTE VERTICAL MÍNIMO DE 90CM Y ABATIBLE A +18° - 45°.</p> <p>3.3.- ARTICULADO.</p> <p>4.- INTEGRADA UNA LÁMPARA CON:</p> <p>4.1.- LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS.</p> <p>4.2.- FUENTE DE LUZ:</p> <p>4.2.1.- LED BLANCO.</p> <p>4.2.2.- ENSAMBLADO EN BASE DE ALUMINIO.</p> <p>4.2.3.- TIEMPO DE VIDA ÚTIL: MÍNIMO 50,000 HORAS.</p> <p>4.3.- TEMPERATURA DE COLOR DE 4500 Y 5000 GRADOS KELVIN.</p> <p>4.4.- ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 94%.</p> | PIEZA | 1 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| | | 4.5.- TAMAÑO DEL CAMPO DE TRABAJO: 4.5.1.- DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 9 A 20 CM 4.5.2.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 140 CM A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE. 4.6.- ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 399 W/M2 O MENOR DE LA LÁMPARA. 4.7.- INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA EN EL RANGO DE 40,000 A 100,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE. 4.8.- MANGO: 4.8.1.- DESMONTABLE. 4.8.2.- ESTERILIZABLE. 4.8.3.- DE PLÁSTICO. 4.8.4.- ENSAMBLE RÁPIDO NO ENROSCABLE. 4.9.- PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA. 4.10.- CABEZAL CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. II. INSTALACIÓN: 1. CORRIENTE ELÉCTRICA: 120 V, 60 HZ, TOLERANCIA +/- 10%. | | | | | |
| 32 | 531.292.0258 | CARDIOTÓCÓGRAFO | PIEZA | 1 | | | |
| 33 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | RIEL PORTA VENOCLISIS BARRA REDONDA DE ACERO CALIBRE 18 DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO Y 1.20 DE LARGO CON SISTEMA DE MUESCAS PARA FIJACIÓN A TRES DIFERENTES ALTURAS. ACABADO CROMADO. GANCHOS DE BARRA REDONDA DE ACERO DE 6.3MM. (1/4") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. HERRAJES Y CARRETIILLAS PARA DESPLAZAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO INTEGRADO; ACABADO EN COLOR GRIS. MECANISMO DE FIJACIÓN A DIFERENTES ALTURAS CON SISTEMA DE BOTÓN TIPO TRINQUETE; DE PLÁSTICO ABS, ACABADO EN COLOR GRIS. RIEL DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL. SOPORTE DE ACERO DE 6.3MM (1/4") DE DIÁMETRO CON RECUBRIMIENTO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC). TOPES DE SEGURIDAD PARA LA CARRETILLA DE ALUMINIO. NOMBRE GENÉRICO: COJIN DE KELLY. | PIEZA | 1 | | | |
| 34 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. FABRICADO EN VINIL HULE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KGS DE DENSIDAD. 2. FORRADO EN VINIL DE FÁCIL LIMPIEZA, COSIDO CON HILO NYLON. 3. FORRO LAVABLE DE ALTA RESISTENCIA ANTI-BACTERIAL. 4. MEDIDAS ALTURA 113 CM, ANCHO 46 CM, TOLERANCIA +/- 3%. | PIEZA | 1 | | | |
| 35 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: MESA MAYO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. CAPACIDAD DE CARGA, MAYOR A 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTÍCULO. 2. BASE DE TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18 ACABADO PULIDO SANITARIO DE 5.1 CM DE ANCHO X 5.1 CM DE LARGO (2" X 2"), CON LASTRE PARA EVITAR EL VOLTEO. 3. DOS PATAS FIJAS (PARTE TRASERA) DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 4. DOS RODAJAS GIRATORIAS (FRENTE) DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO CON VÁSTAGO Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, RODAMIENTO EMBALERADO, LLANTA DE HULE NEGRO Y CONCHA PROTECTORA DE ACERO. 5. COLUMNA FIJA: TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18 ACABADO PULIDO SANITARIO DE 3.175 CM DE LARGO X 3.175 CM ANCHO (1 1/2" X 1 1/2") 6. COLUMNA DESLIZABLE DE TUBO CUADRADO, DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO DE 2.54 CM X 2.54 CM (1" X 1") 7. SISTEMA OPRESOR (AJUSTE DE ALTURA) PERILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 8. SOPORTE DE CHAROLA: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 12 ACABADO PULIDO SANITARIO DE 35 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO, TOLERANCIA +/- 3%. 8.1 PERALTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, 2.54 CM (1") DE DIÁMETRO CON DISEÑO PARA SOPORTAR LA CHAROLA MAYO. 9. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS: 9.1 AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE COLUMNA TELESCÓPICA 9.2 POSICIÓN MÁS BAJA: 90 CM, TOLERANCIA +/- 3% 9.3 POSICIÓN MÁS ALTA: 150 CM, TOLERANCIA +/- 3% 9.4 CON SEGURO DE FIJACIÓN A CUALQUIER ALTURA DENTRO DE ESTE RANGO. | PIEZA | 1 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| | | 10. DIMENSIONES: 35 CM FRENTE, 60 CM DE FONDO; 90 A 150 CM DE ALTURA, TOLERANCIA +-3%. | | | | | |
| 36 | 531.252.0033 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL | PIEZA | 1 | | | |
| 37 | 531.497.0053 | INCUBADORA DE TRASLADO | PIEZA | 1 | | | |
| 38 | 531.081.0014 | ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA | PIEZA | 1 | | | |
| 39 | 531.614.0424 | ESTADIMETRO PEDIÁTRICO | PIEZA | 1 | | | |
| 40 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>CUNERO CON CANASTILLA</p> <p>CANASTILLA DE ALAMBRÓN DE ACERO DE 6MM (1/4") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO.</p> <p>COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/M³ (TOLERANCIA +-1%) DE 3 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA +-1%) CON FORRO SIN VIVOS, COLOR NEGRO.</p> <p>ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 UNIDA A REFUERZOS CON REMACHE POP.</p> <p>GANCHO PARA POSICIONADOR DE FOWLER 30° DE ALAMBRÓN DE ACERO DE ACERO DE 6 MM (1/4") DE DIÁMETRO, SOLDADO A CANASTILLA ACABADO CROMADO.</p> <p>PORTA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 22 ACABADO PULIDO CON CEJA UNIDA CON REMACHE POP EN LA CABECERA.</p> <p>RODAJA DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO CON LA PARTE SUPERIOR DE LÁMINA DE ACERO, ACABADO CROMADO TIPO BOLA.</p> <p>TUBO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES: 75.5 CM DE LARGO X 44.5 CM DE ANCHO X 86 CM DE ALTO, TOLERANCIAS +-3%.</p> | PIEZA | 1 | | | |
| 41 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: CARRO PORTA EXPEDIENTE</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I. DESCRIPCIÓN</p> <p>1. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 25.4 MM DE DIAMETRO.</p> <p>2. CAL. 18</p> <p>3. ORGANIZADOR DE CARPETAS DE SOLERA DE ALUMINIO RANURADO</p> <p>4. RODAJAS DE BOLA DE 50.8 MM, TOLERANCIA +- 1%.</p> <p>5. MEDIDAS:</p> <p>5.1 ALTURA DE AL MENOS 88.5 CM.</p> <p>5.2 ANCHO DE AL MENOS 60 CM.</p> <p>5.3 PROFUNDIDAD DE AL MENOS 60 CM.</p> <p>6. PARA AL MENOS 24 CARPETAS.</p> | PIEZA | 1 | | | |
| 42 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: CARPETA PORTA EXPEDIENTE</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I. DESCRIPCIÓN</p> <p>1.- ALAMBRÓN DE ACERO CALIBRE 16, DE SECCIÓN CIRCULAR DE 3.1 MM (1/8") DE DIÁMETRO; ACABADO GALVANIZADO. EJE DE BISAGRA</p> <p>2.- BARRA DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6.3 MM (1/4") ACABADO GALVANIZADO. EJE DE SISTEMA DE SUJECIÓN</p> <p>3.- LÁMINA DE ALUMINIO CALIBRE NO. 16; ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CANTOS PULIDOS, ARISTAS MATADAS.</p> <p>4.-PROTECTORES DE HULE DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO Y 17 MM DE LONGITUD, ADHERIDOS A EJES DE APOYO CON PEGAMENTO DE CONTACTO.</p> <p>5.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO; ACABADO ANODIZADO NATURAL</p> <p>6.-SISTEMA DE SUJECIÓN A BASE DE PRESIÓN.</p> <p>7.- DIMENSIONES GENERALES: 26 CM DE ANCHO X 1.2 CM DE PROFUNDIDAD X 31 CM DE LARGO ±5% DE TOLERANCIA.</p> | PIEZA | 5 | | | |
| 43 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>MESA ALTA CON FREGADERO DERECHO, TRAMPA PARA YESO Y VITRINA</p> <p>1. MESA CON FREGADERO DERECHO DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANSI 304 CALIBRE 18.</p> <p>MESA CON FREGADERO DERECHO, CUBIERTA LISA Y 1 FREGADERO DE .45 MTS DE ANCHO X 0.45 MTS DE LARGO X 0.30 MTS DE FONDO. TOLERANCIAS +-1%.</p> <p>MONTADO SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 1/2" Y DE 1 1/4" DE DIÁMETRO CON REGATONES NIVELADORES, DEBERÁ INCLUIR ENTREPAÑO INFERIOR EN ÁREAS PERMISIBLES.</p> <p>MEDIDAS DE LA MESA: LARGO: 1.50 MTS X ANCHO: 0.70 X ALTO: .90 MTS. TOLERANCIAS +-1%.</p> <p>2. TRAMPA DE YESO DE 45 CM DE LARGO, 30 CM DE PROFUNDIDAD Y 40 CM DE ANCHO, TOLERANCIAS +-1%.</p> <p>3. VITRINA DE 150 CM DE ALTO X 70 CM DE FONDO X 90 CM DE ANCHO.</p> | PIEZA | 1 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| | | TOLERANCIAS +-3%. 1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO.18 ACABADO PULIDO CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA. 3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS. 4. LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA, COLOR GRIS. 5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO. | | | | | |
| 44 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I.- DESCRIPCIÓN 1. BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, CON REFUERZO INTERIOR SOLDADO, DE ÁNGULO DE ACERO DE 50 MM. (2") Y 3 MM (1/8") DE ESPESOR. 1.1 SOPORTES DE SOLERA DE ACERO DE 0.6 MM. (1/4") DE ESPESOR; CON PERNOS DE ACERO DE 12 MM. (1/2") SOLDADOS, DOS COMO TOPES Y DOS COMO EJES DE ABATIMIENTO; 1.1 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 1.2 SISTEMA DE FIJACIÓN A BASE DE "Z" DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 16 FIJAS AL MURO PARA RECIBIR BASE. 2. COJÍN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 27 KG/CM3 (TOLERANCIA +-3%) DE DENSIDAD SOBRE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 16 MM (TOLERANCIA +-3%) DE ESPESOR; ACABADO EN FORRO VINILO COLOR NEGRO O CAFÉ. 3. CUBIERTA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25 MM DE ANCHO X 25 MM DE LARGO (1" X 1") CON SOLERA DE ACERO DE 6 MM. (1/4") SOLDADA EN EL EXTREMO PARA SERVIR DE TOPE AL ABATIMIENTO Y TAPA INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS; RECIBE COJÍN. 4. DIMENSIONES GENERALES: 40 CM DE FONDO X 65 CM DE ANCHO X 50 CM DE LARGO, TOLERANCIA DE ±5%. | PIEZA | 1 | | | |
| 45 | 531.341.0440 | UNIDAD RADIOLOGICA DE 300 MA. | PIEZA | 1 | | | |
| 46 | 531.829.0784 | SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES (RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA) DE BAJO DESEMPEÑO PARA RAYOS X DE PROPOSITO GENERAL | PIEZA | 1 | | | |
| 47 | 531.786.0079 | REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES | PIEZA | 1 | | | |
| 48 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CHASIS CON BASTIDOR METALICO, CUBIERTO DE POLIURETANO O ALUMINIO, CON PANTALLAS DE LANTÁNIDOS (TIERRAS RARAS), VELOCIDAD 400 NM, CON VENTANA IDENTIFICADORA. MEDIDAS: 14 CM DE ANCHO X 17 CM DE LARGO, TOLERANCIA +-1%. | PIEZA | 2 | | | |
| 49 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CHASIS CON BASTIDOR METALICO, CUBIERTO DE POLIURETANO O ALUMINIO, CON PANTALLAS DE LANTÁNIDOS (TIERRAS RARAS), VELOCIDAD 400 NM, CON VENTANA IDENTIFICADORA. MEDIDAS: 14 CM DE ANCHO X 14 CM DE LARGO, TOLERANCIA +-1%. | PIEZA | 2 | | | |
| 50 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CHASIS CON BASTIDOR METALICO, CUBIERTO DE POLIURETANO O ALUMINIO, CON PANTALLAS DE LANTÁNIDOS (TIERRAS RARAS), VELOCIDAD 400 NM, CON VENTANA IDENTIFICADORA. MEDIDAS: 10 CM DE ANCHO X 14 CM DE LARGO, TOLERANCIA +-1%. | PIEZA | 2 | | | |
| 51 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CHASIS CON BASTIDOR METALICO, CUBIERTO DE POLIURETANO O ALUMINIO, CON PANTALLAS DE LANTÁNIDOS (TIERRAS RARAS), VELOCIDAD 400 NM, CON VENTANA IDENTIFICADORA. MEDIDAS: 8 CM DE ANCHO X 10 CM DE LARGO, TOLERANCIA +-1%. | PIEZA | 2 | | | |
| 52 | 531.601.0056 | MANDIL EMPLOMADO | PIEZA | 1 | | | |
| 53 | 531.234.0010 | COLLARIN DE PLOMO | PIEZA | 1 | | | |
| 54 | 531.113.0032 | BLINDAJE PARA GÓNADAS | PIEZA | 1 | | | |
| 55 | 531.924.0031 | ULTRASONÓGRAFO | PIEZA | 1 | | | |
| 56 | 531.110.0175 | BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO | PIEZA | 9 | | | |
| 57 | 531.110.0209 | BASCULA ELECTRONICA NEONATAL, LACTANTES Y/O PEDIATRICOS | PIEZA | 6 | | | |
| 58 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: BOTE SANITARIO CON PEDAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. DEPÓSITO DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE NO. 20. 2. ESTRUCTURA EXTERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. 3. MECANISMO DE ACERO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE LA TAPA 4. PEDAL EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 12 GALVANIZADA Y CON CUBIERTA COLOCADA EN FORMA ESPECIAL QUE NO SE DESPRENDA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM (1/4") DE ESPESOR 5. TAPA SUPERIOR EN FORMA DE TAMBOR (DOBLE LÁMINA) DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20 ACABADO PULIDO 6. ZOCLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 ACABADO PULIDO 7. DIMENSIONES GENERALES: 26 CM DE ANCHO X 26 CM DE LARGO X 60 CM DE ALTO, ±5% DE TOLERANCIA. 8. TODA LA PINTURA DEBERÁ SER EN COLOR GRIS. | PIEZA | 17 | | | |
| 59 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CARRO PARA CURACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA | PIEZA | 4 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| | | <p>I. DESCRIPCIÓN</p> <p>1. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO.</p> <p>2. CUBIERTA: DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. MEDIDAS: 80 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO, ±5% DE TOLERANCIA.</p> <p>3. ESTRUCTURA: TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.</p> <p>4. TRAVESAÑOS PARA ENTREPAÑO: TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), DE 19 MM (¾") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.</p> <p>5. ENTREPAÑO: DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO.</p> <p>6. ARILLO PORTA CUBETA Y PORTA BANDEJA: CON SISTEMA GIRATORIO, FABRICADO EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE 18 DE 2.5MM (3/32") DE ESPESOR Y 25.4 MM (1") DE ANCHO, ACABADO PULIDO SANITARIO.</p> <p>7. CUBETA: CAPACIDAD DE 12 LITROS, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. ASA DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 6.35 MM (¼") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO.</p> <p>8. BANDEJA: CAPACIDAD DE 2,1 LITROS +/- 5% DE TOLERANCIA, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO</p> <p>9. RODAJAS GIRATORIAS: CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTAS DE HULE NEGRO DE 101.1 MM (4") DE DIÁMETRO CON HORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CROMADO.</p> <p>10. DIMENSIONES GENERALES: 80 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 105 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA.</p> | | | | | |
| 60 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>CUBETA DE 12 LITROS, TOLERANCIA +-1%.</p> <p>ASA DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE 6.3 MM (1/4") DE DIÁMETRO TOLERANCIA +-1%, ACABADO PULIDO</p> <p>CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 20 ACABADO PULIDO, CON SOPORTE (OREJAS) DEL MISMO MATERIAL EN CALIBRE NO 18 ROQUELADAS.</p> | PIEZA | 11 | | | |
| 61 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>CESTO DE PEDAL ROJO CON CUBETA REMOVIBLE</p> <p>CESTO DE PEDAL PARA BASURA CON CUBETA REMOVIBLE CON ASAS Y SISTEMA SUJETA BOLSA COLORES CUERPO: ROJO CUBETA: ROJO CON ETIQUETA "RESIDUOS PELIGROSOS LÍQUIDOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS"</p> <p>CAPACIDAD: 17 LTS O 3.7 GAL</p> <p>DIMENSIONES: 31.5 X 28.6 X 43 CM. TOLERANCIAS +- 1%</p> | PIEZA | 4 | | | |
| 62 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA.</p> <p>I. DESCRIPCIÓN.</p> <p>1. CUBIERTA DE HULE NATURAL ANTIDERRAPANTE DE 4 MM DE ESPESOR TOLERANCIA +-1%, EN COLOR NEGRO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EL PERÍMETRO SUJETA CON LA MOLDURA DE LA VISTA PERIMETRAL.</p> <p>2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 (1" X 1") ACABADO CROMADO EN TODO SU DESARROLLO.</p> <p>3. PLATAFORMAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 VISTA PERIMETRAL; ACABADO CROMADO, VISTA INTERIOR Y REFUERZO.</p> <p>4. REGATÓN FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOCADO A PRESIÓN, COLOR NEGRO.</p> <p>5. DIMENSIONES GENERALES: 40 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 33 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA.</p> | PIEZA | 16 | | | |
| 63 | 531.116.0377 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED | PIEZA | 13 | | | |
| 64 | 531.116.0369 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL | PIEZA | 3 | | | |
| 65 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: ESTANTE GUARDA ESTÉRIL.</p> <p>DEFINICIÓN: ESTANTE GUARDA ESTÉRIL.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I. DESCRIPCIÓN.</p> <p>1. CAPACIDAD DE CARGA COMO MÍNIMO 125 KG POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO</p> <p>2. ESTRUCTURA BASE</p> <p>2.1 FABRICADO DE PERFIL CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NO. 18 (COMO MÍNIMO) DE 32 MM DE ANCHO X 32 MM DE LARGO (1.¼" X 1.¼"), TOLERANCIA +-1%.</p> <p>2.2 UNIDA PARA QUE PUEDA ENSAMBLARSE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG O TIG)</p> <p>2.3 SOLDADURA DESBASTADA Y PULIDA</p> <p>3. CUERPO, LATERALES, RESPALDO Y 5 ENTREPAÑOS</p> <p>3.1 FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE NO. 20 (COMO MÍNIMO),</p> <p>3.2 ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG O</p> | PIEZA | 10 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| | | TIG), 3.3 TODAS LAS PARTES DEL CUERPO EN GENERAL DEBERÁN SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO CON ACABADO PULIDO 4. PUERTAS 4.1 FABRICADAS DE PERFIL DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO 4.2 CALIBRE NO. 20 (COMO MÍNIMO) 4.3 CON VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE 4.4 LA PUERTA PROVISTA CON CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN PUERTAS 4.5 PASADORES Y MANIJA (PICAPORTE) 4.6 CON MECANISMO DE ABATIMIENTO POR MEDIO DE UNA VARILLA-PERNO DE ACERO MACIZO DE 6.3 MM (1/4") DE DIÁMETRO A TODA LA LONGITUD DE LA PUERTA. 5. REGATÓN 5.1 FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID, DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, POR 25.4 MM (1") DE ALTURA. 5.2 CON ACABADO ANTIDERRAPANTE (MOLETEADO). 5.3 CON TORNILLO DE ACERO DE CUERDA ESTÁNDAR DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO POR 50.8 MM (2") DE LONGITUD. 5.4 CON DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATÓN A BASE DE UN PERNO DE ACERO DEL TIPO TUBULAR 6. CREMALLERAS Y SOPORTES: 6.1 FABRICADOS DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE NO. 16 (COMO MÍNIMO), 6.2 CON DISEÑO QUE PERMITA GRADUAR LOS ENTREPAÑOS A DIFERENTES ALTURAS. 6.3 ACABADO GENERAL EN PINTURA COLOR GRIS, HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA 7. DIMENSIONES GENERALES: 90 CM DE ANCHO X 45 CM DE FONDO X 205 CM DE ALTO, ±5% DE TOLERANCIA. | | | | | |
| 66 | 531.385.1080 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | PIEZA | 2 | | | |
| 67 | 531.375.0159 | ESTETOSCOPIO PINARD OBSTÉTRICO | PIEZA | 7 | | | |
| 68 | 531.295.1188 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO | ESTUCHE | 8 | | | |
| 69 | 531.292.0019 | FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES | PIEZA | 7 | | | |
| 70 | 531.345.0016 | GLUCÓMETRO | PIEZA | 3 | | | |
| 71 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE LED ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN. 1.-FUENTE DE LUZ LED VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS 2. INTENSIDAD DE LUZ DE 35,000 LUXES. 3. TEMPERATURA DE COLOR DE 4200 GRADOS KELVIN 4. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA. 5. TUBO FLEXIBLE CON APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DEL CAMPO 14 CM 6. PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO II. INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120V/60HZ, +-10%. NOMBRE GENÉRICO: MESA ALTA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I.- DESCRIPCIÓN 1. CAPACIDAD DE CARGA COMO MÍNIMO 250 KG, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO 2. CUBIERTA LISA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 16 COMO MÍNIMO 3. REFUERZOS LONGITUDINALES: CANALETAS BAJO CUBIERTA EN FORMA DE "U" DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE 50.8 MM (2") FABRICADAS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA CUBIERTA. 4. ESTRUCTURA: FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 COMO MÍNIMO DE 32 MM DE LARGO X 32 MM DE ANCHO. 5. FALDÓN LATERAL: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20 COMO MÍNIMO 6. REGATÓN: FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM DE DIÁMETRO POR 25.4 MM DE ALTURA, CON ACABADO ANTIDERRAPANTE CON TORNILLO DE CUERDA ESTÁNDAR DE 12.7 MM DE DIÁMETRO POR 50.8 MM DE LONGITUD, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATÓN A BASE DE UN PERNO DE ACERO TIPO TUBULAR 7. DIMENSIONES GENERALES: 180 CM DE ALTO X 70 CM DE ANCHO X 90 CM DE LARGO ±5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 3 | | | |
| 72 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: MESA ALTA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I.- DESCRIPCIÓN 1. CAPACIDAD DE CARGA COMO MÍNIMO 250 KG, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO 2. CUBIERTA LISA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 16 COMO MÍNIMO 3. REFUERZOS LONGITUDINALES: CANALETAS BAJO CUBIERTA EN FORMA DE "U" DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE 50.8 MM (2") FABRICADAS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA CUBIERTA. 4. ESTRUCTURA: FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 COMO MÍNIMO DE 32 MM DE LARGO X 32 MM DE ANCHO. 5. FALDÓN LATERAL: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20 COMO MÍNIMO 6. REGATÓN: FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM DE DIÁMETRO POR 25.4 MM DE ALTURA, CON ACABADO ANTIDERRAPANTE CON TORNILLO DE CUERDA ESTÁNDAR DE 12.7 MM DE DIÁMETRO POR 50.8 MM DE LONGITUD, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATÓN A BASE DE UN PERNO DE ACERO TIPO TUBULAR 7. DIMENSIONES GENERALES: 180 CM DE ALTO X 70 CM DE ANCHO X 90 CM DE LARGO ±5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 3 | | | |
| 73 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | MESA DE ATENCIÓN A RECIÉN NACIDOS CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 CON SEPARADOR INTERMEDIO ACABADO PULIDO. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 MM DE ANCHO X 32 MM DE | PIEZA | 2 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| | | LARGO (1 1/4" X 1 1/4"), TOLERANCIA +-1%, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REGATONES DE ALUMINIO DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. DIMENSIONES GENERALES: 150 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO, TOLERANCIAS +-3%. COLCHONETA DE 118 CM DE LARGO X 55 CM DE ANCHO X 5 CM DE ESPESOR CON NÚCLEO DE POLIURETANO DE 24KG/M3, TOLERANCIAS +-3%, FORRADO CON VINIL COLOR NEGRO. | | | | | |
| 74 | 513.621.2429 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN NOMBRE GENÉRICO: MESA PASTEUR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. | PIEZA | 9 | | | |
| 75 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | 1. BARANDAL DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 20 ACABADO PULIDO. 3. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20 UNIDO A LA ESTRUCTURA, ACABADO PULIDO. 4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, CALIBRE NO. 18, 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO. 5. RODAJAS GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTA DE HULE NEGRO. 6. DIMENSIONES. 40 FRENTE, 60 CM DE FONDO, 100 CM DE ALTURA. ±5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 7 | | | |
| 76 | 531.634.0030 | NOMBRE GENÉRICO: NEGATOSCOPIO NOMBRE GENÉRICO: ORINAL PARA ADULTO VERTICAL | PIEZA | 8 | | | |
| 77 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN | PIEZA | 7 | | | |
| 78 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | 1. ASA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. NO. 22 ACABADO PULIDO. 2. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22 ACABADO PULIDO CON ESTAMPADO TROQUELADO A BASE DE DOBLECES. 3. BOCA DEL ORINAL REBORDEADA EVITANDO FILOS CORTANTES. 4. DIMENSIONES GENERALES: 11 CM DE DIÁMETRO X 23 CM DE ALTO, +/- 5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 9 | | | |
| 79 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: PORTAVENOCLISIS RODABLE. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN | PIEZA | 5 | | | |
| 80 | 533.786.0034 | 1.1. PORTACUBETA: ARILLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 NO. 12 DE 38 MM (1 1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO 1.2. BANDA PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL DE HULE SINTÉTICO ANTIESTÁTICO MACIZO COLOR GRIS CON COLOCACIÓN 1.3. RODAJA DE HULE SINTÉTICO ANTIESTÁTICO MACIZO COLOR GRIS DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO CON HORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO 1.4. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 12 DE 38 MM (1.1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO 1.5. TOPE DE HULE COLOR GRIS COLOCADO EN ORIFICIO A PRESIÓN. | PIEZA | 2 | | | |
| 81 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | REFRIGERADOR PARA VACUNAS NOMBRE GENÉRICO: TANQUE DE OXIGENO TIPO E DEFINICIÓN: EQUIPO PORTÁTIL PARA OXIGENO TERAPIA I. DESCRIPCIÓN | PIEZA | 2 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| | | I. EQUIPO PORTÁTIL PARA OXIGENO TERAPIA 2. COMPUESTO DE CILINDRO DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 682 LTS. 3. REGISTRO PARA OXIGENO CON MANÓMETRO QUE INDICA EL CONTENIDO DEL CILINDRO 4. PERILLA CON ESCALA GRABADA DE 2 A 15 LITROS POR MINUTO PARA AJUSTE Y CONTROL DE FLUJO. II. ACCESORIOS 1. CARRO DE ALUMINIO PORTA CILINDRO. III. CONSUMIBLES 1. CÁNULA NASAL | | | | | |
| 82 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: VITRINA A CONTRAMURO DE 90 CM. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO.18 ACABADO PULIDO CON MENSULAS PARA GRADUAR ALTURA. 3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS. 4. LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. 5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO. 6. DIMENSIONES GENERALES: 90 CM DE ALTO X 20 CM DE FONDO X 60 CM DE ANCHO, TOLERANCIAS +-1%. | PIEZA | 3 | | | |
| 83 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: DIVAN CLINICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I.- DESCRIPCIÓN 1. BASE DE AGLOMERADO DE 19 MM (3/4") DE MADERA. 1.1 NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 X 2 CM DE ESPESOR Y AGLUTINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 60 KG/M3 X 5 CM DE ESPESOR, TOLERANCIAS +-1%. 1.2 FORRADO DE VINILO GRABADO PUNTO FINO COLOR NEGRO COCIDO CON HILO DE NYLON 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO 3. REGATONES FIJOS DE HULE NEGRO 4 DIMENSIONES: 180 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO X 55 CM DE ALTO, +-5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 1 | | | |
| 84 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: DIVAN CHESLONG CLINICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I.- DESCRIPCIÓN 1. BASE DE AGLOMERADO DE 19 MM (3/4") DE MADERA 1.1 NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 X 2 CM DE ESPESOR Y AGLUTINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 60 KG/M3 X 5 CM DE ESPESOR, TOLERANCIAS +-1%. 1.2 FORRADO DE VINILO GRABADO PUNTO FINO COLOR NEGRO COCIDO CON HILO DE NYLON 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO 3. REGATONES FIJOS DE HULE NEGRO 4 DIMENSIONES: 180 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO X 55 CM DE ALTO, +-5% DE TOLERANCIA. 4. RECLINABLE | PIEZA | 1 | | | |
| 85 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: BANCA TÁNDEM 3 LUGARES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DIMENSIONES: 1.1.- ALTURA TOTAL DEL RESPALDO 80 CM. 1.2.- ALTURA DEL FRENTE DEL ASIENTO 37.5 CM. 1.3.- FONDO TOTAL 74 CMS 1.4.- ANCHO TOTAL DE CADA ASIENTO Y RESPALDO 52 CM. 1.5.- ALTURA DEL DESCANSABRAZO AL PISO: 55 CM. 1.6.- DISTANCIA ENTRE REGATÓN FRONTAL Y TRASERO: 59 CM. 1.7.- FRENTE TOTAL: 180 CM. 2.- BANCA FABRICADA EN ACERO CALIBRE 18 CON PATA Y BRAZO EN ALUMINIO MACIZO. 2.1.- ESTRUCTURA DE ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE N° 16. 2.2.- MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS. 3.1.- CON PINTURA HORNEADA COLOR GRIS EN LAS PARTES DE ACERO. 3.2.- CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS EN CROMO. 4.- SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO, FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR SOLDADOS CADA UNO A DOS PLACAS DE ACERO MACIZO DE 4MM DE ESPESOR DE 4 X 8 CM UNIDOS ENTRE SI POR MEDIO DE DOS TORNILLOS Y LOS SOPORTES VAN UNIDOS A UN TUBO PLANCHADO CON ACABADO: EN ALUMINIO DE INYECCIÓN ALEACIÓN L-2560 CON ACABADO PULIDO DE ALTO BRILLO POR MEDIO DE 4 TORNILLOS DE ENSAMBLE PARA MAXIMIZAR LA RESISTENCIA. 5.- TRABE INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS, FABRICADA EN PERFIL | PIEZA | 24 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| | | DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO, PINTADA EN COLOR GRIS. 5.1.- CADA ASIENTO VA UNIDO A LA TRABE CON 2 SOPORTES TROQUELADOS DE PLACA DE 2 MM DE ESPESOR 6.- PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN ALUMINIO MACIZO CON ACABADO BRILLANTE, CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES, CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA AJUSTABLE. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS GENERALES ± 5%. | | | | | |
| 86 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: BANCO GIRATORIO CON RESPALDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I.- DESCRIPCIÓN 1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. NO. 18, CON DISEÑO ANATÓMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO, EL ASIENTO DEBERÁ LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO C.R. CALIBRE 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO. 2. SOPORTE DEL RESPALDO EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE 12.4 MM (1/2") DE DIÁMETRO. 3. DESCANSA PIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 18 DE 15.8 MM (5/8") DE DIÁMETRO MÍNIMO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 4. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO 1045 O 1018 CON TRATAMIENTO TÉRMICO CEMENTADO PARA DAR UNA DUREZA DE 30 A 35 RC DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, LA LONGITUD SERÁ DE ACUERDO A LA ALTURA MÁXIMA DEL BANCO, CON CUERDA TIPO ACME DE 6 HILOS POR PULGADA, DEBERÁ LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO. 5. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 22 MM (7/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO 6. REGATONES PARA ALTURA AJUSTABLE DE DURALUMINIO, CON TORNILLO INTEGRADO DE 38 MM (1 1/2") CON PREPARACIÓN UNIDO A LA ESTRUCTURA (TUBO) PARA RECIBIR EL TORNILLO DEL REGATÓN DE 22 MM (7/8") DE DIÁMETRO, DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO 7. RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 14 ACABADO PULIDO ESPEJO, DEBERÁ SER DE TIPO ERGONÓMICO. 8. DIMENSIONES GENERALES: 30 CM DE DIÁMETRO X 45 A 55 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 12 | | | |
| 87 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: BOTE DE CAMPANA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 MM DE ANCHO X 32 MM DE LARGO (1 1/4" X 1 1/4") DE SECCIÓN, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. 2. BISAGRA TIPO PLANO DE 25.4 MM (1") (EN EXTENSIÓN) FIJADA CON REMACHES TIPO POP O A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO 3. TAPA TIPO CAMPANA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 20 ACABADO PULIDO CON EJE INTERMEDIO DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 MM (1/4") 4. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA, CON PERFORACIONES EN LA BASE Y EN LA PARTE SUPERIOR SE COLOCARÁN TOPES DE HULE NATURAL MACIZO COLOCADOS A PRESIÓN PARA SOPORTAR EL GOLPE DEL MARCO Y TAPA 5. ZOCLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO 18 ACABADO PULIDO 6. DEPÓSITO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE NO. 20 ENGARGOLADA Y PUNTEADA CON ASIDERAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 SUJETAS CON SOLDADURA DE PUNTO, CON CANTOS PERIMETRALES EN FORMA DE APLASTÓN 7. DIMENSIONES GENERALES: 29 CM DE ANCHO X 41 CM DE LARGO X 64 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA. 8. TODA LA PINTURA DEBERÁ SER ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. | PIEZA | 33 | | | |
| 88 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CONTENEDOR AMARILLO PARA RPBI. RECIPIENTE RÍGIDO DE PLÁSTICO PARA PATOLÓGICOS DE COLOR AMARILLO. CON TAPAS DE ENSAMBLE SEGURO Y CIERRE PERMANENTE. CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DIMENSIONES: 19 CM DE LARGO X 28 CM DE ANCHO X 35 CM DE ALTO, TOLERANCIAS + -3% CAPACIDAD: 13 LITROS. | PIEZA | 8 | | | |
| 89 | 535.618.1411 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO | PIEZA | 6 | | | |
| 90 | 513.227.0041 | CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 71 X 12 X 5 CM. | PIEZA | 5 | | | |
| 91 | 513.227.0074 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE, CON O SIN PERFORACIONES. DIMENSIONES: 49 X 32 CM | PIEZA | 7 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| 92 | 537.375.0305 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO CHICO. | PIEZA | 14 | | | |
| 93 | 537.375.0321 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO. | PIEZA | 14 | | | |
| 94 | 535.477.0116 | HISTERÓMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACIÓN Y BOTÓN EN LA PUNTA, 4 MM DE DIÁMETRO, 31 CM DE LONGITUD. | PIEZA | 5 | | | |
| 95 | 535.716.2691 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 200 A 210 MM. | PIEZA | 5 | | | |
| 96 | S/C | LEBRILLO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12, 1 LITRO DE CAPACIDAD, PESO DE 500 GRAMOS TOLERANCIA +-3%. | PIEZA | 3 | | | |
| 97 | 535.701.1385 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | PIEZA | 6 | | | |
| 98 | 535.701.4843 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110 A 120 MM, DE LONGITUD. | PIEZA | 5 | | | |
| 99 | 535.701.0924 | PINZA HALSTED MOSQUITO O MICRO MOSQUITO O HARTMAN, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PIEZA | 10 | | | |
| 100 | 535.701.2318 | PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | PIEZA | 5 | | | |
| 101 | 535.701.1542 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | PIEZA | 7 | | | |
| 102 | 537.702.7189 | PINZA MICRO ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, DE 120 A 125 MM. | PIEZA | 8 | | | |
| 103 | 535.701.1955 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | PIEZA | 5 | | | |
| 104 | 537.703.8608 | PINZA HALSTEAD CURVA ESTRIADA MORDAZAS MUY FINAS LONGITUD 12 CM. | PIEZA | 3 | | | |
| 105 | 535.716.2006 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL Y ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 30 CM. | PIEZA | 5 | | | |
| 106 | 535.716.1735 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | PIEZA | 8 | | | |
| 107 | 513.790.0014 | RINÓN DE ACERO INOXIDABLE, DE 250 A 500 ML DE CAPACIDAD. | PIEZA | 8 | | | |
| 108 | 535.814.0480 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 MM. | PIEZA | 7 | | | |
| 109 | 535.859.1070 | TUJERA METZENBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PIEZA | 4 | | | |
| 110 | 535.859.0056 | TUJERA LITTAUER, RECTA, LONGITUD DE 135 A 140 MM. | PIEZA | 3 | | | |
| 111 | 537.857.1714 | TUJERA USA, PARA CORDÓN UMBILICAL, LONGITUD DE 105 MM | PIEZA | 4 | | | |
| 112 | 535.859.2649 | TUJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PIEZA | 8 | | | |
| 113 | 535.701.0098 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 12 | | | |
| 114 | 535.701.1880 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | PIEZA | 8 | | | |
| 116 | 535.701.1310 | PINZA ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 180 A 200 MM. | PIEZA | 4 | | | |
| 116 | 535.701.0544 | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 2 | | | |
| 117 | 535.701.0585 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 6 | | | |
| 118 | 535.716.0372 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM. | PIEZA | 6 | | | |
| 119 | 537.814.9008 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | PIEZA | 4 | | | |
| 120 | S/C | MEDIDAS-. 7.5 CM DE FONDO X 25.5 DE DIÁMETRO, TOLERANCIA +-3%. CAPACIDAD: 2.13 LITROS, TOLERANCIA +-3%. | PIEZA | 2 | | | |
| 121 | 537.375.0313 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO GRANDE. | PIEZA | 8 | | | |
| 122 | 537.012.0098 | ABREBOCA MC KEISSON, ADULTO. | PIEZA | 3 | | | |
| 123 | 537.025.0069 | ALVEOLOMOMO MEAD, PINZA GUBIA, LONGITUD 17 CM | PIEZA | 3 | | | |
| 124 | 537.065.0052 | APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO. | PIEZA | 4 | | | |
| 125 | 537.141.0191 | BRUNIDOR TIPO WHITE, CHICO, PUNTA EN FORMA DE PERA | PIEZA | 2 | | | |
| 126 | 527.164.0269 | CARETA PROTECTORA, TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RÍGIDA, PIEZA. | PIEZA | 1 | | | |
| 127 | 537.251.0098 | CURETA CK-6, DE DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 6 | | | |
| 128 | 537.661.0357 | OBTURADOR HOLLENBACK 2, DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 6 | | | |
| 129 | 537.236.0080 | CONTENEDOR METHOD, PARA ALGODÓN LIMPIO, DE FORMA CIRCULAR, 60 MM DE ALTO POR 50 MM DE DIÁMETRO. | PIEZA | 4 | | | |
| 130 | S/C | CONTRA-ÁNGULO METÁLICO CON TRANSMISIÓN 1:1, SIN LUZ HASTA 40.000 RPM. SPRAY INTERNO. BAÑO DE CROMO: MEJOR AGARRE. CONEXIÓN INTRAMATIC / ISO. ESTERILIZABLE Y TERMODESINFECTABLE 135 °C. GUÍA RETRACTIL EN CONTRA-ÁNGULOS CON LUZ. REDUCCIÓN 2:1 SIN LUZ TRANSMISIÓN 1:1 SIN LUZ | PIEZA | 2 | | | |
| 131 | 535.260.2154 | CUCHARILLA LUCAS, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD | PIEZA | 3 | | | |
| 132 | 537.251.0064 | CURETA GOLDMAN FOX DEL N° 2 | PIEZA | 8 | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE | |
| 133 | 537.327.2664 | ELEVADOR BEIN, CON MANGO METÁLICO, RECTO, ACANALADO, DE 4 MM., ANCHO DE HOJA. | PIEZA | 1 | | | | |
| 134 | 537.327.0452 | ELEVADOR BEIN, CON MANGO METÁLICO, RECTO, ACANALADO, DE 2 O 3 MM., ANCHO DE HOJA. | PIEZA | 1 | | | | |
| 135 | 537.327.0809 | ELEVADOR TIPO CRYER WHITE, DE BANDERA, DERECHO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE | PIEZA | 3 | | | | |
| 136 | 537.327.0908 | ELEVADOR TIPO CRYER WHITE, DE BANDERA, IZQUIERDO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE | PIEZA | 3 | | | | |
| 137 | 537.327.1534 | ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, DERECHO, MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO RECTO, HOJA GRANDE. | PIEZA | 1 | | | | |
| 138 | 537.327.1609 | ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, IZQUIERDO, MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO RECTO, HOJA GRANDE | PIEZA | 1 | | | | |
| 139 | 537.327.0346 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCHO, VÁSTAGO LIGERAMENTE CURVO. | PIEZA | 3 | | | | |
| 140 | 537.370.0029 | ESPÁTULA METÁLICA, DEL NO. 3, DE DOBLE EXTREMO, UNO RECTANGULAR Y OTRO DE PUNTA DE LANZA. | PIEZA | 7 | | | | |
| 141 | 537.383.0081 | ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SIN AUMENTO Nº 5. | PIEZA | 19 | | | | |
| 142 | 537.397.0168 | EXCAVADOR TIPO WHITE. NO. 17 | PIEZA | 3 | | | | |
| 143 | 535.409.0531 | EXPLORADOR DE UNA PIEZA, CON DOBLE EXTREMO. Nº 5. | PIEZA | 19 | | | | |
| 144 | 537.426.0213 | FORCEPS. Nº 99 C. | PIEZA | 3 | | | | |
| 145 | 537.426.0276 | FORCEPS PARA ODONTOECTOMIAS DEL NO. 210. | PIEZA | 3 | | | | |
| 146 | 537.426.0262 | FORCEPS. Nº 18 DERECHO. | PIEZA | 4 | | | | |
| 147 | 537.426.0197 | FORCEPS. Nº 150. | PIEZA | 3 | | | | |
| 148 | 537.426.0189 | FORCEPS. Nº 151. | PIEZA | 3 | | | | |
| 149 | 537.426.0023 | FORCEPS. Nº 23. | PIEZA | 3 | | | | |
| 150 | 537.426.0270 | FORCEPS. Nº 53 IZQUIERDO. | PIEZA | 3 | | | | |
| 151 | 537.426.0411 | FORCEPS. Nº 69. | PIEZA | 3 | | | | |
| 152 | 537.426.0288 | FORCEPS. Nº 18 IZQUIERDO. | PIEZA | 4 | | | | |
| 153 | 537.547.0019 | JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTÁNDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTÉSICO DESECHABLE DE 1.8 ML., DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR ÍNDICE Y MEDIO. ÉMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO O PUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO). | PIEZA | 13 | | | | |
| 154 | 060.593.0106 | LOSETA PARA BATIR CEMENTO, DE VIDRIO, TAMAÑO 8 X 12 X 0.5 CM. | PIEZA | 6 | | | | |
| 155 | 537.602.0409 | MANGO PARA ESPEJO DENTAL, METÁLICO, MACIZO, ROSCA SENCILLA | PIEZA | 19 | | | | |
| 156 | 537.661.0506 | OBTURADOR WESCOTT O USA, DE DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 4 | | | | |
| 157 | 537.703.9598 | PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE, TIPO BAYONETA, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | PIEZA | 19 | | | | |
| 158 | 535.716.0190 | PORTA AGUJA FINOCHIETO, LONGITUD 14.6 CM. | PIEZA | 3 | | | | |
| 159 | 537.370.0128 | ESPÁTULA PARA RESINA, DE PLÁSTICO, CON DOBLE PUNTA DE TRABAJO. | PIEZA | 4 | | | | |
| 160 | 060.830.7237 | SONDA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA PUNTA DE TRABAJO, ROMA Y MILIMETRADA DE 1 A 10. | PIEZA | 6 | | | | |
| 161 | 537.860.0018 | TIRAPUNTAS MILLER, CON TRES PUNTAS DIFERENTES. | PIEZA | 2 | | | | |
| 162 | 513.950.0101 | VASO METÁLICO GRADUADO: 30 ML. | PIEZA | 7 | | | | |
| 163 | 535.859.0494 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PIEZA | 12 | | | | |
| 164 | 537.713.0017 | FRESERO METÁLICO (PORTAFRESAS). | PIEZA | 2 | | | | |
| 165 | 537.397.0150 | EXCAVADOR TIPO WHITE NO. 5 | PIEZA | 10 | | | | |
| 166 | 537.327.1104 | ELEVADOR TIPO CRYER WHITE, DE BANDERA, IZQUIERDO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA. | PIEZA | 2 | | | | |
| 167 | 537.327.0957 | ELEVADOR TIPO CRYER WHITE, DE BANDERA, DERECHO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA. | PIEZA | 2 | | | | |
| 168 | 537.426.0569 | FORCEPS. Nº 88 L. | PIEZA | 2 | | | | |
| 169 | 537.426.0486 | FORCEPS. Nº 88 R. | PIEZA | 2 | | | | |
| 170 | 537.426.0734 | FORCEPS PARA ODONTOECTOMIAS DEL NO. 222. | PIEZA | 4 | | | | |
| 171 | 537.426.0742 | FORCEPS UNIVERSAL PEDIÁTRICO 151 S. | PIEZA | 2 | | | | |
| 172 | 537.565.0180 | LEGRA SELDIN, DOBLE EXTREMO ANGULADO, PUNTA DE TRABAJO MEDIA CAÑA. | PIEZA | 2 | | | | |
| 173 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | PORTA MÁTRIZ UNIVERSAL 5 MM | PIEZA | 2 | | | | |
| 174 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD ESTERILIZABLE | PIEZA | 3 | | | | |
| 175 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ESTERILIZABLE | PIEZA | 2 | | | | |
| 176 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CONTRA ANGULOS SENCILLO | PIEZA | 2 | | | | |
| 177 | 537.041.0051 | AMNIOTOMO BEACHMAN, 26 CM DE LONGITUD. | PIEZA | 6 | | | | |
| 178 | 535.137.0035 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO Nº 3: CORTO. | PIEZA | 2 | | | | |
| 179 | 513.227.0116 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE. DIMENSIONES: 25.4 X 16.5 X 6.4 CM. | PIEZA | 4 | | | | |
| 180 | 535.137.0472 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO LARGO NO. 7. | PIEZA | 2 | | | | |
| 181 | 537.703.8483 | PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM | PIEZA | 1 | | | | |
| 182 | 535.701.1294 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM. | PIEZA | 5 | | | | |
| 183 | 535.701.1203 | PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM. | PIEZA | 2 | | | | |
| 184 | 535.701.0833 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | PIEZA | 2 | | | | |
| 185 | 537.702.4749 | PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM. | PIEZA | 2 | | | | |
| 186 | 537.702.0952 | PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM. | PIEZA | 2 | | | | |
| 187 | 535.859.0379 | TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 14 CM. | PIEZA | 1 | | | | |
| 188 | 537.857.1847 | TIJERA PARA SUTURA, ANGULADA, CON PUNTAS PLANAS Y ABOTONADAS, DE 105 A 115 MM. DE LONGITUD. | PIEZA | 2 | | | | |
| 189 | 535.701.1831 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | PIEZA | 2 | | | | |
| 190 | 537.426.0171 | FORCEPS. Nº 17. | PIEZA | 3 | | | | |
| 191 | 537.426.0221 | FORCEPS. Nº 101. | PIEZA | 3 | | | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LA MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA QUE APARECE EN EL REGISTRO SANITARIO) | LABORATORIO FABRICANTE | MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE |
| 192 | 537.426.0460 | FORCEPS. Nº 53 DERECHO. | PIEZA | 3 | | | |
| 193 | 537.426.0155 | FORCEPS. Nº 65. | PIEZA | 3 | | | |
| 194 | S/C | FORCEPS UNIVERSAL PEDIÁTRICO | PIEZA | 2 | | | |
| 195 | 537.583.0089 | LIMA HOWARD. DE DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 3 | | | |
| 196 | 535.701.0874 | PINZA KELLY. CURVA. CON ESTRIAS TRANSVERSALES. LONGITUD 14 CM. | PIEZA | 5 | | | |
| 197 | 537.702.1372 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE PLACAS. ANGULADA LONGITUD 15 CM. | PIEZA | 5 | | | |
| 198 | 513.887.0059 | TORUNDERA CON TAPA. DE ACERO INOXIDABLE. 250 ML DE CAPACIDAD. | PIEZA | 8 | | | |

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES QUE CUENTAN CON CLAVE DEL SECTOR SALUD DEBERÁN APEGARSE A LAS ESTABLECIDAS AL CUADRO BÁSICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
 LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO 4

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| 1 | 531.862.0052 | <p>TERMÓMETRO DIGITAL</p> <p>TERMÓMETRO QUE PERMITE MEDIR LA TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO, A TRAVÉS DEL CANAL AUDITIVO. CONSTA DE:</p> <p>PANTALLA DIGITAL CON ILUMINACIÓN.</p> <p>MECANISMO DE ENCENDIDO MANUAL O AUTOMÁTICO.</p> <p>DESPLIEGUE DE TEMPERATURA DE 34 A 42 GRADOS CENTÍGRADOS. CON FUNDAS PROTECTORAS DEL EXTREMO DE INSERCIÓN.</p> <p>CON ALARMA VISUAL O SONORA AL ENCENDIDO, AL FINALIZAR LA MEDICIÓN Y AL DETECTAR BATERÍA BAJA. CON MEMORIA MÍNIMA DE 10 DETERMINACIONES.</p> <p>FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA DE LITIO.</p> <p>CON ESTUCHE PARA GUARDA O FUNDA PROTECTORA.</p> | PIEZA | 3 | | |
| 2 | 531.375.0126 | ESTETOSCOPIO CAPSULA DOBLE. | PIEZA | 10 | | |
| 3 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE LED</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I. DESCRIPCIÓN.</p> <p>1.-FUENTE DE LUZ LED VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS</p> <p>2. INTENSIDAD DE LUZ DE 35,000 LUXES.</p> <p>3. TEMPERATURA DE COLOR DE 4200 GRADOS KELVIN</p> <p>4. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA.</p> <p>5. TUBO FLEXIBLE CON APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DEL CAMPO 14 CM</p> <p>6. PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO</p> <p>II. INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120V/60HZ.</p> | PIEZA | 6 | | |
| 4 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: VITRINA A CONTRAMURO DE 120 CM.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA.</p> <p>I. DESCRIPCIÓN</p> <p>1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO.</p> <p>2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE N.18 ACABADO PULIDO CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA.</p> <p>3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS.</p> <p>4. LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO.</p> <p>5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO.</p> <p>6. DIMENSIONES GENERALES: 120 CM DE ALTO X 20 CM DE FONDO X 60 CM DE ANCHO, TOLERANCIAS +-3%.</p> | PIEZA | 1 | | |
| 5 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>MESA CON TARJA Y LAVABO DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANSI 304 CALIBRE 18.</p> <p>MESA CON TARJA SENCILLA, CUBIERTA LISA Y 1 TARJA DE 0.45 MTS DE ANCHO X 0.45 MTS DE LARGO X 0.24 MTS DE FONDO, TOLERANCIAS +-3%.</p> <p>MONTADO SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 1/2" DE DIÁMETRO EXTERNO Y DE 1 1/4" DE DIÁMETRO INTERNO CON REGATONES NIVELADORES, DEBERÁ INCLUIR ENTREPAÑO INFERIOR EN ÁREAS PERMISIBLES.</p> <p>MEDIDAS DE LA MESA: 1.20 MTS DE LARGO X 0.70 MTS DE ANCHO X 0.90 MTS DE ALTO, TOLERANCIAS +-3%.</p> | PIEZA | 1 | | |
| 6 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | COMPRESORA DE AIRE PARA UNIDAD DENTAL, CON ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO DE PURGA DE CONDENSADOS Y FILTROS DE AIRE. | PIEZA | 1 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
 LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| | | PUNTOS DE TRATAMIENTO: 1 FLUJO VOLUMÉTRICO: MÁXIMO A 5 VAR 65 LT/MIN FLUJO VOLUMÉTRICO EN SERVICIO CONTINUO: A 5 VAR 52 LT/MIN SOBRE PR.MIN./SOBRE PR.MAX. 5.5/7 VAR CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE PRESIÓN. 1 POTENCIA DEL MOTOR: 230 V .75 KW DIMENSIONES: 490 MM DE ANCHO X 430 MM DE LARGO X 740 MM DE ALTO. PESO 51 KILOS | | | | |
| 7 | 531.291.0028 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MODULO INTEGRADO | PIEZA | 1 | | |
| 8 | 531.562.0020 | LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. | PIEZA | 1 | | |
| 9 | 531.786.0079 | REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES | PIEZA | 1 | | |
| 10 | 531.341.2305 | UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL DE PISO | PIEZA | 1 | | |
| 11 | 531.923.0313 | UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA | PIEZA | 1 | | |
| 12 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | COMPUESTO CON TAPA DE SELLADO HERMÉTICO E INTERIORES CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ACABADO SANITARIO DE 2 MILÍMETROS DE ESPESOR, CAPACIDAD NÚMERO 12 DE 27.2 X 15.3 X 21.7 CM, TOLERANCIAS +-1%. | PIEZA | 2 | | |
| 13 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | THERMO (HIELERA) PARA TRANSPORTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIOLÓGICOS Y VACUNAS. COMPUESTO CON TAPA DE SELLADO HERMÉTICO E INTERIORES CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ACABADO SANITARIO DE 2 MILÍMETROS DE ESPESOR, CAPACIDAD NÚMERO 21 DE 52.3 X 35 X 35.7 CM, TOLERANCIAS +-1%. | PIEZA | 2 | | |
| 14 | 513.950.0119 | VASO METÁLICO DE 100 ML. | PIEZA | 4 | | |
| 15 | 531.614.0424 | ESTADIMETRO PEDIÁTRICO | PIEZA | 1 | | |
| 16 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES DEFINICIÓN: UNIDAD MECÁNICA RODABLE QUE FACILITA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE EN ESTADO 4 SECCIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1.- CAMA HOSPITALARIA HIDRÁULICA O NEUMÁTICA DE MÚLTIPLES POSICIONES. 2.- CAMA CON SISTEMA HIDRÁULICO O NEUMÁTICO DE DOBLE TIJERA PARA SU OPERACIÓN. 3.- QUE SOPORTE UN PESO AL MENOS DE 130 KG 4.- QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES DE FORMA MANUAL 4.1.- SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 68° 4.2.- SECCIÓN DE RODILLA QUE CUBRA EL RANGO DE 0 – 36° COMO MÍNIMO 4.3.- ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE A TRAVÉS DE MANIVELA ESCAMOTEABLE Y QUE CUBRA EL RANGO DE 42.5 CM A 83 CM ±5 CM 5.- SISTEMA DE PISTONES NEUMÁTICOS PARA EL POSICIONAMIENTO MANUAL DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE A TRAVÉS DE MANIVELAS 6.- SUPERFICIE DE CAMA RÍGIDA, FABRICADA EN TUBO DE ACERO CON REVESTIMIENTO EPOXY, CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN Y LIMPIEZA DE LA MISMA 7.- DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 87 CM DE ANCHO X 197 CM DE LONGITUD 8.- DIMENSIÓN TOTAL DE LA CAMA: LONGITUD DE 209 CM X ANCHO 96 CM +/- 5 CM 9.- CABECERA Y PIESERA DESMONTABLES FABRICADAS DE MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES Y SOLVENTES Y CON SISTEMA DE FIJACIÓN DE CABECERA Y PIESERA SIN NECESIDAD DE USAR HERRAMIENTAS 10.- BARANDALES LATERALES METÁLICOS CORRIDOS, ABATIBLES Y CON SEGURO, QUE PERMITAN LA TRANSFERENCIA SEGURA DEL PACIENTE 11.- CON PROTECTORES O PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS. 12.- COLCHÓN DE POLIURETANO, DE ALTA CALIDAD. | PIEZA | 5 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
 LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| | | ANTIESTÁTICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LÍQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO 13.- CAPACIDAD DE COLOCAR EL POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS 14.- AL MENOS DOS GANCHOS PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN CADA LADO DE LA CAMA 15.- CON RUEDAS DE 12.5 CM DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO Y CON SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS II. ACCESORIOS UN POSTE PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS (PORTAVENOCLISIS). CAMA CLÍNICA PEDIÁTRICA | | | | |
| 17 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | BARANDAL DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 22.2 MM (7/8") EL HORIZONTAL Y 15.8 MM (5/8") LOS VERTICALES FIJOS A LOS HORIZONTALES DE DIÁMETRO CAL. 18, ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. BASTIDOR FIJO LARGUEROS Y TRAVESAÑOS DE ÁNGULO DE ACERO DE 32 DE LARGO X 32 MM DE ANCHO (1 ¼" X 1 ¼" TOLERANCIAS +-1%) ACABADO EN PINTURA CAFÉ. BASTIDOR DE POSICIONES DE ÁNGULO DE ACERO DE 32 MM DE LARGO X 32 MM DE ANCHO (1 ¼" X 1 ¼" TOLERANCIAS +-1%) CON TOPE DE COLCHÓN DE ACERO DE 9.5 MM (3/8"), ACABADO EN PINTURA CAFÉ CABECERA Y PIECERA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 38.1 MM (1 ½") DE ACERO CAL. 22, CON PREPARACIONES COLOCADAS EN PIECERA Y CABECERA PARA RECIBIR ANTENA PORTA HEMOLISIS, ACABADO EN PINTURA HORNEADA. GUÍAS DEL BARANDAL DE TUBULAR REDONDO DE ACERO DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO CON SEPARADORES SUJETOS A LA ESTRUCTURA Y TOPE INFERIOR DE HULE MACIZO, ACABADO CROMADO. PAÑALERA DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON UN ENTREPAÑO, PUERTA CON TAPA, JALADERA TIPO PUENTE CROMADA Y RESBALÓN, ACABADO EN PINTURA HORNEADA. RODAJAS DE HULE SINTÉTICO EMBALADA DE 76.2 MM (3") DE DIÁMETRO COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE ACERO ACABADO CROMADO. SISTEMA DE POSICIÓN MANUAL CON SOLERAS EN FORMA DE DIENTE DE SIERRA EN AMBOS LADOS. | PIEZA | 2 | | |
| 18 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CARRO CAMILLA ADULTO NOMBRE GENÉRICO: CARRO PARA CURACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO. 2. CUBIERTA: DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. ESTRUCTURA: TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 4. TRAVESAÑOS PARA ENTREPAÑO: TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), DE 19 MM (¾") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 5. ENTREPAÑO: DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. 6. ARILLO PORTA CUBETA Y PORTA BANDEJA: CON SISTEMA GIRATORIO, FABRICADO EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 DE 2.5MM (3/32") DE ESPESOR Y 25.4 MM (1") DE ANCHO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 7. CUBETA: CAPACIDAD DE 12 LITROS, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. ASA DE ALAMBRO DE ACERO INOXIDABLE DE 6.35 MM (¼") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. | PIEZA | 2 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| | | 8. BANDEJA: CAPACIDAD DE 2.1 LITROS +/- 5% DE TOLERANCIA, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO 9. RODAJAS GIRATORIAS: CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTAS DE HULE NEGRO DE 101.1 MM (4") DE DIÁMETRO CON HORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CROMADO. 10. DIMENSIONES GENERALES: 80 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 105 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA. 10. DIMENSIONES GENERALES: 80 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 105 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA. | | | | |
| 19 | 531.619.0403 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PIEZA | 3 | | |
| 20 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | BORBOTEADOR Y MANÓMETRO DE OXIGENO | PIEZA | 7 | | |
| | | NOMBRE GENÉRICO: BURO CLÍNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. CUBIERTA DE UNA SOLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANSI 304 CALIBRE 18, EN SU CANTO FRONTAL PROTEGIDO. 2. REGATONES DE PLÁSTICO NEGRO. 3. BARANDAL METÁLICO LATERAL Y POSTERIOR DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 22 O MAYOR, ESQUINAS Y BORDES DEL MUEBLE REDONDEADOS, EL CUAL SIRVE COMO TOPE PARA QUE NO SE DESLICEN LOS OBJETOS COLOCADOS EN SU PARTE SUPERIOR. TERMINADO CROMO. 4. DIMENSIONES: 78 X 55 X 44 CM (ALTO, ANCHO, PROFUNDO)±5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 5 | | |
| 22 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CÓMODO ADULTO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 22 MÍNIMO, ACABADO PULIDO. 2. DIMENSIONES GENERALES: 34 CM DE LARGO X 28 CM DE ANCHO X 10 CM DE DIÁMETRO, TOLERANCIAS +3%. | PIEZA | 5 | | |
| 23 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CÓMODO MENOR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 22 MÍNIMO ACABADO PULIDO. 2. DIMENSIONES GENERALES: 30.5 CM DE LARGO X 23.5 CM DE ANCHO X 5 CM DE DIÁMETRO, TOLERANCIAS +3%. | PIEZA | 2 | | |
| 24 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CARRO TÁNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN 1. BOLSA DE LONA NO. 4 CON OJILLOS METÁLICOS REMACHADOS. 2. BROCHE DE MEDIA VUELTA OVALADO; ACABADO CROMADO. 3. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE NO 18 DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. 4. RODAJA TIPO COMERCIAL DE 50.8 MM (2") DE DIÁMETRO, DE DOBLE HUELLA (GEMELA). 5. DIMENSIONES: 71 CM DE ANCHO X 71 CM DE LARGO X 76 CM DE ALTO, TOLERANCIA ±5%. | PIEZA | 1 | | |
| 25 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: MESA PUENTE. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. CON CAPACIDAD DE CARGA: MÍNIMO DE 50 KILOGRAMOS. 2. CUBIERTA TIPO CHAROLA DE 2.54 CM DE ESPESOR EN SU PARTE CENTRAL MÍNIMO, DISEÑADA CON REBORDES PERIMETRALES, FABRICADAS EN TRIPLAY CON CUBIERTA DE FORMAICA 2.1 FORMADA POR DOS PARTES, ENSAMBLADAS ESTRUCTURADAS A BASE DE BOTONES. CADA CARA DEBERÁ SER | PIEZA | 5 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| | | COMPLETAMENTE LISA SIN TEXTURA ACABADO GENERAL DE LAS SECCIONES LISAS 3. ESTRUCTURA Y REFUERZOS TRANSVERSALES A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO OVAL, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. 18 COMO MÍNIMO DE 25.4 MM DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO SANITARIO EN TODO SU DESARROLLO. 4. CON 4 RODAJAS FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE BLOQUEO EN 2 DE LAS RODAJAS COMO MÍNIMO, COLOCADAS EN DIAGONAL PARA PROPORCIONAR ESTABILIDAD CUANDO SE ENCUENTRE ACTIVO DICHO SISTEMA. 5. DIMENSIONES. 60 ANCHO, 120 CM DE LARGO, 110 CM DE ALTURA. ±5% DE TOLERANCIA. | | | | |
| 26 | 531.191.0417 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR | PIEZA | 1 | | |
| 27 | 531.784.0204 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA | PIEZA | 2 | | |
| 28 | 531.329.0032 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES) | PIEZA | 1 | | |
| 29 | 531.616.0158 | MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA EQUIPO RODABLE MECÁNICO PARA FINES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, QUE PERMITE EL POSICIONAMIENTO DE LA PACIENTE DURANTE EL PARTO Y OTROS PROCEDIMIENTOS GINECOBSTÉTRICOS. MESA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS. ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS: MECÁNICO-HIDRÁULICO DE ELEVACIÓN Y DESCENSO. MECÁNICO DE TRENDELEMBURG CON INCLINACIÓN MÍNIMA DE 25 GRADOS Y EN POSICIÓN INVERSA MÍNIMA DE 25 GRADOS, LATERAL IZQUIERDO Y DERECHO 25 GRADOS. CONSTITUIDA POR TRES O MÁS SECCIONES: DORSO CON MOVIMIENTOS PARA DAR POSICIÓN DE SEMIFOWLER Y FOWLER, SECCIÓN PÉLVICA Y MIEMBROS PÉLVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES Y ABATIBLES Y CON MOVIMIENTOS DE TIJERA. COJÍN ELÉCTRICAMENTE CONDUCTIVO EN TODAS SUS SECCIONES. BASE, COLUMNA, BASTIDOR O ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE, RIELES, POSTES Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL. RADIOLÚCIDA CON PORTACHASIS EN LAS SECCIONES DE PELVIS Y ESPALDA COMO MÍNIMO. | PIEZA | 1 | | |
| 30 | 531.562.0905 | LÁMPARA QUIRURGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA | PIEZA | 1 | | |
| 31 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE UN SATÉLITE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN. 1.- LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE LED 2.- MONTAJE: 2.1.- COLUMNA FIJA AL TECHO. 3.- BRAZO PORTA LÁMPARA CADA UNO CON: 3.1.- GIRO ROTATORIO DE 360° 3.2.- AJUSTE VERTICAL MÍNIMO DE 90CM Y ABATIBLE A +18° - 45°. 3.3.- ARTICULADO. 4.- INTEGRADA UNA LÁMPARA CON: 4.1.- LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS. 4.2.- FUENTE DE LUZ: 4.2.1.- LED BLANCO. 4.2.2.- ENSAMBLADO EN BASE DE ALUMINIO. 4.2.3.- TIEMPO DE VIDA ÚTIL: MÍNIMO 50,000 HORAS. 4.3.- TEMPERATURA DE COLOR DE 4500 Y 5000 GRADOS KELVIN. 4.4.- ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 94%. 4.5.- TAMAÑO DEL CAMPO DE TRABAJO: 4.5.1.- DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 9 A 20 CM 4.5.2.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 140 CM A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE. 4.6.- ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 399 W/M2 O MENOR DE LA LÁMPARA. | PIEZA | 1 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
 LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| | | 4.7.- INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA EN EL RANGO DE 40,000 A 100,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE. 4.8.- MANGO: 4.8.1.- DESMONTABLE. 4.8.2.- ESTERILIZABLE. 4.8.3.- DE PLÁSTICO. 4.8.4.- ENSAMBLE RÁPIDO NO ENROSCABLE. 4.9.-PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA. 4.10.- CABEZAL CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. II. INSTALACIÓN: 1. CORRIENTE ELÉCTRICA: 120 V., 60 HZ, TOLERANCIA +/- 10%. | | | | |
| 32 | 531.292.0258 | CARDIOTOCÓGRAFO | PIEZA | 1 | | |
| 33 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | RIEL PORTA VENOCLISIS BARRA REDONDA DE ACERO CALIBRE 18 DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO Y 1.20 DE LARGO CON SISTEMA DE MUESCAS PARA FIJACIÓN A TRES DIFERENTES ALTURAS. ACABADO CROMADO. GANCHOS DE BARRA REDONDA DE ACERO DE 6.3MM. (1/4") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. HERRAJES Y CARRETILLAS PARA DESPLAZAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO INTEGRADO; ACABADO EN COLOR GRIS. MECANISMO DE FIJACIÓN A DIFERENTES ALTURAS CON SISTEMA DE BOTÓN TIPO TRINQUETE; DE PLÁSTICO ABS, ACABADO EN COLOR GRIS. RIEL DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL. SOPORTE DE ACERO DE 6.3MM (1/4") DE DIÁMETRO CON RECUBRIMIENTO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC). TOPES DE SEGURIDAD PARA LA CARRETILLA DE ALUMINIO. | PIEZA | 1 | | |
| 34 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: COJIN DE KELLY. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. FABRICADO EN VINIL HULE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KGS DE DENSIDAD. 2. FORRADO EN VINIL DE FÁCIL LIMPIEZA, COSIDO CON HILO NYLON. 3. FORRO LAVABLE DE ALTA RESISTENCIA ANTI-BACTERIAL. 4. MEDIDAS ALTURA 113 CM, ANCHO 46 CM, TOLERANCIA +/- 3%. | PIEZA | 1 | | |
| 35 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: MESA MAYO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. CAPACIDAD DE CARGA, MAYOR A 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTÍCULO. 2. BASE DE TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18 ACABADO PULIDO SANITARIO DE 5.1 CM DE ANCHO X 5.1 CM DE LARGO (2"x 2"), CON LASTRE PARA EVITAR EL VOLTEO. 3. DOS PATAS FIJAS (PARTE TRASERA) DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 4. DOS RODAJAS GIRATORIAS (FRENTE) DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO CON VÁSTAGO Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, RODAMIENTO EMBALERADO, LLANTA DE HULE NEGRO Y CONCHA PROTECTORA DE ACERO. 5. COLUMNA FIJA: TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18 ACABADO PULIDO SANITARIO DE 3.175 CM DE LARGO X 3.175 CM ANCHO (1 1/4" X 1 1/4") 6. COLUMNA DESLIZABLE DE TUBO CUADRADO, DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, ACABADO PULIDO SANITARIO DE 2.54 CM X 2.54 CM (1" X 1") 7. SISTEMA OPRESOR (AJUSTE DE ALTURA) PERILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 8. SOPORTE DE CHAROLA: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO | PIEZA | 1 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| | | AISI 304, CAL. 12 ACABADO PULIDO SANITARIO DE 35 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO, TOLERANCIA +3%. 8.1 PERALTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, 2.54 CM (1") DE DIAMETRO CON DISEÑO PARA SOPORTAR LA CHAROLA MAYO. 9. MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS: 9.1 AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE COLUMNA TELESCÓPICA 9.2 POSICIÓN MÁS BAJA: 90 CM, TOLERANCIA +3% 9.3 POSICIÓN MÁS ALTA: 150 CM, TOLERANCIA +3% 9.4 CON SEGURO DE FIJACIÓN A CUALQUIER ALTURA DENTRO DE ESTE RANGO. 10. DIMENSIONES: 35 CM FRENTE, 60 CM DE FONDO; 90 A 150 CM DE ALTURA, TOLERANCIA +3%. | | | | |
| 36 | 531.252.0033 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL | PIEZA | 1 | | |
| 37 | 531.497.0053 | INCUBADORA DE TRASLADO | PIEZA | 1 | | |
| 38 | 531.081.0014 | ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA | PIEZA | 1 | | |
| 39 | 531.614.0424 | ESTADIMETRO PEDIÁTRICO | PIEZA | 1 | | |
| 40 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CUNERO CON CANASTILLA CANASTILLA DE ALAMBRÓN DE ACERO DE 6MM (1/4") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/M ³ (TOLERANCIA +-1%) DE 3 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA +-1%) CON FORRO SIN VIVOS, COLOR NEGRO. ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 UNIDA A REFUERZOS CON REMACHE POP. GANCHO PARA POSICIONADOR DE FOWLER 30° DE ALAMBRÓN DE ACERO DE ACERO DE 6 MM (1/4") DE DIÁMETRO, SOLDADO A CANASTILLA ACABADO CROMADO. PORTA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 22 ACABADO PULIDO CON CEJA UNIDA CON REMACHE POP EN LA CABECERA. RODAJA DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO CON LA PARTE SUPERIOR DE LÁMINA DE ACERO, ACABADO CROMADO TIPO BOLA. TUBO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. DIMENSIONES GENERALES: 75.5 CM DE LARGO X 44.5 CM DE ANCHO X 86 CM DE ALTO, TOLERANCIAS +3%. | PIEZA | 1 | | |
| 41 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CARRO PORTA EXPEDIENTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 25.4 MM DE DIAMETRO. 2. CAL. 18 3. ORGANIZADOR DE CARPETAS DE SOLERA DE ALUMINIO RANURADO 4. RODAJAS DE BOLA DE 50.8 MM, TOLERANCIA +- 1%. 5. MEDIDAS: 5.1 ALTURA DE AL MENOS 88.5 CM. 5.2 ANCHO DE AL MENOS 60 CM. 5.3 PROFUNDIDAD DE AL MENOS 60 CM. 6. PARA AL MENOS 24 CARPETAS. | PIEZA | 1 | | |
| 42 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CARPETA PORTA EXPEDIENTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1.- ALAMBRÓN DE ACERO CALIBRE 16, DE SECCIÓN CIRCULAR DE 3.1 MM (1/8") DE DIÁMETRO; ACABADO GALVANIZADO, EJE DE BISAGRA 2.- BARRA DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6.3 MM (1/4") ACABADO GALVANIZADO, EJE DE SISTEMA DE SUJECIÓN 3.- LÁMINA DE ALUMINIO CALIBRE NO. 16; ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CANTOS PULIDOS, ARISTAS MATADAS. 4.- PROTECTORES DE HULE DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO Y 17 MM DE LONGITUD, ADHERIDOS A EJES DE APOYO CON PEGAMENTO DE CONTACTO. 5.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO; ACABADO ANODIZADO | PIEZA | 5 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| | | NATURAL 6.- SISTEMA DE SUJECIÓN A BASE DE PRESIÓN. 7.- DIMENSIONES GENERALES: 26 CM DE ANCHO X 1.2 CM DE PROFUNDIDAD X 31 CM DE LARGO ±5% DE TOLERANCIA. | | | | |
| 43 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | MESA ALTA CON FREGADERO DERECHO, TRAMPA PARA YESO Y VITRINA 1. MESA CON FREGADERO DERECHO DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANSI 304 CALIBRE 18. MESA CON FREGADERO DERECHO, CUBIERTA LISA Y 1 FREGADERO DE .45 MTS DE ANCHO X 0.45 MTS DE LARGO X 0.30 MTS DE FONDO. TOLERANCIAS +-1%. MONTADO SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 1/2" Y DE 1 1/4" DE DIÁMETRO CON REGATONES NIVELADORES, DEBERÁ INCLUIR ENTREPAÑO INFERIOR EN ÁREAS PERMISIBLES. MEDIDAS DE LA MESA: LARGO: 1.50 MTS X ANCHO: 0.70 X ALTO: .90 MTS. TOLERANCIAS +-1%. 2. TRAMPA DE YESO DE 45 CM DE LARGO, 30 CM DE PROFUNDIDAD Y 40 CM DE ANCHO, TOLERANCIAS +-1%. 3. VITRINA DE 150 CM DE ALTO X 70 CM DE FONDO X 90 CM DE ANCHO, TOLERANCIAS +-3%. 1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO.18 ACABADO PULIDO CON MENSULAS PARA GRADUAR ALTURA. 3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS. 4. LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA, COLOR GRIS. 5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO. | PIEZA | 1 | | |
| 44 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I.- DESCRIPCIÓN 1. BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, CON REFUERZO INTERIOR SOLDADO, DE ÁNGULO DE ACERO DE 50 MM. (2") Y 3 MM (1/8") DE ESPESOR. 1.1 SOPORTES DE SOLERA DE ACERO DE 0.6 MM. (1/4") DE ESPESOR; CON PERNOS DE ACERO DE 12 MM. (1/2") SOLDADOS, DOS COMO TOPES Y DOS COMO EJES DE ABATIMIENTO; 1.1 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 1.2 SISTEMA DE FIJACIÓN A BASE DE "Z" DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 16 FIJAS AL MURO PARA RECIBIR BASE. 2. COJÍN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 27 KG/CM3 (TOLERANCIA +-3%) DE DENSIDAD SOBRE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 16 MM (TOLERANCIA +-3%) DE ESPESOR; ACABADO EN FORRO VINILO COLOR NEGRO O CAFÉ. 3. CUBIERTA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25 MM DE ANCHO X 25 MM DE LARGO (1" X 1") CON SOLERA DE ACERO DE 6 MM. (1/4") SOLDADA EN EL EXTREMO PARA SERVIR DE TOPE AL ABATIMIENTO Y TAPA INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS; RECIBE COJÍN. 4. DIMENSIONES GENERALES: 40 CM DE FONDO X 65 CM DE ANCHO X 50 CM DE LARGO, TOLERANCIA DE ±5%. | PIEZA | 1 | | |
| 45 | 531.341.0440 | UNIDAD RADIOLÓGICA DE 300 MA. | PIEZA | 1 | | |
| 46 | 531.829.0784 | SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES (RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA) DE BAJO DESEMPEÑO PARA RAYOS X DE PROPÓSITO GENERAL | PIEZA | 1 | | |
| 47 | 531.786.0079 | REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES | PIEZA | 1 | | |
| 48 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CHASIS CON BASTIDOR METÁLICO, CUBIERTO DE POLIURETANO O ALUMINIO, CON PANTALLAS DE LANTANIDOS (TIERRAS RARAS), VELOCIDAD 400 NM, CON VENTANA IDENTIFICADORA. MEDIDAS: 14 CM DE ANCHO X 17 CM DE LARGO, TOLERANCIA +-1%. | PIEZA | 2 | | |
| 49 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CHASIS CON BASTIDOR METÁLICO, CUBIERTO DE POLIURETANO | PIEZA | 2 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| | | O ALUMINIO, CON PANTALLAS DE LANTÁNIDOS (TIERRAS RARAS), VELOCIDAD 400 NM, CON VENTANA IDENTIFICADORA. MEDIDAS: 14 CM DE ANCHO X 14 CM DE LARGO, TOLERANCIA +-1%. | | | | |
| 50 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CHASIS CON BASTIDOR METÁLICO, CUBIERTO DE POLIURETANO O ALUMINIO, CON PANTALLAS DE LANTÁNIDOS (TIERRAS RARAS), VELOCIDAD 400 NM, CON VENTANA IDENTIFICADORA. MEDIDAS: 10 CM DE ANCHO X 14 CM DE LARGO, TOLERANCIA +-1%. | PIEZA | 2 | | |
| 51 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CHASIS CON BASTIDOR METÁLICO, CUBIERTO DE POLIURETANO O ALUMINIO, CON PANTALLAS DE LANTÁNIDOS (TIERRAS RARAS), VELOCIDAD 400 NM, CON VENTANA IDENTIFICADORA. MEDIDAS: 8 CM DE ANCHO X 10 CM DE LARGO, TOLERANCIA +-1%. | PIEZA | 2 | | |
| 52 | 531.601.0056 | MANDIL EMPLOMADO | PIEZA | 1 | | |
| 53 | 531.234.0010 | COLLARIN DE PLOMO | PIEZA | 1 | | |
| 54 | 531.113.0032 | BLINDAJE PARA GÓNADAS | PIEZA | 1 | | |
| 55 | 531.924.0031 | ULTRASONÓGRAFO | PIEZA | 1 | | |
| 56 | 531.110.0175 | BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTADÍMETRO | PIEZA | 9 | | |
| 57 | 531.110.0209 | BÁSCULA ELECTRÓNICA NEONATAL, LACTANTES Y/O PEDIÁTRICOS | PIEZA | 6 | | |
| 58 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: BOTE SANITARIO CON PEDAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. DEPÓSITO DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE NO. 20. 2. ESTRUCTURA EXTERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. 3. MECANISMO DE ACERO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE LA TAPA 4. PEDAL EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 12 GALVANIZADA Y CON CUBIERTA COLOCADA EN FORMA ESPECIAL QUE NO SE DESPRENDA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM (1/4") DE ESPESOR 5. TAPA SUPERIOR EN FORMA DE TAMBOR (DOBLE LÁMINA) DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20 ACABADO PULIDO 6. ZOCLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 ACABADO PULIDO 7. DIMENSIONES GENERALES: 26 CM DE ANCHO X 26 CM DE LARGO X 60 CM DE ALTO, ±5% DE TOLERANCIA. 8. TODA LA PINTURA DEBERÁ SER EN COLOR GRIS. | PIEZA | 17 | | |
| 59 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: CARRO PARA CURACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75 KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO. 2. CUBIERTA: DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. MEDIDAS: 80 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO, ±5% DE TOLERANCIA. 3. ESTRUCTURA: TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 4. TRAVESAÑOS PARA ENTREPAÑO: TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 5. ENTREPAÑO: DISEÑO TIPO CHAROLA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 18 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. 6. ARRILLO PORTA CUBETA Y PORTA BANDEJA: CON SISTEMA GIRATORIO, FABRICADO EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE 18 DE 2.5MM (3/32") DE ESPESOR Y 25.4 MM (1") DE ANCHO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 7. CUBETA: CAPACIDAD DE 12 LITROS, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO. ASA DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 8. BANDEJA: CAPACIDAD DE 2.1 LITROS +/- 5% DE TOLERANCIA, DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304 CALIBRE NO. 20 (MÍNIMO), ACABADO PULIDO SANITARIO 9. RODAJAS GIRATORIAS: CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTAS DE HULE NEGRO DE 101.1 MM (4") DE DIÁMETRO CON HORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CROMADO. 10. DIMENSIONES GENERALES: 80 CM DE LARGO X 50 CM DE | PIEZA | 4 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
 LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| | | ANCHO X 105 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA. | | | | |
| 60 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CUBETA DE 12 LITROS, TOLERANCIA +-1%. ASA DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE 6.3 MM (1/4") DE DIÁMETRO TOLERANCIA +-1%, ACABADO PULIDO CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 20 ACABADO PULIDO, CON SOPORTE (OREJAS) DEL MISMO MATERIAL EN CALIBRE NO 18 ROQUELADAS. | PIEZA | 11 | | |
| 61 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CESTO DE PEDAL ROJO CON CUBETA REMOVIBLE CESTO DE PEDAL PARA BASURA CON CUBETA REMOVIBLE CON ASAS Y SISTEMA SUJETA BOLSA COLORES CUERPO: ROJO CUBETA: ROJO CON ETIQUETA "RESIDUOS PELIGROSOS LÍQUIDOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS" CAPACIDAD: 17 LTS O 3.7 GAL DIMENSIONES: 31.5 X 28.6 X 43 CM, TOLERANCIAS +- 1% | PIEZA | 4 | | |
| 62 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. CUBIERTA DE HULE NATURAL ANTIDERRAPANTE DE 4 MM DE ESPESOR TOLERANCIA +-1%, EN COLOR NEGRO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EL PERÍMETRO SUJETA CON LA MOLDURA DE LA VISTA PERIMETRAL. 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 (1" X 1") ACABADO CROMADO EN TODO SU DESARROLLO. 3. PLATAFORMAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 VISTA PERIMETRAL; ACABADO CROMADO, VISTA INTERIOR Y REFUERZO. 4. REGATÓN FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOCADO A PRESIÓN, COLOR NEGRO. 5. DIMENSIONES GENERALES: 40 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 33 CM DE ALTO ±5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 16 | | |
| 63 | 531.116.0377 | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED | PIEZA | 13 | | |
| 64 | 531.116.0369 | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL | PIEZA | 3 | | |
| 65 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: ESTANTE GUARDA ESTÉRIL. DEFINICIÓN: ESTANTE GUARDA ESTÉRIL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN. 1. CAPACIDAD DE CARGA COMO MÍNIMO 125 KG POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO 2. ESTRUCTURA BASE 2.1 FABRICADO DE PERFIL CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NO. 18 (COMO MÍNIMO) DE 32 MM DE ANCHO X 32 MM DE LARGO (1.¼" X 1.¼"), TOLERANCIA +-1%. 2.2 UNIDA PARA QUE PUEDA ENSAMBLARSE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG O TIG) 2.3 SOLDADURA DESBASTADA Y PULIDA 3. CUERPO, LATERALES, RESPALDO Y 5 ENTREPAÑOS 3.1 FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE NO. 20 (COMO MÍNIMO), 3.2 ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (SISTEMA MIG O TIG). 3.3 TODAS LAS PARTES DEL CUERPO EN GENERAL DEBERÁN SER CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO CON ACABADO PULIDO 4. PUERTAS 4.1 FABRICADAS DE PERFIL DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO 4.2 CALIBRE NO. 20 (COMO MÍNIMO) 4.3 CON VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE 4.4 LA PUERTA PROVISTA CON CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN PUERTAS 4.5 PASADORES Y MANIJA (PICAPORTE) 4.6 CON MECANISMO DE ABATIMIENTO POR MEDIO DE UNA VARILLA-PERNO DE ACERO MACIZO DE 6.3 MM (¼") DE DIÁMETRO A TODA LA LONGITUD DE LA PUERTA. 5. REGATÓN 5.1 FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID, DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, POR 25.4 MM (1") DE ALTURA, 5.2 CON ACABADO ANTIDERRAPANTE (MOLETEADO), | PIEZA | 10 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| | | 5.3 CON TORNILLO DE ACERO DE CUERDA ESTÁNDAR DE 12.7 MM (½") DE DIÁMETRO POR 50.8 MM (2") DE LONGITUD. 5.4 CON DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATÓN A BASE DE UN PERNO DE ACERO DEL TIPO TUBULAR 6. CREMALLERAS Y SOPORTES: 6.1 FABRICADOS DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE NO. 16 (COMO MÍNIMO), 6.2 CON DISEÑO QUE PERMITA GRADUAR LOS ENTREPAÑOS A DIFERENTES ALTURAS. 6.3 ACABADO GENERAL EN PINTURA COLOR GRIS, HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA 7. DIMENSIONES GENERALES: 90 CM DE ANCHO X 45 CM DE FONDO X 205 CM DE ALTO, ±5% DE TOLERANCIA. | | | | |
| 66 | 531.385.1080 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | PIEZA | 2 | | |
| 67 | 531.375.0159 | ESTETOSCOPIO PINARD OBSTÉTRICO | PIEZA | 7 | | |
| 68 | 531.295.1188 | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO | ESTUCHE | 8 | | |
| 69 | 531.292.0019 | FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES | PIEZA | 7 | | |
| 70 | 531.345.0016 | GLUCÓMETRO | PIEZA | 3 | | |
| 71 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE LED ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN. 1.-FUENTE DE LUZ LED VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS 2. INTENSIDAD DE LUZ DE 35,000 LUXES, 3. TEMPERATURA DE COLOR DE 4200 GRADOS KELVIN 4. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA. 5. TUBO FLEXIBLE CON APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DEL CAMPO 14 CM 6. PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO II. INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120V/60HZ, +-10%. | PIEZA | 3 | | |
| 72 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: MESA ALTA DE 180 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I.- DESCRIPCIÓN 1. CAPACIDAD DE CARGA COMO MÍNIMO 250 KG, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTÍCULO 2. CUBIERTA LISA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 16 COMO MÍNIMO 3. REFUERZOS LONGITUDINALES: CANALETAS BAJO CUBIERTA EN FORMA DE "U" DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE 50.8 MM (2") FABRICADAS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA CUBIERTA. 4. ESTRUCTURA: FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 18 COMO MÍNIMO DE 32 MM DE LARGO X 32 MM DE ANCHO. 5. FALDÓN LATERAL: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20 COMO MÍNIMO 6. REGATÓN: FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID DE ALTURA AJUSTABLE DE 25.4 MM DE DIÁMETRO POR 25.4 MM DE ALTURA, CON ACABADO ANTIDERRAPANTE CON TORNILLO DE CUERDA ESTÁNDAR DE 12.7 MM DE DIÁMETRO POR 50.8 MM DE LONGITUD, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATÓN A BASE DE UN PERNO DE ACERO TIPO TUBULAR 7. DIMENSIONES GENERALES: 180 CM DE ALTO X 70 CM DE ANCHO X 90 CM DE LARGO ±5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 3 | | |
| 73 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | MESA DE ATENCIÓN A RECIÉN NACIDOS CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 CON SEPARADOR INTERMEDIO ACABADO PULIDO. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 MM DE ANCHO X 32 MM DE LARGO (1 1/4" X 1 1/4"), TOLERANCIA +-1%, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REGATONES DE ALUMINIO DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. | PIEZA | 2 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| | | DIMENSIONES GENERALES: 150 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO, TOLERANCIAS +3%. | | | | |
| | | COLCHONETA DE 118 CM DE LARGO X 55 CM DE ANCHO X 5 CM DE ESPESOR CON NÚCLEO DE POLIURETANO DE 24KG/M3, TOLERANCIAS +3%, FORRADO CON VINIL COLOR NEGRO. | | | | |
| 74 | 513.621.2429 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN | PIEZA | 9 | | |
| | | NOMBRE GENÉRICO: MESA PASTEUR. | | | | |
| | | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. | | | | |
| | | I. DESCRIPCIÓN. | | | | |
| | | 1. BARANDAL DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. | | | | |
| | | 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 20 ACABADO PULIDO. | | | | |
| | | 3. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20 UNIDO A LA ESTRUCTURA, ACABADO PULIDO. | | | | |
| | | 4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, CALIBRE NO. 18, 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO ACABADO PULIDO. | | | | |
| | | 5. RODAJAS GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTA DE HULE NEGRO. | | | | |
| | | 6. DIMENSIONES. 40 FRENTE, 60 CM DE FONDO, 100 CM DE ALTURA, ±5% DE TOLERANCIA. | | | | |
| 75 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | | PIEZA | 7 | | |
| 76 | 531.634.0030 | NOMBRE GENÉRICO: NEGATOSCOPIO | PIEZA | 8 | | |
| | | NOMBRE GENÉRICO: ORINAL PARA ADULTO VERTICAL | | | | |
| | | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. | | | | |
| | | I. DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | 1. ASA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. NO. 22 ACABADO PULIDO. | | | | |
| | | 2. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22 ACABADO PULIDO CON ESTAMPADO TROQUELADO A BASE DE DOBLECES. | | | | |
| | | 3. BOCA DEL ORINAL REBORDEADA EVITANDO FILOS CORTANTES. | | | | |
| | | 4. DIMENSIONES GENERALES: 11 CM DE DIÁMETRO X 23 CM DE ALTO, +/- 5% DE TOLERANCIA. | | | | |
| 77 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | | PIEZA | 7 | | |
| | | NOMBRE GENÉRICO: PORTAVENOCLISIS RODABLE. | | | | |
| | | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. | | | | |
| | | I. DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | 1. ANTENA TELESCÓPICA DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO CON CRUCETA DE 2 GANCHOS DEL MISMO MATERIAL DE 9.5 MM (3/8") ACABADO PULIDO. | | | | |
| | | 2. BASE DE CINCO APOYOS EN PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CAL. NO. 16 DE 25.4 MM DE LARGO X 50.7 MM DE ANCHO (1 X 2") ACABADO CROMADO (LASTRADA) Ó FUNDICIÓN DE ACERO ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS, EL DISEÑO DE LA BASE DEBE SOPORTAR UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 30° ANTES DE VOLTEARSE. | | | | |
| | | 3. TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 CON DIMENSIONES QUE PERMITAN EL ENSAMBLE TELESCÓPICO DE LA ANTENA PORTAVENOCLISIS CON UN ELEMENTO ESPECIAL DE ACERO O NAYLON 100% PARA AJUSTE DE LA ANTENA Y PREPARACIÓN EN EL EXTREMO INFERIOR | | | | |
| | | 4. PERILLA OPRESORA PARA AJUSTE DE ALTURA DE LA ANTENA, DE ACERO ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA TIPO TRINQUETE TIPO MICRÓFONO U OTRO PARA FIJACIÓN. | | | | |
| | | 5. RUEDAS GIRATORIAS DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO DE NYLON 100% REFORZADO DE 50.8 MM DE DIÁMETRO EN COLOR NEGRO. | | | | |
| 78 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | | PIEZA | 9 | | |
| | | PORTACUBETA RODABLE PARA CUBETA DE 12 LITROS | | | | |
| | | 1.1. PORTACUBETA: ARILLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 NO. 12 DE 38 MM (1 1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO | | | | |
| | | 1.2. BANDA PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL DE HULE SINTÉTICO ANTIESTÁTICO MACIZO COLOR GRIS CON COLOCACIÓN | | | | |
| | | 1.3. RODAJA DE HULE SINTÉTICO ANTIESTÁTICO MACIZO COLOR GRIS DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO CON HORQUILLA DE | | | | |
| 79 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | | PIEZA | 5 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| | | ACERO ACABADO CROMADO 1.4. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 12 DE 38 MM (1.1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO 1.5. TOPE DE HULE COLOR GRIS COLOCADO EN ORIFICIO A PRESIÓN. | | | | |
| 80 | 533.786.0034 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS NOMBRE GENÉRICO: TANQUE DE OXIGENO TIPO E DEFINICIÓN: EQUIPO PORTÁTIL PARA OXIGENO TERAPIA | PIEZA | 2 | | |
| 81 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | I. DESCRIPCIÓN 1. EQUIPO PORTÁTIL PARA OXIGENO TERAPIA 2. COMPUESTO DE CILINDRO DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 682 LTS. 3. REGISTRO PARA OXIGENO CON MANÓMETRO QUE INDICA EL CONTENIDO DEL CILINDRO 4. PERILLA CON ESCALA GRABADA DE 2 A 15 LITROS POR MINUTO PARA AJUSTE Y CONTROL DE FLUJO. II. ACCESORIOS 1. CARRO DE ALUMINIO PORTA CILINDRO. III. CONSUMIBLES 1. CÁNULA NASAL | PIEZA | 2 | | |
| 82 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: VITRINA A CONTRAMURO DE 90 CM. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA. I. DESCRIPCIÓN. 1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO.18 ACABADO PULIDO CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA. 3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS. 4. LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. 5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO. 6. DIMENSIONES GENERALES: 90 CM DE ALTO X 20 CM DE FONDO X 60 CM DE ANCHO, TOLERANCIAS +-1%. | PIEZA | 3 | | |
| 83 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: DIVÁN CLINICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I.- DESCRIPCIÓN 1. BASE DE AGLOMERADO DE 19 MM (3/4") DE MADERA. 1.1 NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 X 2 CM DE ESPESOR Y AGLUTINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 60 KG/M3 X 5 CM DE ESPESOR, TOLERANCIAS +-1%. 1.2 FORRADO DE VINILO GRABADO PUNTO FINO COLOR NEGRO COCIDO CON HILO DE NYLON 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO 3. REGATONES FIJOS DE HULE NEGRO 4 DIMENSIONES: 180 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO X 55 CM DE ALTO, ±5% DE TOLERANCIA. | PIEZA | 1 | | |
| 84 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | NOMBRE GENÉRICO: DIVÁN CHESLONG CLINICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I.- DESCRIPCIÓN 1. BASE DE AGLOMERADO DE 19 MM (3/4") DE MADERA 1.1 NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 X 2 CM DE ESPESOR Y AGLUTINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 60 KG/M3 X 5 CM DE ESPESOR, TOLERANCIAS +-1%. 1.2 FORRADO DE VINILO GRABADO PUNTO FINO COLOR NEGRO COCIDO CON HILO DE NYLON 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO 3. REGATONES FIJOS DE HULE NEGRO 4 DIMENSIONES: 180 CM DE LARGO X 65 CM DE ANCHO X 55 CM DE ALTO, ±5% DE TOLERANCIA. 4. RECLINABLE | PIEZA | 1 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
 LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| 85 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: BANCA TÁNDEM 3 LUGARES.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA.</p> <p>I. DIMENSIONES:</p> <p>1.1.- ALTURA TOTAL DEL RESPALDO 80 CM. 1.2.- ALTURA DEL FRENTE DEL ASIENTO 37.5 CM. 1.3.- FONDO TOTAL 74 CMS 1.4.- ANCHO TOTAL DE CADA ASIENTO Y RESPALDO 52 CM. 1.5.- ALTURA DEL DESCANSABRAZO AL PISO: 55 CM. 1.6.- DISTANCIA ENTRE REGATÓN FRONTAL Y TRASERO: 59 CM. 1.7.- FRENTE TOTAL: 180 CM.</p> <p>2.- BANCA FABRICADA EN ACERO CALIBRE 18 CON PATA Y BRAZO EN ALUMINIO MACIZO.</p> <p>2.1.- ESTRUCTURA DE ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE N° 16. 2.2.- MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS.</p> <p>3.1.- CON PINTURA HORNEADA COLOR GRIS EN LAS PARTES DE ACERO. 3.2.- CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS EN CROMO.</p> <p>4.- SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO, FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR SOLDADOS CADA UNO A DOS PLACAS DE ACERO MACIZO DE 4MM DE ESPESOR DE 4 X 8 CM UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE DOS TORNILLOS Y LOS SOPORTES VAN UNIDOS A UN TUBO PLANCHADO CON ACABADO: EN ALUMINIO DE INYECCIÓN ALEACIÓN L-2560 CON ACABADO PULIDO DE ALTO BRILLO POR MEDIO DE 4 TORNILLOS DE ENSAMBLE PARA MAXIMIZAR LA RESISTENCIA.</p> <p>5.- TRABE INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS, FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO, PINTADA EN COLOR GRIS.</p> <p>5.1.- CADA ASIENTO VA UNIDO A LA TRABE CON 2 SOPORTES TROQUELADOS DE PLACA DE 2 MM DE ESPESOR</p> <p>6.- PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN ALUMINIO MACIZO CON ACABADO BRILLANTE, CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES, CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA AJUSTABLE. TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS GENERALES ± 5%.</p> | PIEZA | 24 | | |
| 86 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | <p>NOMBRE GENÉRICO: BANCO GIRATORIO CON RESPALDO</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA</p> <p>I.- DESCRIPCIÓN</p> <p>1. ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. NO. 18, CON DISEÑO ANATÓMICO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO, EL ASIENTO DEBERÁ LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO C.R. CALIBRE 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO.</p> <p>2. SOPORTE DEL RESPALDO EN BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE 12.4 MM (1/2") DE DIÁMETRO.</p> <p>3. DESCANSA PIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 18 DE 15.8 MM (5/8") DE DIÁMETRO MÍNIMO, ACABADO PULIDO SANITARIO.</p> <p>4. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO 1045 O 1018 CON TRATAMIENTO TÉRMICO CEMENTADO PARA DAR UNA DUREZA DE 30 A 35 RC DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, LA LONGITUD SERÁ DE ACUERDO A LA ALTURA MÁXIMA DEL BANCO, CON CUERDA TIPO ACME DE 6 HILOS POR PULGADA, DEBERÁ LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO.</p> <p>5. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 22 MM (7/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO</p> <p>6. REGATONES PARA ALTURA AJUSTABLE DE DURALUMINIO, CON TORNILLO INTEGRADO DE 38 MM (1 1/2") CON PREPARACIÓN UNIDO A LA ESTRUCTURA (TUBO) PARA RECIBIR EL TORNILLO DEL REGATÓN DE 22 MM (7/8") DE DIÁMETRO, DEBERÁ LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECIÓN DEL REGATÓN UNA VEZ NIVELADO</p> <p>7. RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 14 ACABADO PULIDO ESPEJO, DEBERÁ SER DE TIPO ERGONÓMICO.</p> <p>8. DIMENSIONES GENERALES: 30 CM DE DIÁMETRO X 45 A 55 CM</p> | PIEZA | 12 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| 87 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | DE ALTO $\pm 5\%$ DE TOLERANCIA. NOMBRE GENÉRICO: BOTE DE CAMPANA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA OBLIGATORIA I. DESCRIPCIÓN 1. MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 32 MM DE ANCHO X 32 MM DE LARGO (1 1/2" X 1 1/2") DE SECCIÓN, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. 2. BISAGRA TIPO PLANO DE 25.4 MM (1") (EN EXTENSIÓN) FIJADA CON REMACHES TIPO POP O A BASE DE SOLDADURA DE PUNTO 3. TAPA TIPO CAMPANA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 20 ACABADO PULIDO CON EJE INTERMEDIO DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 MM (1/4") 4. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 ACABADO EN PINTURA, CON PERFORACIONES EN LA BASE Y EN LA PARTE SUPERIOR SE COLOCARÁN TOPES DE HULE NATURAL MACIZO COLOCADOS A PRESIÓN PARA SOPORTAR EL GOLPE DEL MARCO Y TAPA 5. ZOCLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO 18 ACABADO PULIDO 6. DEPÓSITO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE NO. 20 ENGARGOLADA Y PUNTEADA CON ASIDERAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 SUJETAS CON SOLDADURA DE PUNTO, CON CANTOS PERIMETRALES EN FORMA DE APLASTÓN 7. DIMENSIONES GENERALES: 29 CM DE ANCHO X 41 CM DE LARGO X 64 CM DE ALTO $\pm 5\%$ DE TOLERANCIA. 8. TODA LA PINTURA DEBERÁ SER ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. | PIEZA | 33 | | |
| 88 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CONTENEDOR AMARILLO PARA RPBI. RECIPIENTE RÍGIDO DE PLÁSTICO PARA PATOLÓGICOS DE COLOR AMARILLO. CON TAPAS DE ENSAMBLE SEGURO Y CIERRE PERMANENTE. CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DIMENSIONES: 19 CM DE LARGO X 28 CM DE ANCHO X 35 CM DE ALTO, TOLERANCIAS $\pm 3\%$ CAPACIDAD: 13 LITROS. | PIEZA | 8 | | |
| 89 | 535.618.1411 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO | PIEZA | 6 | | |
| 90 | 513.227.0041 | CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 71 X 12 X 5 CM. | PIEZA | 5 | | |
| 91 | 513.227.0074 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE, CON O SIN PERFORACIONES. DIMENSIONES: 49 X 32 CM | PIEZA | 7 | | |
| 92 | 537.375.0305 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO CHICO. | PIEZA | 14 | | |
| 93 | 537.375.0321 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO. | PIEZA | 14 | | |
| 94 | 535.477.0116 | HISTERÓMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACIÓN Y BOTÓN EN LA PUNTA, 4 MM DE DIÁMETRO, 31 CM DE LONGITUD. | PIEZA | 5 | | |
| 95 | 535.716.2691 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 200 A 210 MM. | PIEZA | 5 | | |
| 96 | S/C | LEBRILLO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12, 1 LITRO DE CAPACIDAD, PESO DE 500 GRAMOS TOLERANCIA $\pm 3\%$. | PIEZA | 3 | | |
| 97 | 535.701.1385 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | PIEZA | 6 | | |
| 98 | 535.701.4843 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110 A 120 MM, DE LONGITUD. | PIEZA | 5 | | |
| 99 | 535.701.0924 | PINZA HALSTED MOSQUITO O MICRO MOSQUITO O HARTMAN, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PIEZA | 10 | | |
| 100 | 535.701.2318 | PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | PIEZA | 5 | | |
| 101 | 535.701.1542 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | PIEZA | 7 | | |
| 102 | 537.702.7189 | PINZA MICRO ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, DE 120 A 125 MM. | PIEZA | 8 | | |
| 103 | 535.701.1955 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | PIEZA | 5 | | |
| 104 | 537.703.8608 | PINZA HALSTEAD CURVA ESTRIADA MORDAZAS MUY FINAS LONGITUD 12 CM. | PIEZA | 3 | | |
| 105 | 535.716.2006 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL Y ESTRÍAS CRUZADAS, LONGITUD 30 CM. | PIEZA | 5 | | |
| 106 | 535.716.1735 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | PIEZA | 8 | | |
| 107 | 513.790.0014 | RINÓN DE ACERO INOXIDABLE, DE 250 A 500 ML DE CAPACIDAD. | PIEZA | 8 | | |
| 108 | 535.814.0480 | SEPARADOR FARABEU, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 | PIEZA | 7 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| | | MM. | | | | |
| 109 | 535.859.1070 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PIEZA | 4 | | |
| 110 | 535.859.0056 | TIJERA LITTAUER, RECTA, LONGITUD DE 135 A 140 MM. | PIEZA | 3 | | |
| 111 | 537.857.1714 | TIJERA USA, PARA CORDÓN UMBILICAL, LONGITUD DE 105 MM | PIEZA | 4 | | |
| 112 | 535.859.2649 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PIEZA | 8 | | |
| 113 | 535.701.0098 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 12 | | |
| 114 | 535.701.1880 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | PIEZA | 8 | | |
| 116 | 535.701.1310 | PINZA ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 180 A 200 MM. | PIEZA | 4 | | |
| 116 | 535.701.0544 | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 2 | | |
| 117 | 535.701.0585 | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 6 | | |
| 118 | 535.716.0372 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM. | PIEZA | 6 | | |
| 119 | 537.814.9008 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | PIEZA | 4 | | |
| 120 | S/C | LEBRILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANSI-304 CALIBRE 22. MEDIDAS-. 7.5 CM DE FONDO X 25.5 DE DIÁMETRO, TOLERANCIA +-3%. CAPACIDAD: 2.13 LITROS, TOLERANCIA +-3%. | PIEZA | 2 | | |
| 121 | 537.375.0313 | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMANO GRANDE. | PIEZA | 8 | | |
| 122 | 537.012.0098 | ABREBOCA MC KEISSON, ADULTO. | PIEZA | 3 | | |
| 123 | 537.025.0069 | ALVEOLOTOMO MEAD, PINZA GUBIA, LONGITUD 17 CM | PIEZA | 3 | | |
| 124 | 537.065.0052 | APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO. | PIEZA | 4 | | |
| 125 | 537.141.0191 | BRUNIDOR TIPO WHITE, CHICO, PUNTA EN FORMA DE PERA | PIEZA | 2 | | |
| 126 | 527.164.0269 | CARETA PROTECTORA. TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RÍGIDA. PIEZA. | PIEZA | 1 | | |
| 127 | 537.251.0098 | CURETA CK-6, DE DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 6 | | |
| 128 | 537.661.0357 | OBTURADOR HOLLENBACK 2, DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 6 | | |
| 129 | 537.236.0080 | CONTENEDOR METHOT, PARA ALGODÓN LIMPIO, DE FORMA CIRCULAR, 60 MM DE ALTO POR 50 MM DE DIÁMETRO. | PIEZA | 4 | | |
| 130 | S/C | CONTRA-ÁNGULO METÁLICO CON TRANSMISIÓN 1:1, SIN LUZ HASTA 40.000 RPM. SPRAY INTERNO. BAÑO DE CROMO: MEJOR AGARRE. CONEXIÓN INTRAMATIC / ISO. ESTERILIZABLE Y TERMDESINFECTABLE 135 °C. GUÍA RETRACTIL EN CONTRA-ÁNGULOS CON LUZ. REDUCCIÓN 2:1 SIN LUZ TRANSMISIÓN 1:1 SIN LUZ | PIEZA | 2 | | |
| 131 | 535.260.2154 | CUCHARILLA LUCAS, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD | PIEZA | 3 | | |
| 132 | 537.251.0064 | CURETA GOLDMAN FOX DEL N° 2 | PIEZA | 8 | | |
| 133 | 537.327.2664 | ELEVADOR BEIN, CON MANGO METÁLICO, RECTO, ACANALADO, DE 4 MM., ANCHO DE HOJA. | PIEZA | 1 | | |
| 134 | 537.327.0452 | ELEVADOR BEIN, CON MANGO METÁLICO, RECTO, ACANALADO, DE 2 O 3 MM., ANCHO DE HOJA. | PIEZA | 1 | | |
| 135 | 537.327.0809 | ELEVADOR TIPO CRYER WHITE, DE BANDERA, DERECHO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE | PIEZA | 3 | | |
| 136 | 537.327.0908 | ELEVADOR TIPO CRYER WHITE, DE BANDERA, IZQUIERDO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE | PIEZA | 3 | | |
| 137 | 537.327.1534 | ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, DERECHO, MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO RECTO, HOJA GRANDE. | PIEZA | 1 | | |
| 138 | 537.327.1609 | ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, IZQUIERDO, MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO RECTO, HOJA GRANDE | PIEZA | 1 | | |
| 139 | 537.327.0346 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCHO, VÁSTAGO LIGERAMENTE CURVO. | PIEZA | 3 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| 140 | 537.370.0029 | ESPÁTULA METÁLICA, DEL NO. 3, DE DOBLE EXTREMO, UNO RECTANGULAR Y OTRO DE PUNTA DE LANZA. | PIEZA | 7 | | |
| 141 | 537.383.0081 | ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SIN AUMENTO N° 5. | PIEZA | 19 | | |
| 142 | 537.397.0168 | EXCAVADOR TIPO WHITE. NO. 17 | PIEZA | 3 | | |
| 143 | 535.409.0531 | EXPLORADOR DE UNA PIEZA, CON DOBLE EXTREMO. N° 5. | PIEZA | 19 | | |
| 144 | 537.426.0213 | FÓRCEPS. N° 99 C. | PIEZA | 3 | | |
| 145 | 537.426.0726 | FÓRCEPS PARA ODONTOECTOMÍAS DEL NO. 210. | PIEZA | 3 | | |
| 146 | 537.426.0262 | FÓRCEPS. N° 18 DERECHO. | PIEZA | 4 | | |
| 147 | 537.426.0197 | FÓRCEPS. N° 150. | PIEZA | 3 | | |
| 148 | 537.426.0189 | FÓRCEPS. N° 151. | PIEZA | 3 | | |
| 149 | 537.426.0023 | FÓRCEPS. N° 23. | PIEZA | 3 | | |
| 150 | 537.426.0270 | FÓRCEPS. N° 53 IZQUIERDO. | PIEZA | 3 | | |
| 151 | 537.426.0411 | FÓRCEPS. N° 69. | PIEZA | 3 | | |
| 152 | 537.426.0288 | FÓRCEPS. N° 18 IZQUIERDO. | PIEZA | 4 | | |
| 153 | 537.547.0019 | JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTÁNDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTÉSICO DESECHABLE DE 1.8 ML., DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR ÍNDICE Y MEDIO. ÉMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO O PUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO). | PIEZA | 13 | | |
| 154 | 060.593.0106 | LOSETA PARA BATIR CEMENTO, DE VIDRIO, TAMAÑO 8 X 12 X 0.5 CM. | PIEZA | 6 | | |
| 155 | 537.602.0409 | MANGO PARA ESPEJO DENTAL, METÁLICO, MACIZO, ROSCA SENCILLA | PIEZA | 19 | | |
| 156 | 537.661.0506 | OBTURADOR WESCOTT O USA, DE DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 4 | | |
| 157 | 537.703.9598 | PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE, TIPO BAYONETA, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | PIEZA | 19 | | |
| 158 | 535.716.0190 | PORTA AGUJA FINOCHIETO, LONGITUD 14.6 CM. | PIEZA | 3 | | |
| 159 | 537.370.0128 | ESPÁTULA PARA RESINA, DE PLÁSTICO, CON DOBLE PUNTA DE TRABAJO. | PIEZA | 4 | | |
| 160 | 060.830.7237 | SONDA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA PUNTA DE TRABAJO, ROMA Y MILIMETRADA DE 1 A 10. | PIEZA | 6 | | |
| 161 | 537.860.0018 | TIRAPUENTES MILLER, CON TRES PUNTAS DIFERENTES. | PIEZA | 2 | | |
| 162 | 513.950.0101 | VASO METÁLICO GRADUADO: 30 ML. | PIEZA | 7 | | |
| 163 | 535.859.0494 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PIEZA | 12 | | |
| 164 | 537.713.0017 | FRESERO METÁLICO (PORTAFRESAS). | PIEZA | 2 | | |
| 165 | 537.397.0150 | EXCAVADOR TIPO WHITE NO. 5 | PIEZA | 10 | | |
| 166 | 537.327.1104 | ELEVADOR TIPO CRYER WHITE, DE BANDERA, IZQUIERDO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA. | PIEZA | 2 | | |
| 167 | 537.327.0957 | ELEVADOR TIPO CRYER WHITE, DE BANDERA, DERECHO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA. | PIEZA | 2 | | |
| 168 | 537.426.0569 | FÓRCEPS. N° 88 L. | PIEZA | 2 | | |
| 169 | 537.426.0486 | FÓRCEPS. N° 88 R. | PIEZA | 2 | | |
| 170 | 537.426.0734 | FÓRCEPS PARA ODONTOECTOMÍAS DEL NO. 222. | PIEZA | 4 | | |
| 171 | 537.426.0742 | FÓRCEPS UNIVERSAL PEDIÁTRICO 151 S. | PIEZA | 2 | | |
| 172 | 537.565.0180 | LEGRA SELDIN, DOBLE EXTREMO ANGULADO, PUNTA DE TRABAJO MEDIA CAÑA. | PIEZA | 2 | | |
| 173 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | PORTA MATRIZ UNIVERSAL 5 MM | PIEZA | 2 | | |
| 174 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD ESTERILIZABLE | PIEZA | 3 | | |
| 175 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ESTERILIZABLE | PIEZA | 2 | | |
| 176 | SIN CLAVE DEL SECTOR SALUD | CONTRA ÁNGULOS SENCILLO | PIEZA | 2 | | |
| 177 | 537.041.0051 | AMNIOTOMO BEACHMAN, 26 CM DE LONGITUD. | PIEZA | 6 | | |
| 178 | 535.137.0035 | BISTURI QUIRÚRGICO, MANGO N° 3: CORTO. | PIEZA | 2 | | |
| 179 | 513.227.0116 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE. DIMENSIONES: 25.4 X 16.5 X 6.4 CM. | PIEZA | 4 | | |
| 180 | 535.137.0472 | BISTURI QUIRÚRGICO, MANGO LARGO NO. 7. | PIEZA | 2 | | |
| 181 | 537.703.8483 | PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM | PIEZA | 1 | | |
| 182 | 535.701.1294 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM. | PIEZA | 5 | | |
| 183 | 535.701.1203 | PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM. | PIEZA | 2 | | |
| 184 | 535.701.0833 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | PIEZA | 2 | | |
| 185 | 537.702.4749 | PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM. | PIEZA | 2 | | |
| 186 | 537.702.0952 | PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM. | PIEZA | 2 | | |
| 187 | 535.859.0379 | TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 14 CM. | PIEZA | 1 | | |
| 188 | 537.857.1847 | TIJERA PARA SUTURA, ANGULADA, CON PUNTAS PLANAS Y ABOTONADAS, DE 105 A 115 MM. DE LONGITUD. | PIEZA | 2 | | |
| 189 | 535.701.1831 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | PIEZA | 2 | | |



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-056-457/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

| EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| NUMERAL | CLAVE DEL SECTOR DE SALUD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL |
| 190 | 537.426.0171 | FORCEPS. N° 17. | PIEZA | 3 | | |
| 191 | 537.426.0221 | FORCEPS. N° 101. | PIEZA | 3 | | |
| 192 | 537.426.0460 | FORCEPS. N° 53 DERECHO. | PIEZA | 3 | | |
| 193 | 537.426.0155 | FORCEPS. N° 65. | PIEZA | 3 | | |
| 194 | S/C | FORCEPS UNIVERSAL PEDIÁTRICO | PIEZA | 2 | | |
| 195 | 537.583.0089 | LIMA HOWARD, DE DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 3 | | |
| 196 | 535.701.0874 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | PIEZA | 5 | | |
| 197 | 537.702.1372 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE PLACAS, ANGULADA LONGITUD 15 CM. | PIEZA | 5 | | |
| 198 | 513.887.0059 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. | PIEZA | 8 | | |
| | | | SUBTOTAL | | | |
| | | | IVA | | | |
| | | | TOTAL | | | |



LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL

ARTÍCULO 77

La Secretaría, los Comités Municipales, las dependencias y las entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, en su caso, con las personas siguientes:

- I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa de los procedimientos de adjudicación y contratación, tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;
- II. Las que desempeñen un empleo cargo o comisión en el servicio público, o bien las sociedades de que dichas personas formen parte, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
- III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la contratante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión, impedimento que prevalecerá ante todas las dependencias o entidades estatales y municipales durante dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato;
- IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Contraloría, los Comités Municipales o la Contraloría Municipal, en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Puebla; o su inscripción en el Padrón de Proveedores se encuentre suspendida o cancelada;
- V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados de la misma Administración Pública Estatal o Municipal, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente perjudicadas.
- VI. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores;
- VII. Aquéllas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación y que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común;
- VIII. Las que pretenden participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que conformen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto, o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento con el que se encuentran interesados en participar;
- IX. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, Peritajes y avalúos, cuando estos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en que dichas personas o empresas sean parte;
- X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley contraviniéndola o sin estar facultadas para hacer uso de derecho de propiedad intelectual, o las que actúen dolosamente o de mala fe; y
- XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.